

Chełmno, 31.01.2022 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/7/2022

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla ZOZ w Chełmnie”, nr post. 1/2022.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający udostępni treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

dotyczy: pakietu 5

Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji 1 co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

dotyczy: pakietu 5

Czy w pozycji nr 2 nie zaszła omyłka, ponieważ producent nie posiada w swojej ofercie układów dwuramiennych z zastawką wydechową?

Odpowiedź: Nie, opis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3

dotyczy: pakietu 9

Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, które nie są kompatybilne z urządzeniami firmy Masimo a ich użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga oryginalnych czujników w technologii Masimo SET oferowanych przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że czujniki w technologii Masimo mają być oferowane wyłącznie przez autoryzowanego Dystrybutora posiadającego autoryzowany serwis na terenie Polski.