

Pruszków, dnia 24.02.2021 r.

Numer sprawy: ZP.272.04.2021

Wykonawcy w postępowaniu

### Odpowiedzi na pytania

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dzierżawę analizatora do badań biochemicznych wraz z odczynnikami**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania:

#### **PARAMETRY GRANICZNE**

Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga dla zachowania konkurencyjności ofert zaoferowanie nowego analizatora? Porównanie analizatorów z różnym stopniem zużycia i datą produkcji jest nierównoważne. Aparat 7 letni, nawet po przeprowadzeniu przeglądu technicznego jest aparatem technologicznie starym. **Zgodnie z SWZ**

Poz. 4- Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 400 testów fotometrycznych na godzinę i 240 testów ISE na godzinę ? **Zgodnie z SWZ**

Poz. 5-Czy zamawiający dopuści analizator wyposażony w przystawkę ISE metodą potencjometrii bezpośredniej z możliwością wymiany pojedynczej elektrody oraz ze stabilnością kalibracji min 8h ? **Zgodnie z SWZ**

Poz. 6-Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w zakresie pomiarowym dł. Fali 340-800 nm z 12 długościami fal? **Tak**

Poz. 8-Czy Zamawiający dopuści analizator z temperaturą chłodzenia na pokładzie 2-10 o C - zapewniona rzeczywista temperatura, rekomendowana przez producenta aparatu? **Tak**

Poz. 17-Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w rotor próbkowy dla próbek pierwotnych i wtórnych ? **Zgodnie z SWZ**

Poz. 21-Czy Zamawiający dopuści analizator podający na ekranie czas do zakończenia ostatniego zleconego badania i tym samym uzna za parametr spełniony? **Tak**

Poz. 22-Czy Zamawiający dopuści analizator z odczynnikami produkowanymi przez oferenta, rekomendowane przez producenta aparatu, tworzące w pełni spójny system analityczny? **Zgodnie z SWZ**

Poz. 32-Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora, posiadającego grupę w programie kontroli COBJwDL użytkowników pracujących na identycznym aparacie i odczynnikach, raportujących wszystkie parametry konieczne do uzyskania świadectwa za udział w kontroli zewnętrznej, a grupa składa się z mniej niż 40 użytkowników? Pragniemy nadmienić, iż celem stworzenia grupy niezbędnych jest 6 ośrodków **Zgodnie z SWZ**

Poz. 1 -Czy Zamawiający dopuści analizator nablátowy, pracujący w trybie pacjent po pacjencie? **Tak**

Poz. 4-Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności do 360 testów na godzinę i do 540 testów z ISE? **Zgodnie z SWZ**

Poz. 9-Czy Zamawiający dopuści analizator z temperaturą chłodzenia na pokładzie 2-12 o C - zapewniona rzeczywista temperatura, rekomendowana przez producenta aparatu? **Tak**

Poz. 14-Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w kuwety reakcyjne plastikowe, wielorazowe termostатовane powietrzem z systemem monitorowania czystości kuwet ? **Zgodnie z SWZ**

Poz. 24-Czy Zamawiający dopuści analizator z mniejszą ilością instalacji na terenie Polski?  
**Zgodnie z SWZ**

1. SIWZ V.2j. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację na 48 godzin w dni robocze? **Tak**
2. SIWZ V 2a Czy Zamawiający może ujednoczyć zapisy SIWZ i umowy §1 ust 4? Czas na dostawę analizatora wynosi 7 czy 14 dni ? **14 dni**
3. SIWZ XIII 13 Czy nie nastąpiła pomyłka – czy do oferty należy załączyć JEDZ czy oświadczenie – załącznik nr 4? **Zapis tego pkt zostaje usunięty. Zamawiający nie żąda złożenia JEDZ**
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika innego producenta niż producent oferowanego analizatora? Odczynnik ten posiada aplikację na oferowany w postępowaniu analizator. **Tak**
5. Prosimy o potwierdzenie, że analizator wykonujące oznaczenia w surowicy, osoczu, moczu i innych płynach o lepkości mieszczącej się w zakresie lepkości surowicy spełniają wymagania Zamawiającego odnośnie możliwości wykonywania badań w płynach z jam ciała. **Tak , potwierdzam**
6. W związku z zapisami w punkcie 23 wymagań podstawowych dla analizatora „Wszystkie odczynniki konfekcjonowane w zakręcanych butelkach umożliwiających porcjowanie odczynnika i używanie porcji odczynnika na pokładzie aparatu” czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla niektórych odczynników zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora, pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika. **Tak**
7. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatora na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatora. **Tak, z zastrzeżeniem, że jeśli określona przez oferenta liczba lamp zostanie przekroczona przez w okresie trwania umowy, oferent dostarczy ją na własny koszt.**
8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby. **Tak, potwierdzam**
9. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ „TABELA ASORTYMENTOWA - ODCZYNNIKI WRAZ Z DRZERŻAWĄ ANALIZATORA”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wierszy w tabeli w celu zaoferowania niezbędnych kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i akcesoriów? **Tak**

#### **Pytania do umowy**

10. §5 ust 20 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na : „Reakcja telefoniczna serwisu w ciągu 4 godz. od zgłoszenia awarii.”? **Tak**
11. §5 ust 21 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na : „W razie potrzeby przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii.”? **Tak**
12. §5 ust 22 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na :” .... Wykonawca pokrywa różnicę kosztów badań wraz z kosztami transportu”? **Tak**
13. §6 ust 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy lub niekompletnej dostawy (dostawy towaru stwierdzonymi brakami ilościowymi) lub usunięcia wady (dostawy towaru wolnego od wad) w wysokości 5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”? **Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany**
14. §8 ust 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie punktu 5 : „Zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie” **Tak**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Grzegorz Bełowski