

Gdańsk, dnia 22-10-2021

Nr postępowania - 30/2021

..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (*Dz. U. z 2021, poz.1129*) zwanej dalej u-Pzp na **dostawę materiałów i odczynników do badań genetycznych dla policyjnych laboratoriów kryminalistycznych na lata 2022 - 2024**, prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku wspólnie z innymi wymienionymi w SWZ Komendami.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU;

- opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej; w dniu 24-09-2021r.
pod numerem 2021/S 186-481665

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- opublikowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej; w dniu 22-10-2021r.
pod numerem 2021/S 206-537186

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 135, ust.2 ww. ustawy dot. obowiązku udzielania wyjaśnień treści SWZ informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły pytania jak niżej, na które udziela się odpowiedzi.

PYTANIA

Nr 1. Dotyczy rozdziału IV SWZ, ustęp 1) zadanie 1; 3:

Zamawiający zapisał:

„(...) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania.”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji jakie wersje oprogramowania – zarówno systemu operacyjnego (typu Windows) oraz oprogramowania Gene Mapper ID-X posiadają wymienione przez Zamawiającego urządzenia: ABI 3130xl/3500/3500xl, z określeniem miasta w którym się znajdują.

Informacje te są niezbędne do prawidłowego skalkulowania oferty cenowej w postępowaniu jak również właściwego zaplanowania terminu dostawy – jako że jest to parametr punktowany w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Gdańsk: GeneMapper ID-X v.1.6 + Windows 7 6.1 (Professional) Servis Pack1
3500 Series Data Collection Software 4 + Windows 10 Enterprise 2016 LTSC

Szczecin: GeneMapper ID-X v. 1.5 + Windows 7
3500 Series Data Collection Software 4 + Windows 10

Poznań: GeneMapper ID-X v.1.6+ Windows 10 Enterprise 2016 LTSC
3500 Series Data Collection Software 4 + Windows 10 Enterprise 2016 LTSC

Łódź: GeneMapper ID-X v1.5 + Windows 7 Professional
GeneMapper ID-X v1.6 + Windows 10 Enterprise LTSC (2018)
3130 Series Data Collection Software v4.0 + Windows 7 Professional
3500 Series Data Collection Software 4 + Windows 10 Enterprise 2016 LTSC

Katowice: GeneMapper ID-X v.1.5 Full i Client Version + Windows 7 (Professional) SP1
3130 Series Data Collection Software 4 + Windows 7 (Professional) Servis Pack1
3500 Series Data Collection Software 4 + Windows 7 (Professional) Servis Pack1

Rzeszów: GeneMapper ID-X v.1.5 + Windows 7 (Professional) Servis Pack1
3500 Series Data Collection Software 3.1 + Windows 7 (Professional) Servis Pack1

Kraków: Gene Mapper ID-X v.1.0, Windows Vista Buisness, 3500 Data collection wersja 1.0
Całość oprogramowania na jednym komputerze.

Wrocław: GeneMapper ID-X v.1.5, Windows 7 (Professional) Servis Pack1
3500 Series Data Collection Software 3.1 + Windows 7 (Professional) Servis Pack1

KSP: GeneMapper ID-X v.1.5 + Windows 7 (Professional) Servis Pack1
3500 Series Data Collection Software 3 + Windows 7 (Professional) Servis Pack1

Lublin: GeneMapper ID-X v.1.5 + Windows 7 6.1 (Professional) Servis Pack1
3500 Series Data Collection Software version 1.0 + Windows Vista Business v 6.0

Olsztyn: GeneMapper ID-X v.1.6 + Windows 10 ENTERPISE v.16.07
3500 Series Data Collection Software V4.0 RUO + Windows 10 ENTERPISE v.16.07

Nr 2. Dotyczy rozdziału IV SWZ, zadanie 5:

Zamawiający zapisał:

„(...) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z ewentualną aktualizacją oprogramowania.”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji jakie wersje oprogramowania – zarówno systemu operacyjnego (typu Windows) oraz oprogramowania HID Real Time PCR Analysis Software v 1.2/1.3 posiadają wymienione przez Zamawiającego urządzenia: 7500 Real Time PCR System z określeniem miasta w którym się znajdują.

Sekcja Zamówień Publicznych
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Informacje te są niezbędne do prawidłowego skalkulowania oferty cenowej w postępowaniu jak również właściwego zaplanowania terminu dostawy – jako że jest to parametr punktowany w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Gdańsk: HID Real Time PCR Analysis Software v.1.3 + Windows 7 (Professional) Servis Pack1

Szczecin: 1. HID Real-Time PCR Analysis Software v. 1.3 + Windows 10,
2. HID Real-Time PCR Analysis Software v. 1.2 + Windows 7

Poznań: HID Real Time PCR Analysis Software v.1.3 + Windows 7

Łódź: HID Real-Time PCR Analysis Software v1.2 + Windows 7 Professional

Katowice: HID Real Time PCR Analysis Software v.1.2 + Windows 7 (Professional) SP1

Rzeszów: HID Real Time PCR Analysis Software v.1.2 + Windows XP

Kraków: HID Real Time Analisys Software v 1.2 + Widows Vista Buisness

Wrocław: HID Real Time PCR Analysis Software v.1.3 + Windows 7 (Professional) SP1

KSP: HID Real Time PCR Analysis Software v.1.3 + Windows 7 (Professional) Servis Pack1

Lublin: HID Real Time PCR Analysis Software v.1.2 + Windows 7 (Professional) Servis Pack1

Olsztyn: QS5, software: RT-PCR HID v. 1.3 + Windows 7 (Professional) Servis Pack1

Nr 3 Dotyczy: Kryteria równoważności i wymaganych dowodów ich spełnienia **dla zadania 5**
Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania DNA Quantifiler Trio DNA Quantification Kit
(SIWZ str.50-51)

Zamawiający pisze: „W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment spełnia kryteria równoważności Wykonawca przedstawi:

...a) opisaną metodyką przeprowadzenia badań na sprzęcie i oprogramowaniu Zamawiającego z użyciem oferowanego zestawu z podanym czasem amplifikacji”...

Prosimy o doprecyzowanie jakie etapy metodyki Zamawiający ma na myśli – wymóg w aktualnej postaci odnosi się do pełnej instrukcji obsługi, która zawiera ponad 140 stron.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ma na myśli pełną instrukcję obsługi wraz ze wskazaniem miejsca ujęcia w niej informacji umożliwiających stwierdzenie równoważności produktu oraz stanowiących kryteria oceny ofert.

Pytanie 4:

Dotyczy: SWZ IX. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2.4 zdolność techniczna lub zawodowa

Czy Zamawiający żądając dostarczenia potwierdzeń wykonania dostaw ma na myśli dostawy obejmujące konkretny produkt z danego zadania (lub produkt równoważny) , czy potwierdzenia wykonanych dostaw mogą dotyczyć produktów przeznaczonych do użycia w badaniach kryminalistycznych (np. zestawów STR, zestawów do oceny ilości DNA, zestawy do izolacji) lub dostaw mieszanych w/w produktów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ma na myśli dostawy obejmujące konkretny produkt z danego zadania (lub produkt równoważny).

POZOSTAŁE ZAPISY SWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Wykonano w 1 egz.

- Zgodnie z art. 135, ust. 6 ww. ustawy pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej Zamawiającego; https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk oraz stronie internetowej Zamawiającego; <http://pomorska.policja.gov.pl>, www.pomorska.policja.gov.pl

Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.

Sporządził; Longina Grzegórska, tel. 47 7414817