



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 08.09.2023r.

Znak: ZP.26.1.33.2023.2

Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji SWZ w postępowaniu przetargowym pn „Dostawa środków opatrunkowych i innych wyrobów medycznych dla ZZOZ w Wadowicach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Dostawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn „Dostawa środków opatrunkowych i innych wyrobów medycznych dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ.

Pytanie nr 1 Pakiet 1 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamówienie jest dedykowane do rynku MŚP i podzielenie go na części nie przyczyni się, że rynek MŚP będzie miał łatwiejszy dostęp do zamówienia. Są to materiały ogólnie dostępne na rynku, w razie braku u danego Dostawcy mogą być przez niego zakupione u innego Dostawcy.

Pytanie nr 2 Pakiet 1 Czy zamawiający wydzieli poz. 8-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamówienie jest dedykowane do rynku MŚP i podzielenie go na części nie przyczyni się, że rynek MŚP będzie miał łatwiejszy dostęp do zamówienia. Są to materiały ogólnie dostępne na rynku, w razie braku u danego Dostawcy mogą być przez niego zakupione u innego Dostawcy.

Pytanie nr 3 Pakiet 1 poz 1-3 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga opaski elastycznej tkaney, ponieważ ma ona dodatkowe działanie stabilizujące.

Pytanie nr 4 Pakiet 1 poz. 8-10 Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 8 warstw?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga kompresów 12 warstwowych ponieważ stosowanie kompresów 8 warstwowych jest mniej ekonomiczne (większe zużycie).

Pytanie nr 5 Pakiet 1 poz. 11-13 Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 12 warstw?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga kompresów 16 warstwowych ponieważ stosowanie kompresów 12 warstwowych jest mniej ekonomiczne (większe zużycie).

Pytanie nr 6 Pakiet 1 Czy zamawiający wydzieli poz. 31-36 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamówienie jest dedykowane do rynku MŚP i podzielenie go na części nie przyczyni się, że rynek MŚP będzie miał łatwiejszy dostęp do zamówienia. Są to materiały ogólnie dostępne na rynku, w razie braku u danego Dostawcy mogą być przez niego zakupione u innego Dostawcy.

Pytanie nr 7 Pakiet 1 poz 31-36 Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elasthan, dorlastan)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga rękawu opatrunkowego o bardzo dużej elastyczności i zawartości bawełny min. 60%.

Pytanie nr 8 Pakiet 1 Czy zamawiający wydzieli poz. 54-56 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamówienie jest dedykowane do rynku MŚP i podzielenie go na części nie przyczyni się, że rynek MŚP będzie miał łatwiejszy dostęp do zamówienia. Są to materiały ogólnie dostępne na rynku, w razie braku u danego Dostawcy mogą być przez niego zakupione u innego Dostawcy.

Pytanie nr 9 Pakiet 1 poz. 54-56 czy zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zgodnie z SWZ wymagana jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Nie rekomenduje się sterylizacji materiałów porowatych tlenkiem etylenu (EO) ponieważ istnieje ryzyko pozostawienia resztek tlenu etylenu w materiale oddanym sterylizacji, co stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjenta i personelu medycznego. Użycie opatrunku z zalegającymi resztkami tlenu etylenu powodować może powstawanie miejscowych martwic, co związane jest z działaniem EO polegającym na alkalizacji białek.

Pytanie nr 10 Pakiet 1 poz. 54-56 czy zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga kompresów 12 warstwowych ponieważ stosowanie kompresów 8 warstwowych jest mniej ekonomiczne (większe zużycie).

Pytanie nr 11 Pakiet 1 poz. 54-56 czy zamawiający dopuści kompresy pakowane w blister 3 szt x 1 szt (w blisterze każdy kompres pojedynczo pakowany) opak. handlowe 25 blisterów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga kompresów pakowanych pojedynczo w opakowaniach po 25 szt.

Pytanie nr 12 Pakiet 1 Czy zamawiający wydzieli poz. 64 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamówienie jest dedykowane do rynku MŚP i podzielenie go na części nie przyczyni się, że rynek MŚP będzie miał łatwiejszy dostęp do zamówienia. Są to materiały ogólnie dostępne na rynku, w razie braku u danego Dostawcy mogą być przez niego zakupione u innego Dostawcy.

Pytanie nr 13 Pakiet 1 poz. 64 czy zamawiający dopuści kompresy jałowe włókninowe sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zgodnie z SWZ wymagana jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Nie rekomenduje się sterylizacji materiałów porowatych tlenkiem etylenu (EO) ponieważ istnieje ryzyko pozostawienia resztek tlenu etylenu w materiale oddanym sterylizacji, co stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjenta i personelu medycznego. Użycie opatrunku z zalegającymi resztkami tlenu etylenu powodować może powstawanie miejscowych martwic, co związane jest z działaniem EO polegającym na alkalizacji białek.

Pytanie nr 14 Pakiet 2 poz 1-4 czy zamawiający dopuści kompresy jałowe 17 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga kompresów 16 warstwowych ponieważ stosowanie kompresów 8 warstwowych jest mniej ekonomiczne (większe zużycie).

Pytanie nr 15 Pakiet 2 poz. 1-4 czy zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zgodnie z SWZ wymagana jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Nie rekomenduje się sterylizacji materiałów porowatych tlenkiem etylenu (EO) ponieważ istnieje ryzyko pozostawienia resztek tlenu etylenu w materiale oddanym sterylizacji, co stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjenta i personelu medycznego. Użycie opatrunku z zalegającymi resztkami tlenu etylenu powodować może powstawanie miejscowych martwic, co związane jest z działaniem EO polegającym na alkalizacji białek.

Pytanie nr 16 Pakiet 2 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,11,-12,19-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamówienie jest dedykowane do rynku MŚP i podzielenie go na części nie przyczyni się, że rynek MŚP będzie miał łatwiejszy dostęp do zamówienia. Są to materiały ogólnie dostępne na rynku, w razie braku u danego Dostawcy mogą być przez niego zakupione u innego Dostawcy.

Pytanie nr 17 Pakiet 2 poz 11-12 czy zamawiający dopuści gazy jałowe sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zgodnie z SWZ wymagana jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Nie rekomenduje się sterylizacji materiałów porowatych tlenkiem etylenu (EO) ponieważ istnieje ryzyko pozostawienia resztek tlenu etylenu w materiale oddanym sterylizacji, co stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjenta i personelu medycznego. Użycie opatrunku z zalegającymi resztkami tlenu etylenu powodować może powstawanie miejscowych martwic, co związane jest z działaniem EO polegającym na alkalizacji białek.

Pytanie nr 18 Pakiet 2 Czy zamawiający wydzieli poz. 43-46 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamówienie jest dedykowane do rynku MŚP i podzielenie go na części nie przyczyni się, że rynek MŚP będzie miał łatwiejszy dostęp do zamówienia. Są to materiały ogólnie dostępne na rynku, w razie braku u danego Dostawcy mogą być przez niego zakupione u innego Dostawcy.

Pytanie nr 19 Pakiet 2 poz. 19-24 czy zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zgodnie z SWZ wymagana jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Nie rekomenduje się sterylizacji materiałów porowatych tlenkiem etylenu (EO) ponieważ istnieje ryzyko pozostawienia resztek tlenu etylenu w materiale oddanym sterylizacji, co stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjenta i personelu medycznego. Użycie opatrunku z zalegającymi resztkami tlenu etylenu powodować może powstawanie miejscowych martwic, co związane jest z działaniem EO polegającym na alkalizacji białek.

Pytanie nr 20 Pakiet 2 poz. 19-21 Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 8 warstw?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga kompresów 12 warstwowych ponieważ stosowanie kompresów 8 warstwowych jest mniej ekonomiczne (większe zużycie).

Pytanie nr 21 Pakiet 2 poz. 22-24 Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 12 warstw?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga kompresów 16 warstwowych ponieważ stosowanie kompresów 8 warstwowych jest mniej ekonomiczne (większe zużycie).

Pytanie nr 22 Pakiet 2 poz 43-45 Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów w klasie IIa reg. 7. Zamawiający przewiduje w razie konieczności możliwość sterylizacji w/w kompresów we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Pytanie nr 23 Pakiet 2 poz 43-45 Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 8 warstw?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga kompresów 16 warstwowych ponieważ stosowanie kompresów 12 lub 8 warstwowych jest mniej ekonomiczne (większe zużycie).

Pytanie nr 24 Pakiet 2 poz 43-45 Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 12 warstw?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga kompresów 16 warstwowych ponieważ stosowanie kompresów 12 lub 8 warstwowych jest mniej ekonomiczne (większe zużycie).

Pytanie nr 25 Pakiet 2 Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 Pakiet 2 Pozycja 6, 7Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10sztuk bez przewiązywania z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 27 Pakiet 2 Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą pakowaną a'1szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga opaski dzianej jałowej.

Pytanie nr 28 Pakiet 2 Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m2?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ dotyczących pakowania pojedynczego i warunków sterylizacji.

Pytanie nr 29 Pakiet 2 Pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 0,5m2?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ dotyczących pakowania pojedynczego i warunków sterylizacji.

Pytanie nr 30 Pakiet 2 Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany a'1szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie nr 31 Pakiet 2 Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny pakowany a'25szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie nr 32 Pakiet 2 Pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści opaskę o składzie: 40%-50% włóknina poliestrowa 30%-40% klej wykonany z syntetycznego kauczuku (poliizopren) 5%-10% spandex?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 33 Pakiet 2 Pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 34 Pakiet 2 pozycja 29, 30 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 szt. serweta chirurgiczna 2-warstwowa 45g/m2 90cm x 75cm; warstwa celulozy + folia polietylenowa
- serweta chirurgiczna 2-warstwowa z centralnym otworem przylepnym 45cm x 75cm; otwór: śr. 8cm; warstwa celulozy + folia polietylenowa
- 10 szt. tupfer z gazy bez nitki RTG 20cm x 20cm; gaza bawełniana 17-nitkowa
- 10 szt. kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm 17N 8W
- 1 szt. pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor niebieski
- 1 szt. chwytak metalowy Pean dł. 13cm; stal nierdzewna
- 1 szt. igłotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13cm; stal nierdzewna
- 1 szt. strzykawka dwuczęściowa poj. 10ml;
- 1 szt. strzykawka dwuczęściowa poj. 20ml;
- 1 szt. igła iniekcyjna 1,2mm x 40mm
- 1 szt. igła iniekcyjna 0,8mm x 40mm
- 1 szt. ostrze chirurgiczne nr 11
- 1 szt. opatrunek foliowy z ramką i taśmą do opisu 10cm x 15cm

Zestaw zapakowany w dwukomorowy twardy blister. Etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 35 Pakiet 2 pozycja 29 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, w zestawie znajduje się pojemnik o poj. 120ml (w ramach blistra) na odpady po zabiegu?

- 1x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2 warstwowa
- 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm
- 1x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer
- 1x Strzykawka 3-częściowa 20ml Luer
- 1x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
- 10x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm
- 10x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm
- 1x Pęseta plastikowa niebieska 13cm
- 1x Ostrze chirurgiczne nr 11
- 1x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
- 1x Pojemnik okrągły poj. 120ml

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 Pakiet 2 pozycja 29, 30 – Czy Zamawiający dopuści etykietę z dwoma nalepkami?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 37 Pakiet 2 pozycja 30 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, w zestawie znajduje się pojemnik trójkomorowy (w ramach blistra)?

- 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową
- 1x Serweta chirurgiczna 75cm x 80cm 2-warstwowa, do znieczuleń przewodowych, z otw. Przylep. 6cm x 15cm
- 10x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
- 1x Strzykawka 3-częściowa 3ml Luer Lock
- 1x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer Lock
- 1x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1x Igła iniekcyjna (0,5 x 40)
- 1x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm
- 1x Pęseta plastikowa niebieska 13cm
- 1x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 38 Pakiet 2 pozycja 31 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie nr 39 Pakiet 2 pozycja 31 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie nr 40 Pakiet 2 Pozycja 38 Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 96cm x 96cm x 130cm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 41 Pakiet 2 Pozycja 39 Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o wadze min. 5g?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 42 Pakiet 2 Pozycja 41 Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o wadze min. 14g?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 43 Pakiet 2 Pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m²?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 44 Pakiet 2 Pozycja 47 Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 5m x 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 45 Pakiet 2 Pozycja 47 Czy Zamawiający dopuści opaskę w opakowaniu papierowym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający wymaga opakowania w kartonik.

Pytanie nr 46 Pakiet 2 Pozycja 49 Czy Zamawiający dopuści watę wykonaną z odtłuszczonej i wybielonej masy celulozowej 85-90 % i wody 13-15%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 47 Pakiet 2 Pozycja 49 Czy Zamawiający dopuści watę z gramaturą pojedynczej warstwy min. 47g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie nr 48 Pakiet 2 Pozycja 49 Czy Zamawiający dopuści watę o chłonności wody 12,8g/g?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ.

Pytanie nr 49 Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w wymaganiach do pakietu nr 2 w pozycji 1 opisując podkłady podgipsowe miał na myśli klasę I sterylną? Zgodnie z uszeregowaniem produktów medycznych na klasy, podkłady podgipsowe jałowe znajdują się w klasie I sterylnej.

Odpowiedź: Zamawiający **modyfikuje** Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 2 „Wymagania dodatkowe” pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Jałowe kompresy, setony, gaza, podkłady podgipsowe będą stosowane na bloku operacyjnym, dlatego muszą posiadać klasę I sterylną.”

Pytanie nr 50 Pakiet nr 7 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie opatrunku samoprzylepnego z podkładkami hemostatycznymi o średnicy

36 mm, pozostałe zaspy zgodnie z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice) pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.09.2023r.** do godz. 10:00. Próbki należy złożyć w Sekretariacie ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice nie później niż do dnia otwarcia ofert. Otwarcie ofert i próbek następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **14.09.2023r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 13.10.2023r.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x Dostawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a.