



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 273/05/2024

Chrzanów, 9.05.2024 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego pn. „Dostawa sprzętu medycznego i materiałów do badań dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” – sprawa nr 53/2024.**

- Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1 :** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemnika o pojemności 60 ml wypełnionego 10% buforowaną formaliną w ilości 40 ml zapakowanego w wygodne tace. Dodatkowo pojemniki pakowane są w folię termokurczliwą dla dodatkowego zabezpieczenia. Pojemnik wykonany z polipropylenu zawierający innowacyjny mechanizm uszczelniający, który eliminuje możliwość wycieku podczas transportu, zapewniając bezpieczny i prawidłowy transport materiału tkankowego. Opakowanie zbiorcze 25 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.**

- Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ- wzór umowy:** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto” W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany § 4 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:” 2. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu ..... dni roboczych (w godzinach 7-13:00) na podstawie zamówień przesyłanych Wykonawcy faksem na nr.....lub e-mailem na adres ..... Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”**

- Dotyczy SWZ:** Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- PAKIET nr 8** Czy Zamawiający dopuści termometr bezdotykowy na podczerwień, elektroniczny z ergonomicznym wyświetlaczem LCD z podświetleniem ekranu (możliwość odczytania wyniku w nocy). Szybki pomiar: 3 –4 sekundy, zakres pomiaru 34-43oC, automatyczne wyłączenie po 60 sekundach. Termometr z certyfikatem ISO 80601-2-56:2009 (certyfikowany wyrób medyczny)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- Dotyczy pakietu nr 5, pozycja 3:** Proszę o dopuszczenie zaoferowania kieliszków pakowanych po 75 szt. tj. 3000 op. po 75 szt. Dopuszczenie powyższego umożliwi



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- 6. dotyczy pakietu nr 5, pozycja 7:** Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania kubka o pojemności 0,4 L z zachowaniem pozostałych parametrów jak w SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami swz.**

- 7. dotyczy pakietu nr 7, pozycja 1:** Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania worków na wymiociny pakowanych po 50 szt. tj. 120 op. po 50 szt. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- 8. dotyczy pakietu nr 13, pozycja 1:** Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika na kał z łopatką o pojemności 30 ml. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

- 9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 ostrza jak poniżej:**

Ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne. Ostrza ogólnego zastosowania do owłosienia ciała, Wydajność golenia - 12 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,21 mm, szerokość cięcia 31,5 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarką firmy Becton Dickinson model: 5513E	op. 50 szt.
Ostrza do strzygarki, jednorazowe, przeznaczone do strzyżenia skóry głowy i grubego gęstego owłosienia innych powierzchni ciała. Wydajność golenia - 18 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,45 mm, szerokość cięcia 39,4 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 20 szt. Kompatybilne ze strzygarką firmy Becton Dickinson model: 5513E	op. 20 szt.
Ostrza do strzygarki jednorazowe przeznaczone do miejsc wrażliwych takich jak: Krocze i inne obszary wrażliwe. Wydajność golenia - 9 800 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,23 mm, szerokość cięcia 25 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 20 szt. Kompatybilne ze strzygarką firmy Becton Dickinson model: 5513E	op. 20 szt.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

W przypadku pozytywnej odpowiedzi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia strzygarek z ładowarką, firmy Becton Dickinson na czas trwania umowy, wraz z pierwszą dostawą ostrzy. Zamawiający określi ilość bezpłatnych strzygarek z ładowarką, zgodnie z aktualnym stanem posiadania strzygarek.



**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**10. Pakiet nr 2:** Zwracamy się z wnioskiem o informację, do resektoskopu jakiej firmy przeznaczone są elektrody pętla i kulka.

**Odpowiedź: Do resektoskopu firmy Karl Storz.**

**11. Dotyczy § 4 pkt 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 pkt 2 umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany § 4 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:” 2. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu ..... dni roboczych (w godzinach 7-1300) na podstawie zamówień przesyłanych Wykonawcy faksem na nr.....lub e-mailem na adres ..... Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”**

**12. Dotyczy § 6 pkt 2 lit. a)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu liczenia kary z: „za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy oraz dostawę niezgodną z zamówieniem – w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia, lecz nie mniej niż 5zł, za każdy dzień zwłoki” na: „za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy oraz dostawę niezgodną z zamówieniem – w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, lecz nie mniej niż 3 zł, za każdy dzień zwłoki”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę bez zmiany minimalnej wysokości kary w zł. i dokonuje zmiany zapisu § 6 pkt 2 lit. a), który otrzymuje brzmienie:” a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy oraz dostawę niezgodną z zamówieniem – w**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, lecz nie mniej niż 5 zł, za każdy dzień zwłoki.”**

**13. Pytania dotyczące Przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 13 Pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pojemniki o poj. użytkowej do 25 ml i całkowitej 30 ml, ( Ø 30 mm x 80 mm ), z PP, z zakrętką i łopatką z PE w kolorze białym oraz podziałką co 5 ml w zakresie 5-25 ml i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**14. Czy Zamawiający w pakiecie nr 10** dopuści maskę antypoślizgową, wykonaną ze specjalnej mieszanki materiałów, bez uźebrowania na zewnętrznej stronie kopuły?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**15. Pakiet 5, poz. 3:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z prze-liczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**16. Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego** czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb.**

**17. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia** na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź: Zapis pozostaje bez z mian. Zgodnie z SWZ.**

18. Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnęte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. Zgodnie z SWZ.**

19. W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zgodnie z SWZ.**

20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.**

**21. Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści linię do próbek bez filtra 0,8 um?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**22. Pakiet nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 80 sztuk wraz z przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**23. Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści chustę o wymiarach 96 x 96 x 136 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**24. Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający wymaga, aby worek na wymiociny był wyposażony w absorbent żelujący?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**25. Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'50 sztuk wraz z przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**26. Pakiet nr 9**

Czy Zamawiający dopuści maskę z zaworem do dopompowania mankietu z metalową zastawką umieszczony w dolnej części maski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**27. Pakiet nr 9**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość pracy w środowisku MRI”?





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maskę bez możliwości pracy w środowisku MRI.**

**28. Pakiet nr 9**

Czy Zamawiający dopuści rozmiary kodowane kolorem pierścienia oraz słownie na korpusie maski?

**Odpowiedź: |Zgodnie z SWZ.**

**29. Pakiet nr 9**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbek, jeżeli zostały one już złożone w postępowaniu o numerze 2/2024 w zakresie Pakietu nr 15? Unieważnienie tego Pakietu w postępowaniu 2/2024 nastąpiło z winy Zamawiającego, a wymaganie po raz kolejny złożenia tych samych próbek stałoby w sprzeczności chociażby z dbaniem o środowisko, jak również narażałoby Wykonawcę na niepotrzebne koszty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**30. Pakiet nr 10**

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną bez antypoślizgowej konstrukcji w postaci uźebrowania na zewnętrznej stronie kopuły? Sama konstrukcja maski zapewnia pewny chwyt w dłoni.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**31. Pakiet 6 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 96cm x 96cm x 136cm?**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**32. Pakiet 9 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści maskę bez możliwości pracy w środowisku MRI?**

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**33. Pakiet 9 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści maskę w następujących rozmiarach:**

ROZMIAR	WIEK / ROZMIAR
0	noworodek (neonate)
1	niemowlę (infant)
2	pediatryczny (pediatric)
3	mały dorosły (adult S)
4	średni dorosły (adult M)
5	duży dorosły (adult L)
6	bardzo duży dorosły (adult XL)





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**34. Pakiet 9 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści maskę z wyłącznie opisowym oznaczeniem rozmiaru na korpusie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**35. Pakiet 9 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści maskę o następujących właściwościach, jak na zdjęciu:

- Maska wykonana w całości ze 100% silikonu
- Ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy mankiet, zapewnia doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Rozmiar oznaczony na korpusie maski
- Pełny zakres rozmiarów umożliwia prawidłowy dobór wielkości maski w zależności od wieku pacjenta
- Wystandaryzowane złącze pacjenta 15M / 22F
- Wielorazowego użytku - możliwość sterylizacji w autoklawie przez 15 minut w 121°C (do 20 razy)
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Niesterylna
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka / hermetyczna folia medyczna



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**36. Pakiet 10 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści maskę jak na zdjęciu:



**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**37. Pakiet 13 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**38. Pytanie dot. § 6 ust. 6 projektu umowy:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie, w § 6 ust. 6 projektu umowy, łącznego limitu odpowiedzialności Wykonawcy, w przypadku dochodzenia przez Zamawiającego







# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych (limit odpowiedzialności w postaci wartości brutto umowy)?

Uzasadniając powyższe pytanie, Wykonawca podkreśla, że brak limitu odpowiedzialności utrudnia skalkulowanie oferty i tym samym wymusza przyjęcie wyższej wyceny oferty celem zabezpieczenia nieograniczonego ryzyka. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności umożliwi zrjonalizowanie wyceny oferty. W przypadku twierdzącej odpowiedzi, na powyższy pytanie, § 6 ust. 6 projektu umowy przyjąłby brzmienie:

„6. Zamawiający, w wypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem, iż łączny limit odpowiedzialności Wykonawcy związany z roszczeniami Zamawiającego dotyczącymi odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych, nie przekroczy wartości umowy brutto.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.**

### 39. Pakiet 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga ostrzy w kolorze czerwonym o szerokości cięcia 20,0 mm, w kolorze niebieskim 36,2 mm, a w kolorze szarym 31,3 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

*W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. nr 4 do SWZ- wzór umowy po zmianie odp. 1*

*Z poważaniem*

*Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
lek. med. Izabela Kielbalska  
z upoważnienia Dyrektora*



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892