



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

ZP.271.2.17.20

Nowy Targ, 06.04.2020r.

ZAPROSZENIE do złożenia oferty

na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO (art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami)

I. Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.,
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego i automatycznego urządzenia do poboru próbek ścieków.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie musi spełniać wymogi i charakteryzować się parametrami wyszczególnionymi poniżej lub lepszymi.

Pobór próbek ścieków:	Automatyczny, zgodny z wytycznymi normy PN-EN-ISO-5667-3:2018
Wymiary:	Wysokość max. 65 cm, średnica max.45 cm lub mniejsza
Waga całkowita:	Do 13 kg bez butelek
Wyświetlacz:	Graficzny min. 1/4VGA
Akumulator	12V, min6,9 Ah
Temperatura pracy:	Od 0°C do +40°C
Pompa:	Perystaltyczna, odporna na korozję
Wysokość podnoszenia pompy:	8 m
Linia ssąca przedmuchiwana i automatycznie przepłukiwana:	Przed i po pobraniu każdej próbki
Ustawialna pojemność pobieranych próbek:	Od 10 do 9990 ml
Typowa powtarzalność:	+/- 5 ml / +/- 5 %
Programy próbkowania i obsługa urządzenia dla:	1 pojemnika, 24 pojemników
Tryby poboru próbek:	Proporcjonalny do przepływu, proporcjonalny do czasu, zdarzeniowy (proporcjonalny do pH), ręczny, losowy
Stopień szczelności kontrolera do poboru próbek:	IP 67
Obudowa:	Z tworzywa wzmocniana włóknem szklanym
Zasilanie:	Akumulatorowe oraz sieciowe
Rejestracja wszystkich mierzonych parametrów:	W pamięci wewnętrznej
I/O (wejście/wyjście binarne) :	Szt.1
Wejście RS 485	Szt. 1
Możliwość współpracy przy poborze próbek z przepływomierzem, deszczomierzem lub phmetrem innych producentów niż oferowane urządzenie:	Tak
Język menu:	Polski



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

WYPOSAŻENIE

Liczba butelek i pojemność:	24 butelki o pojemności 0,5 – 0,7 l, 1butelka o pojemności min 15l, materiał PE
Zamocowanie	Uprząż do podwieszania
Akumulator zapasowy:	12VDC, min.6,9 Ah
Zasilacz sieciowy 230V AC :	Tak
Ładowarka sieciowa dla akumulatorów:	Tak
Kabel połówkowy AUX, 7-pin, dł. 6 m kub większa	Tak
Kabel:	Sampler – PC/USB
Gwarancja:	Min. 2 lata

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Do 30 dni od daty podpisania umowy

V. Opis sposobu przygotowania Oferty:

1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku – Załącznik nr 1.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela firmy.
4. W formularzu oferty Wykonawca określi ryczałtową cenę ofertową brutto za dostawę przenośnego i automatycznego urządzenia do poboru prób ścieków dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ.
5. Ofertę na druku wg załączonego wzoru - Załącznik nr 1 - należy przesać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus lub na adres zamowienia@mzwik.nowytag.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21.04.2020 r, wtorek, do godz. 10.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2020 r., wtorek, o godz. 10:15

VI. Kryteria oceny ofert

Cena ofertowa brutto za całość zamówienia - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.

Koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Oferent.

VII. Forma wynagrodzenia i płatność

1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu przekazania i odbioru.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT z wymaganym protokołem.

VIII. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

IX. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą 34 -400 Nowy Targ, ul. Długa 21, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 735 286 95 68.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mzwik.nowytarg.pl lub pisemnie na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ , dopisek: ochrona danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem rozpoznania cenowego na dostawa przenośnego i automatycznego urządzenia do poboru prób ścieków.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. RODO.

- X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Dominik Ładawiec

