



Katowice, dnia 04.10.2022r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „DOSTAWA SEPARATORA KOMÓRKOWEGO” Nr sprawy: ZP-22-137BN

Dyrektor

dr n. med.

Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 259-16-50

fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl

www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :

Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pyt. nr 1, Załącznik nr 1 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego kolorowy ekran dotykowy LCD o wielkości 12,5 cala, który pokazuje graficznie każdy etap procedury?

Odp: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pyt. nr 2 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nie wycenianie kosztów transportu, instalacji, uruchomienia, szkolenia i wpisanie w odpowiednie miejsce w formularzu Oferta adnotacji wliczono w cenę urządzenia?

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o zmianę treści ust. 1 w §1 w sposób następujący:

Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi brutto zł (słownie:.....), w tym należny podatek VAT %.

Odp: W związku z zakupem w ramach „Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania p.n. „Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” i wymogiem rozdzielenia kosztów, Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pyt. nr 3, Załącznik nr 3, §3 ust. 3

Ze względu na fakt, że postępowanie dotyczy jednorazowej dostawy urządzenia zwracamy się z prośbą o zmianę treści niniejszego postanowienia na następującą:

Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.

Odp: Dokładnie taką treść Zamawiający umieścił w §3 ust. 3 projektu umowy.

Zamawiający koryguje treść §3 ust. 3 w następujący sposób:

Było: Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.

JEST: Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty dostawy przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.

Pyt. nr 4 Załącznik nr 3, §4 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5 % za każdy dzień zwłoki?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. nr 5 Załącznik nr 3, §4 ust. 1 i §4 ust. 3

Prosimy o ujednoczenie postanowień w zakresie maksymalnej wysokości kar umownych – tj. określenie jej na maksymalnej wysokości 40%.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. nr 6 Załącznik nr 3, §4 ust. 3

Prosimy o dodanie zdania: „Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim przysługuje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania zobowiązania i udzieleniu mu dodatkowego terminu”.



Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. nr 7 Załącznik nr 3, §4 ust. 6

Ze względu na fakt, że postępowanie dotyczy jednorazowej dostawy urządzenia zwracamy się z prośbą o usunięcie ust.6 .

Odp: Zamawiający koryguje treść §4 ust. 6 poprzez jego wykreślenie.

Pyt. nr 8 Załącznik nr 3, §5 ust. 4

W celu ujednoczenia zapisów umowy do określonych w SWZ wymagań Zamawiającego w zakresie serwisu zgodnie z punktem 11 załącznika Nr 1 (Opis przedmiotu Zamówienia) zwracamy się z prośbą o zmianę treści niniejszego postanowienia na następującą:

Wykonawca oświadcza, iż zapewnia serwis autoryzowany przez producenta artykułu ~~na terenie Polski.~~

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. nr 9 Załącznik nr 3, §5 ust. 9

Prosimy o dokonanie zmiany terminów i zapisów wskazanych w § 5 projektu umowy:

§5 ust. 9 – prosimy o usunięcie możliwości zgłoszenia wady faksem, proponujemy możliwość zgłoszenia wady za pomocą e-maila lub przez telefon;

Odp: Zamawiający dopuszcza te rozwiązania w SWZ.

Pyt. nr Załącznik nr 3, §5 ust. 10

Prosimy o dokonanie zmiany terminów i zapisów wskazanych w § 5 projektu umowy:

§5 ust. 10 - prosimy o wydłużenie terminu naprawy do 8 dni roboczych;

Odp: Zamawiający koryguje treść §5 ust. 10 w następujący sposób:

Było: Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

JEST: Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 8 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

Pyt. nr Załącznik nr 3, §5 ust. 11

Prosimy o dokonanie zmiany terminów i zapisów wskazanych w § 5 projektu umowy:

§5 ust. 11 - prosimy o określenie czasu naprawy w dniach roboczych tj. czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia od Zamawiającego;

Odp: Zamawiający koryguje treść §5 ust. 11 w następujący sposób:

Było: W przypadku, jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

JEST: W przypadku, jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

Pyt. nr Załącznik nr 3, §5 ust. 13

Prosimy o dokonanie zmiany terminów i zapisów wskazanych w § 5 projektu umowy:

§5 ust. 13 – prosimy o usunięcie postanowienia. Z uwagi na to, że producent przedmiotowego urządzenia znajdują się poza Polską nie jest technicznie ani organizacyjnie możliwe, żeby dostarczyć do Zamawiającego aparat zastępczy w wymaganym terminie. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje wykonanie skutecznej naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych. W związku z powyższym postanowienie o wstawieniu aparatu zastępczego wydaje się zbędne i nie będzie skuteczne.

Odp: Zamawiający koryguje treść zapisów § 5 ust. 13 w następujący sposób:

Było: W przypadku, gdy czas trwania naprawy przekraczać będzie 4 dni robocze, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia artykułu zastępczego o nie gorszych parametrach od opisanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia dla postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy.

JEST: W przypadku, gdy czas trwania naprawy przekraczać będzie 14 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia artykułu zastępczego o nie gorszych parametrach od opisanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia dla postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy.

Pyt. nr Załącznik nr 3, §5 ust. 14

Prosimy o dokonanie zmiany terminów i zapisów wskazanych w § 5 projektu umowy:

§ 5 ust. 14 – prosimy o usunięcie postanowienia.



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pyt. nr Załącznik nr 3 §6 ust. 3

§ 6 ust. 3 – prosimy o usunięcie postanowienia. Postanowienie jest zbyt restrykcyjne. W sytuacji dostarczenia urządzenia w terminie zgodnie z umową i po zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia w całości, zbyt daleko idącym wydają się postanowienia § 6 ust. 3 projektu umowy tj. możliwość rozwiązania umowy w sytuacji jej wykonania, czyli po dostawie urządzenia i rozpoczęciu korzystania przez Zamawiającego z urządzenia.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.