

Zamawiający:
**Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu**
ul. Św. Józefa 53-59
87-100 Toruń
tel. (56) 679 36 42

adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)
e-mail: zamow_publ@wszcz.torun.pl

W.Sz.Z: TZ-280-124/24

Toruń, dnia 07-11-2024 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej **poniżej** 221.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy określony w art. 275 pkt 1)**
zgodnie z ustawą z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

**Dostawa ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego
w formie leasingu.**

**34114121-3 – karetki
33100000-1 – urządzenia medyczne
66000000-0 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe**

I. Opis sposobu przygotowania oferty i dokumentów wymaganych w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
4. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 1010202.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 ustawy Pzp).
6. Oferta oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu¹ (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
8. Oferta musi być:
 - 8.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - 8.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - 8.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, które określone zostały w *ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej*.
10. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisanych plików z danymi oraz plików XAdES.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 ustawy Pzp). Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
 - 11.1. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

¹ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

12. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
13. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.
14. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty (w tym ewentualne rabaty), jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
15. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
16. Opatrzanie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu.
17. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
18. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z *Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych*.
19. Zalecenia dotyczące formatu składanych plików:
 - 19.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
 - 19.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
 - a) .zip
 - b) .7Z
 - 19.3. Wśród formatów powszechnych, a niewystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
 - 19.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
 - 19.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
 - 19.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 - 19.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
 - 19.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
 - 19.9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SWZ dot. danego postępowania.
 - 19.10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
 - 19.11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosek. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosek.
 - 19.12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- 19.13. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 19.14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 19.15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

20. Forma i postać składanych oświadczeń i dokumentów oraz oferty.

- 20.1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w *Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 z późn. zm.), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) - dalej jako „**rozporządzenie**”.
- 20.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (**§ 2 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (**§ 2 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.4. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 67 ustawy Pzp (**§ 3 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.5. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (**§ 4 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z **tłumaczeniem na język polski**. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy Pzp (**§ 5 rozporządzenia**).
- 20.7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument (**§ 6 ust. 1 rozporządzenia**).

- 20.8. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 6 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.9. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:
- a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 20.10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (**§ 6 ust. 4 rozporządzenia**).
- 20.11. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (**§ 6 ust. 5 rozporządzenia**).
- 20.12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (**§ 7 ust. 1 rozporządzenia**).
- 20.13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (**§ 7 ust. 2 rozporządzenia**).
- 20.14. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, dokonuje w przypadku:
- a) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 - b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - c) pełnomocnictwa - mocodawca.
- 20.15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również notariusz (**§ 7 ust. 4 rozporządzenia**).

20.16. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (**§ 8 rozporządzenia**).

20.17. Zgodnie z § 10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

- a) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
- b) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
- c) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
- d) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

21. Opis sposobu przygotowania oferty.

21.1. **Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.** Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego **Załącznik Nr 1 do SWZ**. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

21.2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:

- a) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ);
- b) załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i są wymagane w SWZ na etapie składania oferty, np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia (jeśli występuje specyfikacja na dostawy okresowe - wymagane jest także załączenie pliku w formacie .xls), specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia;
- c) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
- d) przedmiotowych środków dowodowych, o ile są wymagane w postępowaniu;
- e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o ile takie udostępnienie zasobów ma miejsce w postępowaniu;
- f) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

21.3. Wykonawca składa jedną ofertę za pośrednictwem Platformy.

21.4. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

21.5. Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy:

- a) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
- b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
 - d) przepis lit. c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 - e) przepisy lit. a) - c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
 - f) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w lit. a), pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
- 21.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp). W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

II. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ, tj. **W.Sz.Z: TZ-280-124/24**.
 - 2.1. Do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego uprawnieni są:
 - Anna Wutrych – Krajewska, Magdalena Ulińska – w zakresie procedury postępowania,
 - Wiesław Broszkowski – w zakresie przedmiotu zamówienia.
3. Wymaga się, aby komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun do konkretnego Wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

6. Zamawiający, zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na www.platformazakupowa.pl, tj.:
 - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej na stronie internetowej.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na niespełnienie obowiązku określonego w art. 221 ustawy Pzp.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się i komunikacji:
 - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
 - za pośrednictwem poczty, a
 - poprzez osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
 - 11.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
 - 11.2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w ww. terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
 - 11.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
 - 11.4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w ww. terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
 - 11.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
 - 11.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun

12. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.
Nie dotyczy.

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert.

- 1.1. **Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 18-11-2024 r., do godz. 08:30.**
- 1.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
- 1.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 1.4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
- 1.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 1.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

2. Termin otwarcia ofert.

- 2.1. **Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. w dniu 18-11-2024 r., o godz. 09:00.**
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.
- 2.2. Z uwagi na fakt, że otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu informatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt. 2.1., otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 2.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 2.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun (w części dot. danego postępowania) w sekcji „Komunikaty”.

IV. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców. Podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych, udostępnienie zasobów.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1.1. nie podlegają wykluczeniu;
 - 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ.

2. **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, **każdy Wykonawca dołącza do oferty**, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

Oświadczenie wstępne stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania oferty, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. **Podstawy wykluczenia z postępowania oraz podmiotowe środki dowodowe** na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

- **art. 108 ust. 1 ustawy Pzp** (*przesłanki obligatoryjne*),
- **art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp** (*przesłanka fakultatywna*),
- **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.**

- 3.1. **Zgodnie z art. 108 ust. 1 Pzp „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:**

- 3.1.1. *będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:*

- a) *udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,*
- b) *handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,*
- c) *o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.*

- d) *finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,*

- e) *o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,*

- f) *powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,*

- g) *przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,*

- h) *o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;*

- 3.1.2. *jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.1.1;*

- 3.1.3. *wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub*

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- 3.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 3.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 3.1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia“.
- 3.2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp „z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę:**
- 3.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury”.
- 3.3. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający może nie wykluczyć Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia (art. 109 ust. 3 ustawy Pzp).
- 3.4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp Zamawiający wykluczy:**
- 3.4.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 3.4.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 - 3.4.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
- 3.5. Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy Pzp.

3.6. **Podmiotowe środki dowodowe** na potwierdzenie **braku podstaw do wykluczenia** w zakresie, o którym mowa w **art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4)** ustawy Pzp oraz w **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.**

Wykonawca, **którego oferta zostanie najwyżej oceniona**, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, także nw. **podmiotowy środek dowodowy** potwierdzający okoliczności z **art. 109 ust. 1 pkt 4)** ustawy Pzp, tj.:

- 3.6.1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 3.7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 3.8.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
- 3.8.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
- 3.8.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
- a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
- 3.9. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
- 3.10. **Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast:
- a) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...* – **składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania**, potwierdzające, że:
 - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

- 3.11. **Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów**, o których mowa w § 4 ust. 1 *Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych...*, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.
- Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
- 3.12. Zapisy art. 127 ust. 2, art. 128, art. 274 ust. 2-4 ustawy Pzp, Zamawiający stosuje odpowiednio.

4. **Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający ustala warunki w zakresie:

4.1. **Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

4.2. **Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

4.3. **Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.**

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

4.4. **Zdolność techniczna lub zawodowa.**

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni, podmiotowy środek dowodowy potwierdzający spełnienie warunku w tym zakresie tj.:

- a) **wykaz** minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie *ambulansów ratunkowych dla zespołów ratownictwa medycznego* o wartości minimum **525.000,00 zł brutto**, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem **dowodów** określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz dostaw należy przygotować wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 4 do SWZ**.

5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
6. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
- 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie,
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 6.1. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.

- 6.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
- 6.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).
 - 7.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 - 7.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 - 7.4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. **Udostępnienie zasobów.**
 - 8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 - 8.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
 - 8.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne, zawodowe, ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy - nie dotyczy to jednak oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 - 8.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 - 8.5. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 - 8.6. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

9. Podwykonawstwo.

- 9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
- 9.2. Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
- 9.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotem udostępniającym zasoby, przedstawił oświadczenie o niepodleganiu wyluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy (art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
- 9.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
- 9.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

V. Opis przedmiotu zamówienia. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w formie leasingu.**
 - 1.1. Szczegółową specyfikację pojazdu wraz z wyposażeniem wchodzącego w skład przedmiotu leasingu określa Załącznik Nr 2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
 - 1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna i opis przedmiotu zamówienia, wymagane warunki dla samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz wyposażenia medycznego ambulansu zawarta jest w Załączniku Nr 2a do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
 - 1.3. Oferowany ambulans musi być wyprodukowany w 2024 roku, nieużytkowany, niedemonstracyjny, niebędący przedmiotem ekspozycji, wolny od wad fizycznych i prawnych, w stanie technicznym zgodnym z dokumentacją, posiadające świadectwo homologacji WE na pojazd bazowy oraz na pojazd skompletowany. (Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu). Do zakupionego pojazdu muszą być dołączone także inne wymagane dokumenty (instrukcja użytkowania i obsługi, karta pojazdu, karta gwarancyjna).
 - 1.4. Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

1.5. Oferowany ambulans musi spełniać także wymagania określone w następujących normach:

- **normy PN EN 1789** *lub*
- innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789 w zakresie wymagań dotyczących konstrukcji, badania, osiągnięć i wyposażenia ambulansów typu C, wymagań dotyczących przedziału dla pacjenta, wyrobów medycznych przewożonych w ambulansach.
- normy PN EN 1865 "Wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowych w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia" *lub* normy równoważnej w tym zakresie.

1.6. Wyroby medyczne stanowiące wyposażenie ambulansów muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

1.7. Wykonawca zapewni serwis pojazdów bazowych w okresie gwarancji w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki. Na formularzu „oferta” Wykonawca musi wskazać nazwę i adres autoryzowanej stacji obsługi.

1.8. Forma zakupu i wymagania dotyczące leasingu:

- a) leasing operacyjny z opcją wykupu przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę,
- b) bez wstępnej opłaty leasingowej (opłata wstępna 0 zł) i bez opłaty manipulacyjnej,
- c) okres realizacji umowy: 48 miesięcy,
 - 47 stałych, równych rat przez cały okres użytkowania (w przypadku kwoty niepodzielnej na 47 równych rat, dopuszczamy, aby ostatnia rata wyrównawcza nie spełniała w kalkulacji wymogu równości raty),
 - w 48 miesiącu okresu finansowania nastąpi wykup przedmiotu leasingu
- d) **stałe oprocentowanie**
- e) wartość wykupu przedmiotu leasingu: 1%,
- f) koszt rejestracji ambulansu po stronie leasingodawcy,
- g) koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez cały okres trwania Umowy AC/OC/NNW po stronie leasingobiorcy (w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych ZPRM i ubezpieczenia sprzętu medycznego),
- h) konserwacji i napraw przedmiotu leasingu dokonuje serwis gwarancyjny dla samochodu bazowego i zabudowy medycznej, a po upływie okresu gwarancji serwis dla pojazdów własnych leasingobiorcy lub inny serwis dla pojazdów posiadający możliwości naprawy przedmiotu leasingu na zlecenie i koszt leasingobiorcy,
- i) prowizje zawarte w ratach leasingowych.

1.9. **Wymagany okres gwarancji:** w formularzu „Oferta” stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ i w Załączniku Nr 2a do SWZ Wykonawca określa okres gwarancji, przy zachowaniu poniższych warunków:

- **Gwarancja mechaniczna ambulansu** - okres wymagany: min. 24 miesiące (bez limitu km).

- **Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu** - okres wymagany: min. 24 miesiące.
 - **Gwarancja na perforację karoserii** - okres wymagany: min. 120 miesiące.
 - **Gwarancja na zabudowę medyczną** - okres wymagany: min. 24 miesiące.
 - **Gwarancja na sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu** - okres wymagany: min. 24 miesiące.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert „**równoważnych**”, w odniesieniu do wszystkich cech przedmiotu zamówienia (np. parametru, funkcji, wyrobu, elementu usługi) lub zapisów w SWZ, gdzie opis nastąpił lub mógł nastąpić przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę. W przypadku wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, symboli, itp., określenia te należy rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „**lub równoważny**”. Przez rozwiązania „**równoważne**” rozumie się zapewnienie standardów jakościowych na poziomie nie gorszym niż wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne (materiały/parametry/funkcje/ itp. określenia) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego i spełniają określone wymagania.
- 2.1. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, **pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności** za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania **w równoważnym** stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
- 2.2. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp, zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, **pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności** za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że dostawa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8) ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych** (art. 105-107 ustawy Pzp).
- 7.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający **wymaga** złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

7.2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

- 7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- 7.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
- 7.5. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
- 7.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących **przedmiotowych środków dowodowych:**

- a) aktualną homologację typu WE na pojazd kompletny (bazowy) typu furgon.
- b) certyfikat i protokół/raport z przeprowadzonych badań dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu, wystawiony przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą i potwierdzający wykonanie testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu.
- c) aktualną całopojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego i kompletnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. Numery homologacji pojazdu skompletowanego i kompletnego muszą być zgodne z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII i składać się z 4 sekcji informujących o:
 - państwie członkowskim wydającym homologację,
 - numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji,
 - czterocyfrowym numerze porządkowym,
 - dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie.

Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu - **nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji.**

- d) schemat zabudowy ściany działowej ambulansu zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez jednostkę badawczą.
- e) schemat zabudowy ściany prawej ambulansu zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez jednostkę badawczą.

- f) schemat zabudowy ściany lewej ambulansu zgodny ze świadectwem homologacji WE potwierdzony przez jednostkę badawczą.
- g) oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów (*odpowiednio do specyfikacji wyrobu: **aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty jednostki notyfikowanej**, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 07.04.2022 r. -Dz. U. z 2022 r poz. 974, rozporządzeniem PE i Rady 2017/745 z 05.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, innymi przepisami prawa*) dopuszczających oferowane **wyroby medyczne stanowiące wyposażenie medyczne ambulansu** do obrotu i używania m.in. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwości ich dostarczenia w razie potrzeby na każde żądanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wymóg dotyczy tylko „wyrobów medycznych” określonych w SWZ stanowiących wyposażenie medyczne ambulansu. Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym lub jest wyrobem medycznym niepodlegającym dodatkowej certyfikacji jednostki notyfikowanej, Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie) w tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.
- h) foldery/ karty katalogowe/charakterystyki oferowanego wyposażenia ambulansu tj.: noszy, transportera noszy, krzesła kardiologicznego, respiratora transportowego, pompy infuzyjnej, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, noszy płachtowych, materaca próżniowego, ssaka akumulatorowego, pulsoksymetru, plecaka ratunkowego;
- i) potwierdzenie zgodności uchwytu/mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym ambulansu (atest 10G) z wymogami:
- normy PN EN 1789 **lub**
 - innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789 w tym zakresie.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń (art. 223 ustawy Pzp). Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy Pzp dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

8.1. Zamawiający poprawia w ofercie:

- a. oczywiste omyłki pisarskie,
 - b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8.2. W przypadku, o którym mowa art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

VI. Termin wykonywania zamówienia.

1. Termin (realizacji): Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie **30 dni** od dnia podpisania umowy.

VII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

VIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do 17-12-2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty dostawy sprzętu, instalacji oraz szkolenia personelu Zamawiającego.
 - 1.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - *cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.*
 - 1.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając **formularz "oferta"** oraz specyfikację cenową - **Załącznik Nr 2 do SWZ.**
2. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.
 1. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z *ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług*, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
 - 1.1. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
 - a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60%

Ocena dodatkowych parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanych ambulansów z wyposażeniem	25%
Czas dostarczenia ambulansu zastępczego	10%
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej sanitarnej	5%

2. Sposób oceny kryteriów określa **Załącznik Nr 3** do SWZ.
3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryteria.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
 - 5.1. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
 - 5.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia (art. 252 ustawy Pzp).
 - 6.1. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
 - 6.2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
7. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako Kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje **równocześnie** Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1.1. **wyborze najkorzystniejszej oferty**, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 1.2. **Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone**, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 - 1.3. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wszcz_torun
 - 1.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 255 ustawy Pzp.
 - 3.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 256 ustawy Pzp.

- 3.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 310 pkt 1) ustawy Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
- 3.3. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255–257 ustawy Pzp.
- 3.4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp (zakaz zawarcia umowy w przypadku wniesienia odwołania), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 - 5.1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę (art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp).

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa Załącznik Nr 5 do SWZ.

Załącznikiem do umowy będzie umowa leasingu wraz z ogólnymi warunkami umowy leasingu i harmonogramem spłaty raz wg wzoru Wykonawcy. W przypadku ewentualnych sprzeczności lub rozbieżności pierwszeństwo stosowania przed dokumentami Wykonawcy będą miały postanowienia umowy stanowiące Załącznik Nr 5 do SWZ.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:
 - 3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
 - 3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia, wnosi się w terminie:
 - 7.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 7.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i pkt 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Odwołanie zawiera dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.
12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

XVI. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

XVII.

1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;**
 - kontakt do inspektora ochrony danych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu: iod@wszz.torun.pl**²;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z **niniejszym postępowaniem** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie **podstawowym**;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 73-76 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych³;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁴; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

² informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

³ skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁴ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XVIII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SWZ:

1. Formularz oferty – **Załącznik Nr 1.**
2. Szczegółowa specyfikacja pojazdu wchodzącego w skład przedmiotu leasingu - **Załącznik Nr 2.**
3. Specyfikacja techniczna i opis przedmiotu zamówienia – **Załącznik Nr 2a.**
4. Sposób oceny kryteriów – **Załącznik Nr 3.**
5. Wykaz wykonanych dostaw – **Załącznik Nr 4.**
6. Wzór umowy – **Załącznik Nr 5.**
7. Oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu - **Załącznik Nr 6.**
8. Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu - **Załącznik Nr 7.**

.....
(zatwierdził kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)

dnia

O f e r t a

I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa.....
2. Adres (siedziba).....
.....
(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)
3. Adres do korespondencji.....
(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)
4. Telefon.....
5. Fax.....
6. E-mail.....
7. NIP.....
8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)
9. REGON.....
10. BDO
11. Rodzaj Wykonawcy:

(mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu na **dostawę ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w formie leasingu**, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr

III. Cena przedmiotu zamówienia w PLN tj. za dostawę ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu:

Cena netto: zł + % VAT tj.: zł brutto.
Słownie brutto:.....,

Na cenę przedmiotu zamówienia składają się następujące elementy:

- a) **Wartość 47 rat leasingowych netto**zł +% VAT =zł brutto,
- b) **wartość wykupu** wynosi 1% wartości wyjściowej ambulansu netto tj. zł + ... % VAT = zł brutto.

IV. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia - dotyczy każdego z dwóch ambulansów (podać okres):

- **Gwarancja mechaniczna ambulansu** - okres wymagany: min. 24 miesiące (bez limitu km):
- **Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu** - okres wymagany: min. 24 miesiące:
- **Gwarancja na perforację karoserii** - okres wymagany: min. 120 miesięcy:.....
- **Gwarancja na zabudowę medyczną** - okres wymagany: min. 24 miesiące:.....
- **Gwarancja na sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie ambulansu** - okres wymagany: min. 24 miesiące:

V. Czas dostarczenia ambulansu zastępczego do siedziby Zamawiającego parametrach równoważnych, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie przekraczał 5 dni:

.....
*określić liczbę godzin** czasu dostawy ambulansu zastępczego w dni robocze tj. dostawy do Zamawiającego, nie dłużej jednak niż 48 godzin od chwili zgłoszenia takiej potrzeby. UWAGA! - jest to odrębne kryterium oceny ofert.*

VI. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej sanitarnej:

.....
określić ilość godzin czasu reakcji serwisu w dni robocze tj. rozpoczęcia naprawy, nie dłużej jednak niż 48 godzin od chwili jej zgłoszenia. UWAGA! - jest to kryterium oceny ofert.

VII. Oświadczam (-y), że zapewniamy serwis pojazdów bazowych w okresie gwarancji w najbliższej autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki tj.:

Nazwa punktu serwisowego:.....

Adres punktu serwisowego:

(podać)

VIII. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

IX. Oświadczamy, że projektowane postanowienia przyszłej umowy zawarte w Załączniku Nr 5 do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

X. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XI. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ przez Zamawiającego.

XII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XIII. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty **będzie*** / **nie będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, tj., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: + % VAT.

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XIV. Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące **udziału podwykonawców** w wykonaniu zamówienia (*podać części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwę firmy podwykonawcy*):

.....

XV. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁵ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁶

XVI. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.....
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy, jeżeli umowę będzie podpisywał pełnomocnik, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo)

XVII. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

.....

XVIII. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.....
(wykazać załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)

.....
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

* *niepotrzebne skreślić*

***przez określenie „godziny”, „dni”, „dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny / 1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane wg wymagań SWZ.*

⁵ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁶ W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 2

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-124/24

Szczegółowa specyfikacja pojazdu wchodzących w skład przedmiotu leasingu:

liczba samochodów przekazanych do korzystania, specyfikacja samochodu (marka, typ, rok produkcji, VIN), okres leasingu, miesięczne opłaty leasingowe netto w PLN, cenę netto w PLN wynikającą z opcji wykupu na podstawie niniejszej umowy, wartość początkowa samochodu netto w PLN, termin wydania pojazdu.

LP.	SPECYFIKACJA (MARKA, TYP, ROK PRODUKCJI, VIN)	OKRES LEASINGU W MIESIĄCACH	MIESIĘCZNE OPŁATY LEASINGOWE NETTO W PLN	CENA NETTO WYKUPU POJAZDU W PLN	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU NETTO W PLN	TERMIN WYDANIA POJAZDU DO:
<i>1</i>	<i>2*</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7*</i>
1		47 m-cy				

* Kolumny w tabeli oznaczone nr 2 (w zakresie nr VIN) oraz 7 do uzupełnienia przed wydaniem pojazdów.

.....
(podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU
MEDYCZNEGO AMBULANSU DROGOWEGO TYPU C

Ambulans furgon typ C – 1 szt.

Pojazd kompletny (ciężarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:

Rok produkcji min. 2024 r.:(podać) :

Nazwa i adres producenta:

Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:

Rok produkcji min. 2024 r.:(podać) :

Nazwa i adres producenta:

Lp.	Wymagane warunki (parametry)	Warunek graniczny:	(Opisuje Wykonawca)
			Oferowane przez Wykonawcę parametry
1	2	3	4
I.	NADWOZIE	-----	-----
1	Pojazd kompletny/niekompletny* (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym (bez ogranicznika prędkości i rejestratora czasu pracy kierowcy)	Tak/Podać	
	Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi tłoczonymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym obejmującymi całe powierzchnie łącznie z pośrednimi i końcowymi słupkami nadwozia - parametr dodatkowo punktowany	TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt	
	Podłoga ze sklejki wodoodpornej dodatkowo izolowana materiałem izolacyjnym posiadającym współczynnik przenikalności cieplnej nie	TAK/NIE TAK – 5 pkt	

	gorszy jak materiał izolujący ściany i sufit (podać typ materiału izolacyjnego i jego grubość)- parametr dodatkowo punktowany.	NIE – 0 pkt	
	DMC powyżej 3,5 t	TAK	
	Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Szyba przednia z przyciemnianym pasem przy górnej krawędzi dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. Półka po stronie kierowcy wyposażona w min. 1 szt. gniazdo USB i 1 szt. gniazdo 12V.	Tak/Podać	
	Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789 <i>lub równoważną</i> . Sufitowe lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą na radiotelefon, fotele kierowcy i pasażera wyposażone w regulowane podłokietniki i regulowane oparcia oraz przesuw wzdłużny. W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt wraz ze stacją dokującą ZEBRA XPLORE XDIM G TP z adapterem do zapalniczki do ładowania tabletu Zebra L10 XLATE (tablet po stronie Wykonawcy) z wykorzystaniem fabrycznych perforacji kokpitu kierowcy, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera.	Tak	
	W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni)	Tak	
	Furgon-lakier w kolorze żółtym	Tak	
2	Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach.	Tak	
3	Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m	Tak/Podać	
4	Długość przedziału medycznego min. 3,20 m	Tak/Podać	
5	Szerokość przedziału medycznego min.1,75 m	Tak/Podać	
6	Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min. 1,80 m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach.	Tak/Podać	
7	Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą,	Tak	

8	Drzwi boczne prawe z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (<i>podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia</i>).	TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
9	Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy	Tak	
10	Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.	Tak	
11	Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi z oknem zgodnie z PN EN 1789 <i>lub równoważną</i>	Tak	
12	Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu	Tak	
13	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby	Tak	
14	Drzwi boczne lewe z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (<i>podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia</i>).	TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
15	Wzmocnione szyny drzwi przesuwanych prawych i lewych (<i>podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia</i>).	Tak/podać	
15	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwными z oświetleniem zapewniający mocowania: <ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, • krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym, • noszy podbierakowych, • deski ortopedycznej dla dorosłych, • deski ortopedycznej dla dzieci, • materaca próżniowego, • szyn Kramera, • kamizelki unieruchamiającej typu KED, 	Tak	

	<ul style="list-style-type: none"> • min. 2 kasków ochronnych, • torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, • pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, z możliwością jego zasilania z instalacji 12V ambulansu, • pasów do desek, krzeselka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, • wyposażenia technicznego (łom, łopata). 		
16	Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne dla kierowcy i pasażera	Tak	
17	Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem.	Tak	
18	Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem	Tak	
19	Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy	Tak	
20	Światła boczne pozycyjne	Tak	
21	Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.	Tak	
22	Kamera cofania oraz kamera w przedziale medycznym, wyświetlacz LCD w formie dodatkowego monitora zamontowany w kabinie kierowcy.	Tak	
23	Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego	Tak	
24	Elektrycznie ogrzewana szyba przednia (<i>podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia</i>).	TAK/NIE TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	
25	Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów	Tak	
26	Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l.	Tak/Podać	
27	Parametryzowany moduł specjalny pojazdu bazowego typu PSM, KFG, itp. do którego muszą być podłączone urządzenia elektryczne zabudowy specjalnej (<i>podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia</i>)	Tak/Podać	
28	Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale	Tak	

	medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym.		
29	Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel wyposażony w przełączniki typu micro switch sterujący następującymi funkcjami (Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym): -sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) -sygnalizacja graficzna niskiego poziomu naładowania akumulatorów -sterowanie sygnalizacja uprzywilejowaną -sygnalizacja niedomknięcia którejkolwiek drzwi ambulansu, -sterowanie układem klimatyzacji, sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnego od pracy silnika -sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V	Tak	
30	Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V/230V ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu.	Tak/Podać	
II.	SILNIK	-----	-----
1	Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail lub <i>równoważny</i> , turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim	Tak	
2	Silnik o pojemności min. 1900 cm ³	Tak/Podać	
3	Silnik o mocy min. 140 KW	Tak/Podać	
4	Moment obrotowy min. 400 Nm	Tak/Podać	
5	Norma emisji spalin Euro 6 lub Euro VI	Tak/Podać	
III.	ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU	-----	-----
1.	Skrzynia biegów automatyczna (Zamawiający nie dopuszcza skrzyni półautomatycznej i zautomatyzowanej)	Tak	
2	Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny	Tak/Podać	
IV.	UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	-----	-----
1	Układ hamulcowy ze wspomaganie, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych	Tak	
2	Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub <i>równoważny</i>	Tak/Podać	
3	Elektroniczny korektor siły hamowania	Tak	
4	Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania	Tak	

5	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane,	Tak	
6	System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu,	Tak/Podać	
7	System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR	Tak	
8	System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy lub <i>równoważny</i> .	TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
9	Asystent wspomagania ruszania pod górę	Tak	
10	Czujnik deszczu i zmierzchu	Tak	
11	Tempomat	Tak	
V.	ZAWIESZENIE		
1	Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (<i>podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia</i>). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.	Tak	
2	Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta	Tak	
VI.	UKŁAD KIEROWNICZY	-----	-----
1.	Ze wspomaganie i regulacją kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach.	Tak	
VII.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA	-----	-----
1.	Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min. od momentu uruchomienia silnika współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury. (<i>podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia</i>). - parametr dodatkowo punktowany.	TAK/NIE TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	
	Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W.	Tak/Podać	
2.	Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna	Tak	
3	Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu	Tak/Podać	

	powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1 lub równoważną (<i>podać markę i model</i>)		
4	Nagrzewnica wodna wpięta w układ chłodzenia silnika o maksymalnej mocy grzewczej min. 6 kW.	Tak/Podać	
5	Otwierany szyberdach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 500 mm x 500 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę.	Tak/Podać	
6	Klimatyzacja dwuparownikowa i dwusprężarkowa tzn. oddzielna sprężarka i parownik dla kabiny kierowcy i oddzielna sprężarka i parownik dla przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemu chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żadaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego.	Tak	
7	Dodatkowy fabryczny wodny dogrzewacz niezależny od pracy silnika o mocy min. 5 kW umożliwiający ogrzewanie przedziału medycznego oraz silnika (rozwiązanie fabryczne to znaczy producenta pojazdu bazowego i objęte jego gwarancją – <i>podać kod opcji fabrycznej</i>)	Tak/Podać	
III.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	-----	-----
1	Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.	Tak/Podać	
2	Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A.	TAK (określić) 180 Ah - 0 pkt. największa wartość - 5 pkt. pozostałe: proporcjonalnie	
3	Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich	Tak	

4	Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min. 10 m	Tak/Podać	
5	Na zewnątrz pojazdu zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V	Tak	
6	Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V	Tak	
7	Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki	Tak	
8	Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia.	Tak	
IX.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE	-----	-----
1	Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.	Tak	
2	Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła robocze LED do oświetlenia przedpoła za ambulansem	Tak	
3	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.	Tak	

4	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni	Tak	
5	Dodatkowe sygnały dźwiękowe pneumatyczne	Tak	
6	Dwie niebieskie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej, dodatkowe niebieskie lampy LED w błotnikach i lusterkach zewnętrznych.	Tak	
7	Po dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę.	Tak	
8	<p>Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r.:</p> <p>1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu;</p> <p>2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;</p> <p>3) po bokach literą barwy czerwonej (do uzgodnienia z Zamawiającym):</p> <p>a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego,</p> <p>b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego</p> <p>– umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm;</p> <p>4) trzema pasami odblaskowymi:</p> <p>a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu,</p> <p>b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c,</p> <p>c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami;</p> <p>5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę</p>	Tak	

	dysponenta jednostki (do uzgodnienia z Zamawiającym), umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części; 6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu, o których mowa w pkt 3		
X.	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO	-----	-----
1	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO -oświetlenie zgodne z PN EN 1789 pkt. 4.5.6 lub normą równoważną oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej 1) światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne) 2) oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.) 3) halogen zamontowany nad blatem roboczym	Tak/Podać	
XI.	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE	-----	-----
1	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w zharmonizowanej normie PN EN 1789 lub <i>równoważnej dla ambulansu typu C</i>		
2	1/ Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – <i>załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą</i>): • szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną (Zamawiający nie dopuszcza wyłożenia blatu tworzywem sztucznym), min. trzy szuflady na trzech poziomach, w jednej z szuflad miejsce i system mocowania drukarki systemu SWD PRM z zasilaniem 12V/230V oraz złączem USB (Zamawiający dopuszcza montaż drukarki w certyfikowanym uchwycie na ścianie działowej nad blatem roboczym), w dwóch szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki.	Tak	

<ul style="list-style-type: none"> • dodatkowa szuflada/szafka na narkotyki zamykana na klucz, • miejsce na pojemnik na zużyte igły, • wysuwany kosz na odpady, • termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, • miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, • jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi umożliwiający nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezłowania noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców. • przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego 		
<p>2/ Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą):</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. • jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe 	Tak	

<p>bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at. • uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, • przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego 		
<p>3/ Na prawej ścianie przy fotelu zamontowany uchwyt (uchylony/otwierany) na drugi plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu przez osobę siedzącą na fotelu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym odpowiada wymogom: normy PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3. <i>lub normy równoważnej</i> oraz jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu - <i>parametr dodatkowo punktowany.</i></p>	<p>TAK/NIE TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt</p>	
<p>4/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę – <i>załączyć do oferty schemat zabudowy ściany działowej potwierdzony przez jednostkę badawczą</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, • pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), • system min. dwóch paneli służących do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa). System przesuwu musi odbywać się w każdym 	<p>Tak/Podać</p>	

	<p>momencie eksploatacji .</p> <ul style="list-style-type: none"> szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne, nad szafką duży płaski panel informacyjny umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy suchościaralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie, mocowanie urządzenia do masażu klatki piersiowej o masie do 12 kg zgodne z PN EN 1789 <i>lub równoważną</i> lodówka sprężarkowa o poj. ok 7 l do transportu leków z możliwością chłodzenia do +4 °C(+/- 1,5 °C) z możliwością płynnej regulacji parametrów termicznych i wyświetlaczem aktualnie utrzymanej temperatury, z łatwym dostępem poprzez drzwi wykonane ze stali nierdzewnej otwierane o kąt 180 stopni. 		
3	Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie, uchwyt do pompy infuzyjnej Ascor AP14 zgodny z PN EN 1789 <i>lub normą równoważną.</i>	Tak	
4	Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.	Tak	
5	Centralna instalacja tlenowa: <ul style="list-style-type: none"> a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), b) sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany w specjalnej wnęcie przystosowanej do montażu respiratora, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. 	Tak	

	reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.		
6	Uchwyty ściennie i sufitowe dla personelu	Tak	
7	Instalacja do podłączenia modułu GPS Teltonica FMC640 w systemie SWD PRM - antena GPS 1575 MHz o wzmacnieniu pow. 25 dbi wraz z okablowaniem o długości min. 6 mb zakończonych wtykiem kablowym SMA - antena GSM w paśmie GPRS, GSM, LTE o wzmacnieniu 5 dbi i długości kabla min. 6 mb zakończonych wtykiem SMA - przyłącze elektryczne do modułu GPS Teltonica FMC640	Tak/Podać	
8	Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu	Tak	
9	Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu	Tak	
10	Radiotelefon przewoźny zamontowany w pojeździe 1 szt. oraz radiotelefon przenośny 2 szt. cyfrowo-analogowy, powinien być zgodny z systemem posiadanym przez Zamawiającego oraz współpracować z MOTOTRBO DR3000 i SLR5000 repeater spełniające następujące wymogi: - radiotelefon przewoźny cyfrowo-analogowy z GPS - dopuszczenie do pracy na terenie RP. Nazwa terminal jest nazwą alternatywną do nazwy radiotelefon, liczba kanałów pracy powyżej 150, pasmo pracy 136 ÷ 174 MHz, z możliwością pracy na kanałach analogowych i cyfrowych, odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz, moc wyjściowa regulowana bazowe/przewoźne: 1,0W ÷ 25W, - radiotelefon musi posiadać oznaczenie CE, obudowa radiotelefonu musi spełniać normę IP 54 lub równoważną, radiotelefon przewoźny wyposażony w mikrofonogłośnik z klawiaturą alfanumeryczną DTMF, praca na kanałach cyfrowych i analogowych, wbudowany w radiotelefonie moduł GPS, programowalny adres IP dla każdego radiotelefonu, minimum 3 programowalne przyciski funkcyjne, dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego, złącze USB	Tak	

	wyprowadzone na przyłącze akcesoriów, złącze akcesoryjne na obudowie radiotelefonu umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami uruchamianymi sygnałami telemetrycznymi oraz podłączanie dodatkowych akcesoriów, zasilanie stałoprądowe 13,2 V ± 20%, minus na masie, zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, zabezpieczenie hasłem przed odczytem parametrów konfiguracyjnych z radiotelefonem. Radiotelefon musi być zainstalowany w kabinie kierowcy (podłączone zasilanie 12V).		
11	Wmontowana dachowa krótka antena radiotelefonu o parametrach: a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz b) impedancja wejścia 50 Ohm c) współczynnik fali stojącej 1,6 d) charakterystyka promieniowania dookólna	Tak	
XIII.	DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU	-----	-----
1	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym	Tak	
2	Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym.	Tak	
3	W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie	Tak	
4	Dwa trójkąty ostrzegawcze, komplet kluczy, podnośnik samochodowy	Tak	
5	Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy	Tak	
6	Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu „rezerwy”	Tak	
7	Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego.	Tak	
8	Czujniki ciśnienia w oponach.	Tak	
9	Intercom umożliwiający komunikację kabiny kierowcy z przedziałem medycznym	Tak	
10	Uchwyt do montażu defibrylatora Lifepack 15, uchwyt do ssaka akumulatorowego Accuvac Lite.	Tak	
11	System monitoringu wizyjnego oparty na dwóch zewnętrznych kamerach z przodu i z tyłu pojazdu, dodatkowo kamera w przedziale medycznym.	Tak	

	Rejestracja cyfrowa utrwalająca materiał filmowy z kamer przez okres min. Jednego tygodnia.		
12	Fabryczny system multimedialny z ekranem min. (7 cali) i zintegrowaną nawigacją z możliwością obsługi z kierownicy. Integracja smartfona przy użyciu systemu Android Auto, Apple CarPlay lub interfejs Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego, umożliwiającą kierowcy rozmowę przez telefon podczas jazdy (objęty gwarancją pojazdu bazowego)	TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
13	Pakiet parkowania z kamerą 360° z asystentem parkowania do prędkości wynoszącej 10 km/h ostrzega wizualnie i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem(objęty gwarancją pojazdu bazowego)	TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.	
14	Opony zimowe, dodatkowy komplet opon letnich	Tak	
XIV.	GWARANCJA	-----	-----
1	Gwarancja mechaniczna – min. 24 miesiące bez limitu km	Tak (określić ilość miesięcy)	
2	Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące	Tak (określić ilość miesięcy)	
3	Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy	Tak (określić ilość miesięcy)	
4.	Gwarancja na zabudowę medyczną– min. 24 miesiące	Tak (określić ilość miesięcy)	
5.	Podać adres najbliższego serwisu pojazdu bazowego oferowanej marki ambulansu	Podać	
6.	Podać adres najbliższego serwisu zabudowy specjalnej oferowanego ambulansu.	Podać	
XV	DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO		
1	Gwarancja dostarczenia do siedziby Zamawiającego ambulansu zastępczego o parametrach równoważnych, jeśli czas naprawy ambulansu (pojazdu bazowego lub zabudowy), który uległ awarii będzie przekraczał 5 dni. (parametr dodatkowo punktowany, kara umowna za zwłokę w dostarczeniu ambulansu zastępczego określona w projekcie umowy)	TAK (podać ilość godzin) do 12 h – 10 pkt od 13 h- 24 h – 5 pkt od 25 h - 48 h – 0 pkt	
2	Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego w czasie nie krótszym jak 48 godziny od zgłoszenia. (parametr dodatkowo punktowany w ramach kryterium nr 2 – podać z dokładnością do 1 godziny, kara umowna)	48 godzin - 0 pkt. najniższa wartość - 10 pkt. pozostałe: proporcjonalnie	

za każdą godzinę zwłoki określona w projekcie umowy)

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSÓW

I. NOSZE – szt. 1			
Model:			
<i>(podać)</i>			
Producent:			
<i>(podać)</i>			
Rok produkcji:			
<i>(podać)</i>			
		Warunek graniczny:	Oferowane parametry
1.	Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.	TAK	
2.	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.	TAK	
3.	Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.	TAK	
4.	Możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni.	TAK	
5.	Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.	TAK	
6.	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na	TAK	

	środki dezynfekujące		
7.	Składane wzdłużnie poręcze boczne.	TAK	
8.	Wysuwane rączki do przenoszenia, umieszczone z przodu i z tyłu noszy.	TAK	
9.	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy.	TAK	
11.	Obciążenie dopuszczalne min. 200 kg (podać)	TAK	
12	Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące	TAK podać	
12a	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
12b	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: trwania gwarancji, po gwarancji		
12c	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).	Tak	
12d	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
12e	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
12f	Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych	TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych)	

II.	Transporter noszy		
	Model: (podać)		
	Producent: (podać)		
	Rok produkcji: (podać)		
		Warunek graniczny:	Oferowane parametry
1.	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.	TAK	
2.	Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.	TAK	
3.	Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach.	TAK	
4.	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia	TAK	
5.	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.	TAK	
6.	Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.	TAK	
7.	Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost.	TAK	
8.	Cztery główne uchwyty transportera	TAK	
9.	Przyciski blokady goleni kodowane kolorami	TAK	

10.	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera.	TAK	
11.	Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.	TAK	
12.	Obciążenie dopuszczalne transportera min. 200 kg.	TAK	
14.	Waga transportera max 28 kg. <i>Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 lub równoważną i PN EN 1865 lub równoważną, poświadczoną odpowiednim dokumentem wystawionym zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie.</i>	TAK	
14.	Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności – dostarczyć przy dostawie.	TAK	
15.	Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące	TAK podać	
15a	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
15b	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji	<i>Podać, określić</i>	
16c	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).	Tak	
16d	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	

16e	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
16f	Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych	TAK <i>(podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych)</i>	
III.	Krzeselko kardiologiczne – 1 szt.		
	Model: <i>(podać)</i>		
	Producent: <i>(podać)</i>		
	Rok produkcji: <i>(podać)</i>		
		Warunek graniczny:	Oferowane parametry
1	<ul style="list-style-type: none"> - 4 koła w tym 2 skądne, - hamulce na kołach tylnych - możliwość złożenia do transportu w ambulansie, - wysuwane i blokowane rączki przednie w min. 3 zakresach, - wysuwany i blokowany uchwyt ramy oparcia w min. 3 zakresach, - udźwig min. 220 kg , - podpórka pod stopy pacjenta rozkładana - 4 pasy poprzeczne + stabilizator głowy, - dodatkowe rączki tylne blokowane po rozłożeniu, - waga krzeselka max. 15 kg - system płozowy ułatwiający sprowadzanie pacjenta po schodach - deklaracja zgodności CE, potwierdzenie spełnienia Normy PN-EN 1865-lub równoważnej– dokumenty dostarczyć przy dostawie. 	TAK	
2	Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące	TAK podać	

2a	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
2b	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: trwania gwarancji, po gwarancji	<i>Podać, określić</i>	
2c	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).	Tak	
2d	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2e	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2f	Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych	TAK <i>(podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych)</i>	
IV.	Respirator transportowy		
	Model: <i>(podać)</i>		
	Producent: <i>(podać)</i>		
	Rok produkcji: <i>(podać)</i>		
		Warunek graniczny:	Oferowane parametry
1	Respirator transportowy o n/w funkcjach i parametrach: - przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od min. 5 kg masy ciała - tryby wentylacji: IPPV, CPAP,	TAK	

	<ul style="list-style-type: none"> - umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji-tryby ratunkowe (IPPV) - dorosły, dziecko, niemowlę, - filtr wlotowy chroniący urządzenie przed zanieczyszczeniem, - zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana płynnie w zakresie min. 10-65 bar, - wentylacja 100% tlen i Air Mix, - niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej, - objętość oddechowa min. 70 ml - 1300 ml, - częstość min. 8-40 oddechów/ min., - zastawka PEEP regulowana w zakresie min. 0-20 mbar, - alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączy tlenowym - czas pracy na baterii min.8h lub zasilanie pneumatyczne, - temperatura pracy od: -15°C do + 40°C, - przewód pacjenta z zaworem pacjenta, maska nr 5, - uchwyt/rama/torba transportowa mieszcząca respirator, butlę tlenową 2.0l z reduktorem oraz miejsce na akcesoria, - uchwyt/rama/torba wyposażony odpowiednio w rączkę do przenoszenia, pasek do powieszenia na ramię, wysuwany uchwyt do powieszenia na noszach lub łóżku pacjenta, - gniazdo do zewnętrznego zasilania tlenem respiratora z funkcją płynnej zmiany, - zasilania pomiędzy butlą transportową w przenośnym zestawie, a stacjonarnym źródłem tlenu bez spadku ciśnienia i przerwy w wentylacji pacjenta, - przewód tlenowy zasilający z wtykami typu AGA do ściennego gniazda tlenowego oraz wtykiem kompatybilnym z gniazdem do zasilania zewnętrznego, - mocowanie ścienne w przedziale medycznym. 		
2	Respirator transportowy wyposażony w dodatkowe tryby wentylacji CPR, RSI - parametry dodatkowo punktowane.	NIE – 0 pkt. TAK - 5 pkt.	
2a	Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące	TAK podać	
2b	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
2c	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: trwania gwarancji, po gwarancji	<i>Podać, określić</i>	
2d	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej	Tak	

	gwarancji).		
2e	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2f	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2a	Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych	TAK <i>(podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych)</i>	
V.	Pompa infuzyjna		
	Model:		
	Producent:		
	Rok produkcji:		
		Warunek graniczny:	Oferowane parametry
1	Pompa infuzyjna o n/w funkcjach i parametrach: - sterowanie i kontrola mikroprocesorem, - szybkość podawania płynów od 0,1 ml/h do 2000 ml/h, regulowana co 0,1ml/h, - możliwość stosowania strzykawek 10ml do 60ml, - system zabezpieczający przed obturacją żyły (KVO - keep vein open), - alarmy dźwiękowe: okluzja, KVO, rozładowana bateria, - funkcja aktywna Bolus (dawka uderzeniowa programowalna w zakresie do 2000 ml/h), - płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora, - dwudziestogodzinna praca na akumulatorach, - przy prędkości 5ml/h - możliwość zasilania i ładowania z instalacji karetki 12V. - mocowanie ściennie w przedziale medycznym.	TAK	
2	Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące	TAK podać	
2a	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	

2b	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: trwania gwarancji, po gwarancji	<i>Podać, określić</i>	
2c	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).	Tak	
2d	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2e	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2f	Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych	TAK <i>(podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych)</i>	
VI.	Deska ortopedyczna dla dorosłych – 1 szt.		
	Model: <i>(podać)</i>		
	Producent: <i>(podać)</i>		
	Rok produkcji: <i>(podać)</i>		
		Warunek graniczny:	Oferowane parametry
1	1.Deska o n/w funkcjach i parametrach: - wykonana z tworzywa sztucznego , łatwozmywalnego, przepuszczalna dla promieni X,	TAK podać	

	<p>- minimum 14 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach. Długość – min. 180 cm Szerokość – min. 40 cm Waga deski – max 10 kg</p> <p><u>2. Pasy zabezpieczające do deski:</u> - Konstrukcja pasa dwuczęściowa - Możliwość regulacji długości - Pasy kodowane kolorami</p> <p><u>3. Stabilizator głowy:</u> - System 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych - Podkładka z rzepem do przyczepiania klocków - Paski do mocowania stabilizatora do deski</p>		
2	Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące	TAK podać	
2a	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
2b	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: trwania gwarancji, po gwarancji	<i>Podać, określić</i>	
2c	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).	Tak	
2d	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2e	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2f	Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urzędnika do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych	TAK <i>(podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych)</i>	

	<i>*Zamawiający dopuszcza opiekę serwisową zgodną z wymaganiami SWZ realizowaną przez Wykonawcę składającego ofertę.</i>		
VII.	Nosze podbierakowe – 1 szt.		
	Model: (podać)		
	Producent: (podać)		
	Rok produkcji: (podać)		
		Warunek graniczny:	Oferowane parametry
	<p>1. Nosze podbierakowe o n/w funkcjach i parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z tworzywa ABS. - zestaw 3 pasów zabezpieczających, ergonomiczne uchwyty transportowe, - nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy, - nośność min. 150 kg, - konstrukcja noszy umożliwiająca wykonanie pełnego zdjęcia RTG na poziomie diagnostycznym (głowy, miednicy kręgosłupa), - wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta, - min.10 ergonomicznych uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia, - konstrukcja noszy zabezpieczająca je przed wnikaniem wewnątrz płynów organicznych oraz materiału zakaźnego, - waga noszy poniżej 9 kg. 	TAK	
VIII.	Nosze płachtowe		
	Model: (podać)		
	Producent: (podać)		

	Rok produkcji: (podać)		
		Warunek graniczny:	Oferowane parametry
1	Nosze płachtowe o n/w funkcjach i parametrach: - nośność min. 150 kg, - min. 8 uchwytów do przenoszenia, - kieszeń na nogi.	TAK	
2	Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące	TAK podać	
2a	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
2b	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: trwania gwarancji, po gwarancji	<i>Podać, określić</i>	
2c	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).	Tak	
2d	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2e	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2f	Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych <i>*Zamawiający dopuszcza opiekę serwisową zgodną z wymaganiami SWZ realizowaną przez Wykonawcę składającego ofertę.</i>	TAK <i>(podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych)</i>	

IX.	Materac próżniowy – 1 szt.		
	Model: (podać)		
	Producent: (podać)		
	Rok produkcji: (podać)		
		Warunek graniczny:	Oferowane parametry
1	Materac próżniowy o n/w funkcjach i parametrach: - materac próżniowy z systemem pikowanych komór wewnętrznych uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta, konstrukcja oparta o niezależne komory uniemożliwiająca załamywanie się usztywnionego materaca podczas podnoszenia chorego, - całkowicie przenikalny dla promieni X, - min. 4 uchwyty na krótszych bokach, - min. 4 pasy poprzeczne, - wymiary minimalne: 80 cm x 215 cm, - akcesoria: pompka, pokrowiec na materac.	TAK	
2	Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące	TAK podać	
2a	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
2b	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: trwania gwarancji, po gwarancji	<i>Podać, określić</i>	
2c	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej	Tak	

	gwarancji).		
2d	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2e	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2f	Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych. <i>*Zamawiający dopuszcza opiekę serwisową zgodną z wymaganiami SWZ realizowaną przez Wykonawcę składającego ofertę.</i>	TAK (podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych)	
X.	Ssak akumulatorowy – 1 szt.		
	Model: (podać)		
	Producent: (podać)		
	Rok produkcji: (podać)		
		Warunek graniczny:	Oferowane parametry
1	Ssak akumulatorowy o n/w funkcjach i parametrach: - siła ssania wybierana przez naciśnięcie klawisza do 0,5 bar, - podświetlanie klawiszy umożliwiające pracę w warunkach ograniczonej widoczności - elektroniczny system wyłączający pompę ssącą w przypadku przekroczenia ustawionej siły ssania, - zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie: poj. min. 1,0 l., - integralnie wbudowany filtr bakteryjny, - mocowanie ściennie w przedziale medycznym, - zasilanie 12 V zintegrowane z mocowaniem ściennym,	TAK	

	- czas pracy z akumulatora: do 45 minut, - pojemnik wielokrotnego użytku, - żywotność baterii: min. 2 lata (min. 400 cykli ładowania). Wyposażenie dodatkowe: - torba na akcesoria		
2	Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące	TAK podać	
2a	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
2b	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: trwania gwarancji, po gwarancji	<i>Podać, określić</i>	
2c	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).	Tak	
2d	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2e	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2f	Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urządzenia do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych	TAK <i>(podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych)</i>	
XI.	Pulsoksymetr – 1 szt.		
	Model: <i>(podać)</i>		
	Producent: <i>(podać)</i>		
	Rok produkcji: <i>(podać)</i>		

		Warunek graniczny:	Oferowane parametry
1	Pulsoksymetr o n/w funkcjach i parametrach: - przenośny, zasilany bateryjnie/akumulatorowo, - waga maksymalna 0,5kg, - przeznaczony dla dorosłych, dzieci i noworodków, - zakres pomiaru SpO2 1-100%, - alarm optyczny i dźwiękowy - wskaźnik: perfuzji, błędu, naładowania baterii - czujniki (klips palcowy dla dorosłych, rzep lub inne odpowiednie mocowanie dla dzieci, niemowląt i noworodków)	TAK	
2	Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące	TAK podać	
2a	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
2b	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: trwania gwarancji, po gwarancji	<i>Podać, określić</i>	
2c	W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji).	Tak	
2d	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2e	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu zgłoszenia usterki	TAK podać	
2f	Dane kontaktowe z autoryzowanym serwisem lub ewentualnie innym podmiotem upoważnionym przez producenta urzędnika do wykonywania serwisu/napraw gwarancyjnych	TAK <i>(podać: nazwę, adres, tel. lub email punktów serwisowych)</i>	

XII. Plecak ratunkowy		
Model: (podać)		
Producent: (podać)		
Rok produkcji: (podać)		
	Warunek graniczny:	Oferowane parametry
1 Minimalne wymiary: wys. 60 x szer. 55 x gł. 30 cm wykonany z odpornego na przecieranie materiału, 1) wyposażony w ampularium na 80 ampulek oraz ampularium na 8 ampulek, 2) wkład na intubację, 3) certyfikowane elementy odblaskowe, 4) min. 5 torebek segregacyjnych różnej wielkości, 5) min. 5 zewnętrznych kieszeni, 6) możliwość noszenia, pionowo, poziomo lub na plecach, 7) konstrukcja umożliwiająca pranie ręczne lub automatyczne, spód plecaka wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie	Tak opisać	
2 Wymagany okres gwarancji: min. 24 miesiące	TAK podać	

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązanie równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia.

UWAGA: Niespełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, sposób oceny

Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

Kryterium	Ranga
Oferowana cena	60%
Ocena dodatkowych parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanych ambulansów z wyposażeniem	25%
Czas dostarczenia ambulansu zastępczego	10%
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej sanitarnej	5%

1. Przeliczenie w kryterium „oferowanej ceny“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najniższa cena spośród ocenianych ofert}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times \mathbf{60\%}$$

2. Przeliczenie w kryterium „oceny dodatkowych parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego ambulansu z wyposażeniem“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Ilość pkt przyznana badanej ofercie wg danych dotyczących ocenianych oferowanych parametrów z wypełnionego Zał. 2a do SWZ}}{\text{Max ilość pkt spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących ocenianych oferowanych parametrów z wypełnionego Zał. 2a do SWZ}} \times 100 \times \mathbf{25\%}$$

3. Przeliczenie w kryterium „czasu dostarczenia ambulansu zastępczego“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy spośród ocenianych ofert czas dostarczenia ambulansu zastępczego z wypełnionego Zał. 2a do SWZ}}{\text{Czas dostarczenia ambulansu zastępczego badanej oferty z wypełnionego Zał. 2a do SWZ}} \times 100 \times \mathbf{10\%}$$

4. Przeliczenie w kryterium „czasu reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy specjalnej sanitarnej“

$$\text{PKT} = \frac{\text{Najkrótszy spośród ocenianych ofert czas reakcji serwisu z wypełnionego formularza ofertowego i Zał. 2a do SWZ}}{\text{Czas reakcji serwisu badanej oferty z wypełnionego formularza ofertowego i Zał. 2a do SWZ}} \times 100 \times \mathbf{5\%}$$

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

WYKAZ WYKONANYCH WCZEŚNIEJ DOSTAW

L.p.	Nazwa Zamawiającego	Przedmiot dostawy	Okres realizacji	Wartość brutto dostawy
1.				
2.				
3.				
4.				

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie szt.

.....

data

.....

podpis Wykonawcy

WZÓR UMOWY/2024

zawarta w dniu r. w pomiędzy:

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON : NIP : BDO:
wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem,
reprezentowanym przez:

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy **Wykonawcą**

a

.....
(pełna nazwa zamawiającego)

.....
(adres siedziby zamawiającego)

REGON : NIP : BDO:
wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem,
reprezentowanym przez:

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

..... –
(imię i nazwisko) (stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) postępowania w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1, Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na **dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ambulansu** marki dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się nabyć na własność lub dysponować prawem własności i oddać Zamawiającemu do używania posiadany, fabrycznie nowy ambulans, o parametrach i wyposażeniu zgodnym ze specyfikacją warunków zamówienia, ofertą z dnia 2024 r. oraz **opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr** do umowy, nazywane dalej „Przedmiotem leasingu”, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć Wykonawcy kopię polisy zawartej w dniu rejestracji pojazdu wraz z dowodem zapłaty składki w ciągu 14 dni od dnia rejestracji pojazdu.

3. Wykonawca przez cały czas trwania niniejszej umowy jest właścicielem Przedmiotu leasingu i dokonuje opłat (odpisów) amortyzacyjnych.
4. W ramach niniejszej umowy Zamawiający nabywa prawo wykupu Przedmiotu leasingu na warunkach określonych w niniejszej umowie, pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.
5. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy.
6. Zbywcą pojazdu jest:
7. Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia Przedmiotu leasingu we własnym zakresie i na swój koszt przez cały okres trwania Umowy.
8. Obowiązek ubezpieczenia samochodu w zakresie OC, AC i NNW oraz koszt tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy obciążają Zamawiającego, przy czym prawo wyboru modelu ubezpieczenia przysługuje Zamawiającemu i jest realizowane na zasadach określonych poniżej w ust. 9 - 12.
9. Zamawiający zobowiązuje się przez cały czas trwania Umowy samodzielnie opłacać składki ubezpieczeniowe („model ubezpieczenia - Polisa Obca”). Zamawiający jest tym wyborem związany przez cały okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem, że model ubezpieczenia może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy w drodze porozumienia jej Stron. Warunki modelu ubezpieczenia – Polisa Obca określa polisa generalna Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC/NNW oraz polisa majątkowa na sprzęt, której kopie zostaną przekazane Wykonawcy. Wykonawca nie naliczy żadnych opłat z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z modelu ubezpieczenia „Polisa Obca“.
10. Zamawiający oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia spełniającą podstawowe warunki ubezpieczenia samochodu. Warunki i zakres ubezpieczenia określone są w polisie generalnej Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC/NNW oraz polisie majątkowej na sprzęt.
11. W związku z wyborem przez Zamawiającego modelu ubezpieczenia – Polisa Obca, obowiązują następujące dodatkowe postanowienia Umowy:
 - a) Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy OC, AC oraz dowód zapłaty składki ubezpieczeniowej na dzień rejestracji przedmiotu leasingu; w przypadku wznowienia ubezpieczenia dokumenty wznowienia i dowód zapłaty składki Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć Wykonawcy przed zakończeniem okresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z poprzedniej umowy ubezpieczenia;
 - b) W przypadku niespełnienia przez Zamawiającego któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 1 ust. 9 ust. 10 i ust. 11 pkt a), ubezpieczenia samochodu dokona Wykonawca i obciąży Zamawiającego zapłaconymi składkami oraz wszelkimi kosztami jakie poniósł w tym celu, co nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w przypadku braku zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w § 1 ust. 10.

12. Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się i ściśle stosować się do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Zamawiający zobowiązany jest także podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu umożliwienie wyegzekwowania odszkodowania przez Wykonawcy od ubezpieczyciela. Zamawiający ponosi w stosunku do Wykonawcy odpowiedzialność za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia. Zamawiający ponosi także pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie koszty, w przypadku, gdy szkoda powstanie w okolicznościach wyłączających prawo Wykonawcy do otrzymania odszkodowania ubezpieczeniowego. Zamawiający w szczególności ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek korzystania z przedmiotu leasingu w warunkach lub w miejscu nie objętych ochroną ubezpieczeniową.

§ 2

Termin i sposób realizacji umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: **48 miesięcy** od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego przedmiotu leasingu oddanego mu przez Wykonawcy do użytku.
2. Oddanie Przedmiotu leasingu do użytku nastąpi w terminie **30 dni** od dnia podpisania niniejszej umowy i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania i odbioru, w którym zostanie dokładnie opisany stan techniczny Przedmiotu leasingu.
3. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu Przedmiot leasingu:
 - a/ kompletny, zdatny do umówionego użytku o parametrach i wyposażeniu zgodnym ze specyfikacją warunków zamówienia, ofertą z dnia2024 r. oraz opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr do umowy,
 - b/ dopuszczony do ruchu przez odpowiedni organ administracji,
 - c/ wraz z dowodem rejestracyjnym (po potwierdzeniu zawarcia polisy OC przez Zamawiającego, zawartej z dniem zarejestrowania pojazdu),
 - d/ wraz z dokumentami gwarancyjnymi wystawionymi przez producenta,
 - e/ wraz z instrukcją obsługi w języku polskim i procedurami postępowania w trakcie użytkowania samochodu,
 - f/ zatankowany (powyżej stanu rezerwy),
4. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia Przedmiotu leasingu, w tym w szczególności jego stanu oraz przydatności z punktu widzenia celu umowy leasingu.
5. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu przekazania i odbioru Przedmiotu leasingu od Wykonawcy bez zastrzeżeń, stanowi dowód przekazania Zamawiającemu Przedmiotu leasingu do korzystania w stanie przydatnym do umówionego użytku.
6. W przypadku, gdy Przedmiot leasingu ma jakiegokolwiek wady lub jest niezgodny z niniejszą umową, lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów, lub dokumenty te nie zawierają wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.
7. Okres leasingu samochodu rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu wydania samochodu i kończy się po upływie liczby miesięcy określonej w **umowie leasingu, stanowiącej załącznik** do niniejszej umowy.

8. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru samochodu przez okres dłuższy niż 21 dni z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
9. Wykonawca nie odpowiada wobec Zamawiającego za przydatność samochodu do umówionego użytku. W przypadku nabycia przez Wykonawcy pojazdu od Zbywcy lub producenta, Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu razem z samochodem odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego samochodu otrzymanego od zbywcy lub producenta, który uwzględniał będzie warunki oferty złożonej w przetargu oraz postanowienia niniejszej umowy.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się:
 - a/ informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do niego przez organy lub osoby trzecie, którego przedmiotem jest używany Przedmiot leasingu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania, oraz w zakresie udzielonych tym organom lub osobom informacji najpóźniej w dniu, w którym informację taką przekazał chyba że z powszechnie obowiązującego prawa wynika zakaz informowania Zamawiającego o takim zapytaniu.
 - b/ nie obciążać Przedmiotu leasingu na rzecz osób trzecich ani przelewać swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. Zamawiający zobowiązuje się:
 - a/ korzystać z Przedmiotu leasingu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,
 - b/ utrzymywać Przedmiot leasingu w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem jego normalnej eksploatacji oraz umożliwić Wykonawcy w uzgodnionym terminie zbadanie stanu Przedmiotu leasingu i sposobu jego użytkowania,
 - c/ ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem samochodu,
 - d/ informować Wykonawcy o ujawnionych wadach Przedmiotu leasingu
 - e/ ubezpieczać przedmiot leasingu na własny koszt i własnym staraniem przez cały okres trwania Umowy.
3. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z eksploatacją samochodu. Koszty te w całości obciążają Zamawiającego.
5. Zamawiający nie ma prawa wyjazdu samochodami poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjazd taki będzie możliwy po uzyskaniu zgody Wykonawcy oraz po dodatkowym ubezpieczeniu samochodu, o ile będzie to konieczne. Koszt dodatkowego ubezpieczenia będzie obciążał Zamawiającego.
6. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania instrukcji obsługi samochodu i do przestrzegania warunków gwarancji oraz terminów kontroli technicznej samochodu, a w przypadku konieczności skorzystania z usług stacji obsługi samochodów do korzystania ze wskazanej przez Wykonawcy stacji. W przypadku, gdy w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniedbaniem Zamawiającego związanym z powyższymi zobowiązaniami nastąpi utrata lub ograniczenie praw

Wykonawcy jako uprawnionego z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wykonawcy i pokryje wszelkie szkody jakie Wykonawca poniesie z tego tytułu.

7. Zamawiający zobowiązuje się: nie oddawać Przedmiotu umowy osobom trzecim do odpłatnego albo nieodpłatnego używania. Ograniczenie to nie dotyczy osób zatrudnionych lub wykonujących pracę albo usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie umów o pracę, zlecenie lub o dzieło.
8. Jeżeli sprawcą zdarzenia wywołującego szkodę w samochodzie jest osoba trzecia, Wykonawca jest uprawniony – według własnego wyboru:
 - a) do likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy szkody lub
 - b) do likwidacji szkody z własnego ubezpieczenia AC i dochodzenia regresu z ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
9. Niezwłocznie po zgłoszeniu szkody w samochodzie, ale nie później niż w terminie 3 miesięcy od tej daty, Zamawiający jest zobowiązany przekazać samochód do naprawy do autoryzowanego serwisu. W razie zwłoki w przekazaniu samochodu do naprawy trwającego dłużej niż 14 dni, Wykonawca – po pisemnym wezwaniu listem poleconym Zamawiającego do przekazania samochodu do warsztatu naprawczego – ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym co do wyodrębnionej części przedmiotu leasingu, którą stanowi przedmiotowy samochód. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wykonawcy wyrażoną w formie pisemnej (list polecony; e mail), Zamawiający może zostać zwolniony z określonego powyżej obowiązku.
10. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących zabezpieczenia samochodu: zamykania i włączania alarmu oraz stosowania innych urządzeń zabezpieczających o ile zostały one zainstalowane w samochodzie. W przypadku kradzieży, jeśli samochód nie był odpowiednio zabezpieczony, odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody i koszty ponosi Zamawiający.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę:

..... **netto** (słownie:),
..... **brutto** (słownie:),
w tym% **zł podatku VAT** tj. zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym:
 - a/ wszystkie raty leasingowe, koszty wykupu,
 - b/ koszty związane z zarejestrowaniem samochodu.
3. Strony umowy ustalają, iż:
 - a/ **wysokość pierwszej i kolejnych rat leasingowych** wynosi **netto**: zł.
(słownie: zł netto),
lub
 - b/ **wysokość rat leasingowych od 1 do 47** wynosi **netto**: zł.
(słownie: zł netto),

c/ **cena wykupu Przedmiotu leasingu** wynosi **netto**: zł (słownie: zł netto), co stanowi 1% wartości netto przedmiotu leasingu określonej w ofercie Wykonawcy.

§ 5

Sposób zapłaty wynagrodzenia

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pierwszej raty leasingowej na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT do końca miesiąca, w miesiącu następującym po odbiorze Sprzętu, nie wcześniej jednak niż 7 dni od otrzymania faktury.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pozostałych rat leasingowych miesięcznie do 25 każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę, na podstawie **formularza cenowego i harmonogramu finansowego spłaty rat**. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby prawidłowo wystawione faktury VAT dostarczone były do siedziby Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni przed dniem wymagalności raty. Harmonogram spłat rat leasingu Wykonawca przekaze Zamawiającemu po odbiorze pojazdu.
3. W razie zwłoki w zapłacie raty leasingowej, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.
4. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, Zamawiający wyraża zgodę na zaliczanie przez Wykonawcę, wszelkich dokonywanych przez Zamawiającego płatności, w pierwszej kolejności na zapłatę zaległych opłat lub odsetek wynikających z niniejszej umowy niezależnie od dyspozycji złożonej przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wszystkich należności wynikających z niniejszej Umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 6

Opcja wykupu Przedmiotu leasingu

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykupu Przedmiotu leasingu za cenę wykupu wskazaną w § 4 ust. 3 lit. c).
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa wykupu może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zapłaty ostatniej raty leasingowej na podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących własność przedmiotu leasingu podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcy pod warunkiem spłacenia wszystkich należności wynikających z umowy leasingu.
3. Cena wykupu płatna będzie w terminie 14 dni od dnia przeniesienia własności Przedmiotu leasingu.
4. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu, Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia z tego tytułu.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, które przysługują mu w stosunku do sprzedawcy lub producenta samochodu za wyjątkiem uprawnień do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

2. W ramach dokonanego przelewu uprawnień z gwarancji Wykonawca wydaje Zamawiającemu w dniu wydania Przedmiotu leasingu dokumenty gwarancyjne dotyczące Przedmiotu leasingu, które otrzymał od gwaranta co uprawnia go do bezpośredniego realizowania uprawnień udzielonej gwarancji. Okresy gwarancji muszą odpowiadać warunkom z oferty i zapisom zawartym w **Załączniku Nr** do umowy w tym zakresie.
3. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcy o ujawnionych wadach w Przedmiocie leasingu oraz terminie i zakresie napraw gwarancyjnych wykonywanych wyłącznie we wskazanych w dokumencie gwarancji punktach napraw.
4. W ramach dokonanego przelewu uprawnień z rękojmi Zamawiający może je realizować po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.
5. Konserwacja i naprawa Przedmiotu leasingu dokonywana będzie w autoryzowanych stacjach obsługi producenta Przedmiotu leasingu tj.:

-

-

§ 8

Kary umowne

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:
 - a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcy.
 - b/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wydaniu Przedmiotu leasingu przekraczający termin o którym mowa w § 2 ust. 2, również w sytuacji określonej w § 2 ust. 6.
 - c/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, o ile nie mogą być zrealizowane przez Wykonawcy a uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu leasingu zgodnie z przeznaczeniem.
 - d/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za uchylanie się od podpisania dokumentów przenoszących własność samochodu, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy.
 - e/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) za każdą godzinę zwłoki w czasie reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy sanitarnej wynikającego ze złożonej oferty.
 - f/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł (dwieście złotych) za każdą godzinę zwłoki, a po upływie 60 godzin karę 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy następny dzień zwłoki w dostarczeniu ambulansu zastępczego, którego obowiązek dostarczenia wynika ze złożonej oferty w przypadku awarii ambulansu powyżej 5 dni.
2. W sytuacji obciążenia Wykonawcy karą umowną Zamawiający wystawi Wykonawcy notę z terminem płatności 10 dni od daty jej otrzymania..
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosić będzie 30% wartości brutto.

§ 9

Kradzież i nienaprawialne uszkodzenie przedmiotu leasingu

1. W razie szkody całkowitej, utraty, kasacji lub nienaprawialnego uszkodzenia Sprzętu Umowa leasingu wygasa. W takiej sytuacji Leasingodawca rozlicza Umowę leasingu najwcześniej w dniu wypłaty odszkodowania albo odmowy takiej wypłaty. Z tą chwilą Leasingobiorca płaci jednorazowo opłatę z tytułu utraty Sprzętu, która stanowić będzie różnicę pomiędzy niezapłaconymi płatnościami wynikającymi z umowy leasingu, a odszkodowaniem, które uzyskano w związku z utratą, szkodą całkowitą, kasacją lub nienaprawialnym uszkodzeniem Sprzętu oraz wartością netto pozostałości Sprzętu, jeśli takie pozostałości występują i przedstawiają jakąkolwiek wartość.
2. Za uszkodzenie w takim stopniu, że nie będzie można przywrócić samochodu do stanu pierwotnego uznaje się w szczególności szkodę w samochodzie przekraczającą 70% jego wartości ustalonej przez Zakład Ubezpieczeń wg systemu Audatex na datę zdarzenia powodującego szkodę. Wartość szkody będzie ustalana przez rzeczoznawcę wg cen nowych części oryginalnych producenta samochodu (bez naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny określonych w systemie Audatex oraz cen robocizny w autoryzowanych przez producenta samochodu zakładach naprawczych.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy opóźnienie w wydaniu Przedmiotu leasingu przekroczy dodatkowy termin określony w § 2 ust 6 umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
 - b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
 - c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążyą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Rozwiązanie, wypowiedzenie, wygaśnięcie umowy

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania umowy.
3. Jeżeli Przedmiot leasingu jest wadliwy Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem na datę otrzymania oświadczenia przez Wykonawcy, jeżeli mimo dwukrotnej naprawy Przedmiot leasingu nie nadaje się do korzystania zgodnie z przeznaczeniem.
4. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa wygasa w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu leasingu z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub na skutek siły wyższej. Zamawiający jest jednak zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy rat leasingowych wg zasad określonych w § 9 niniejszej umowy. Na poczet rat leasingowych zostanie Zamawiającemu zaliczone odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela.
6. Zamawiający w przypadkach, o którym mowa w ust. 3 i 4, zobowiązany jest do zwrócenia Wykonawcy Przedmiotu leasingu w stanie istniejącym w dacie zwrotu, jeżeli nie skorzystał z prawa pierwszeństwa wykupu. Do chwili zwrotu potwierdzonego protokolarnie, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodu obciąża Zamawiającego.
7. Samochód powinien zostać zwrócony w stanie technicznym odpowiadającym ich normalnemu zużyciu. Odbiór samochodu może nastąpić z udziałem rzeczoznawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek szkód w samochodach, w szczególności będących następstwem zdarzeń, które nie zostały zgłoszone Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, nadmiernego zużycia w stosunku do czasu używania, niezgodnionej z Wykonawcą wymiany podzespołów lub części czy też dokonania innych zmian niezgodnych z instrukcją fabryczną – wartość ewentualnych strat Wykonawcy lub poniesionych przez niego kosztów oraz koszt opinii rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego.

§ 12

Zmiana umowy

1. Wysokość rat leasingowych nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania umowy, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2.
2. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
 - a. stawki podatku od towarów i usług,
 - b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, po

przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcy.

3. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 następuje na wniosek jednej ze Stron. Do wniosku Strona musi dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga Strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę, jej zakres i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia.
4. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 2 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 12 ust. 2 pkt a, b, c i d.
5. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny roczny lub półroczny, w zależności od okresu waloryzacji, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten za poprzedni rok przekroczy 10%.
6. Pierwsza waloryzacja może być dokonana nie wcześniej niż 12 miesięcy od zawarcia umowy i będzie obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną ze wskaźnika za okres (uwzględniający pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został wskaźnik), który upłynął od dnia zawarcia umowy. Kolejne waloryzacje dokonywane będą nie częściej niż co pół roku, w oparciu o średnią arytmetyczną ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.
7. Waloryzacja następuje na wniosek Strony, który musi zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 powyżej, wyniesie łącznie nie więcej niż 15% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
8. W wyniku dokonania waloryzacji, odpowiedniej zmianie ulega wynagrodzenie określone w umowie. Strony sporządzają aneks do umowy potwierdzający zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, przy czym zmiany te mają skutek od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po ostatnim miesiącu, dla którego wskaźnik brany był pod uwagę przy waloryzacji.
9. Waloryzacja, nie ma wpływu na wzajemne zobowiązania Stron, z zastrzeżeniem wyraźnie wskazanych w umowie, w tym nie powoduje zmian przedmiotu i zakresu umowy ani terminów realizacji.
10. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
11. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
12. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.), mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową do praw i obowiązków stron będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność:

- 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
- zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
 - obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcy.
4. Załącznikami do umowy są:
- Umowa leasingu wraz z harmonogramem spłaty rat leasingowych** – Załącznik nr,
 - szczegółowa specyfikacja dotycząca pojazdów wchodzących w skład przedmiotu leasingu** – Załącznik nr, tj. kompletny załącznik zgodny z warunkami złożonej oferty winien być przygotowany przed przekazaniem przedmiotu leasingu określający:
 - specyfikację samochodu (marka, typ, rok prod., nr ident.VIN),
 - określony dla samochodu okres leasingu ustalony w miesiącach, opłaty leasingowe, cenę netto wynikającą z opcji zakupu na podstawie niniejszej umowy, wartość początkową,
 - opis przedmiotu zamówienia** – Załącznik nr
5. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
6. W przypadku niezawarcia ugody na drodze pozasądowej rozwiązania sporu, Strony poddadzą spór wynikający z niniejszej umowy rozstrzygnięciu sąd właściwego miejscowo wg siedziby Zamawiającego.
7. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają postanowienia zawieranej pomiędzy Stronami Umowy Leasingu nr wraz Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL), która stanowi Załącznik nr ... do niniejszej Umowy. Jeżeli postanowienia Umowy leasingu nr, w tym Ogólnych Warunków Umowy Leasingu są sprzeczne lub rozbieżne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (nr postępowania **W.Sz.Z: TZ-280-124/24**), wówczas do realizacji zamówienia w pierwszej kolejności mają zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy oraz SWZ, których dokumentacja stanowi załącznik nr do niniejszej Umowy.
8.*, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.” *Nazwa Wykonawcy.
9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: *ustawa Pzp*),
o NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby *

** skreślić niepotrzebne*

.....

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
**dostawy ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego
w formie leasingu.**

.....
prowadzonego przez
**Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń
oświadczam, co następuje:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie **art. 108 ust. 1** ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie **art. 109 ust. 1 pkt 4** ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

*** Oświadczam**, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp.
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp lub art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie **art. 110 ust. 2** ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych:

** wypełnić wyłącznie wtedy, gdy zachodzą podstawy wykluczenia*

OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: *ustawa Pzp*),
o SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca / podmiot udostępniający zasoby *

** skreślić niepotrzebne*

.....

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

**dostawy ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego
w formie leasingu.**

prowadzonego przez

**Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń**

oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

1. ** Oświadczam, że spełniam **samodzielnie** warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. ** Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia, **z wyjątkiem warunku określonego w pkt**

(UWAGA! - podać tu warunek udziału i jednostkę redakcyjną w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w której określono warunek udziału w postępowaniu, o ile Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu).

W celu wykazania spełniania warunku udziału określonego powyżej, **polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:**

.....

(wskazać nazwę i adres podmiotu udostępniającego wskazane zasoby)

** **UWAGA!** – skreślić niewłaściwe (pkt 1 lub 2). Jeśli Wykonawca skreśli pkt 1, należy wypełnić pkt. 2. Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniem zamieszczonym na końcu formularza niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data:, Podpis(-y) osób uprawnionych ze strony Wykonawcy:

II. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (odpowiednio do wymogu z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Oświadczam, że spełniam warunek/warunki udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w rozdziale IV pkt. Specyfikacji Warunków Zamówienia,

.....

(**UWAGA!** - podać tu warunek udziału i jednostkę redakcyjną w *Specyfikacji Warunków Zamówienia*, w której określono warunek udziału w postępowaniu).

Jednocześnie – odpowiednio do treści art. 118 ust. 3 i 4 ustawy Pzp – do niniejszego oświadczenia **wraz z ofertą**, składam (załączam) **zobowiązanie** do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami.

Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data:

Podpis(-y) osób uprawnionych ze strony
podmiotu udostępniającego zasoby:

Wyjaśnienie:

1) Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, **Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wg treści art. 118 ust. 4 ustawy Pzp) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.**

2) Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, **Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.**