



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 23.08.2022r.

EZP 335/2022

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu D-42/2022 Dostawy odzieży ochronnej jednorazowego użytku dla pacjentów i personelu oraz artykułów ochronnych do zabiegów medycznych na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 9 poz. 1

Zestaw serwet jałowych do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x Serweta na stół instrumentalny 150 x 190cm, laminowana jednostronnie grubą, niebieską folią PE.
- 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm (nie jest składana teleskopowo).
- 1 x Serweta do cięcia cesarskiego 200/250 x 315cm w kształcie litery T, z otworem o wymiarach 18 x 28 x 32cm, wypełnionym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów. Torba o wymiarach 77 x 77cm, wykonana z transparentnej folii, posiada dwa plastikowe zawory spustowe do odprowadzania płynów. Przymocowana jest do otworu na całym jego obwodzie. Torba foliowa zawiera plastikowy, formowany sztywniak 360 stopni, o długości ok. 176cm oraz włókninowy organizator na przewody.
- 1 x Serweta dla noworodka 90 x 100cm, wykonana z miękkiej włókniny typu Spunlace w kolorze białym.
- 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm
- 2 x Ręcznik chłonny 40 x 40cm.

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 9 poz. 2

Fartuch chirurgiczny jałowy wzmocniony o parametrach:

- Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny z włókniny hydrofobowej typu SMS, w kolorze niebieskim, o gramaturze min. 35g/m², gramatura strefy wzmocnionej to 56g/m².
- Rękaw fartucha zakończony jest elastycznym mankietem





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



- Fartuch posiada 4 wszywane troki,
- W okolicy karku fartuch zapiany jest na krótki rzep
- Szwycy fartucha wykonane techniką overlod lub ultradźwiękową.
- Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki z wysoce chłonnej gofrowanej celulozy o wymiarach 40 x 40cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym, wymiary 75 x 125 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszule w kolorze niebieskim, dostępne w rozmiarach M/L oraz XL/XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści bluzy z dekoltem V?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6

Pytanie dot. treści SWZ, pkt. 6a) dot. pełnomocnictwa:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli będzie dotyczyć pełnomocnictwa w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Pytanie nr 7

Pytania dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8 wzoru umowy w zakresie kar umownych na:

„§ 8


1/Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego objętego umową nastąpi przez zapłatę kary umownej w przypadku:

1/ odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca

–

w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy;

2/ odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z winy Kupującego – w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy;”?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9 poz.1 serwetę do cięcia cesarskiego 260/200x 335 cm z otworem 30x30 cm wypełniony folia chirurgiczna z oknem 15x20 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9 poz.1 serweta dla noworodka o wymiarach 70x80 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9 poz.1 serweta dla noworodka o wymiarach 95x150 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9 poz. 2 fartuch chirurgiczny wzmocniony o gramaturze 45g/m² w strefie krytycznej wzmocniony laminatem dwuwarstwowym, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 73g/m², pakowany pojedynczo w torbę foliowo papierową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 12

Zadanie 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 13

Zadanie 4, poz. 3-4


Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14

Zadanie 4, poz. 3





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 15

Zadane 4, poz. 4

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 5 – Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do szycia po epiziotomii, w którego składzie pęseta chirurgiczna metalowa prosta ma długość 16cm – pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 17

Zadanie nr 5 – Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 4?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 5 – Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do wklucia centralnego, w którego składzie igłotrzymacz ma długość 14 cm - pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 19


Zadanie nr 8 – Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający wymaga zaferowania zestawu ginekologicznego wykonanego z włókniny dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m², odporności na przenikanie cieczy min. 200cmH₂O, odporności na rozdarcie na sucho/mokro 120kPa oraz chłonności laminatu 285%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 20

Zadanie nr 8 – Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu gdzie serweta na stolik narzędziowy jest w rozmiarze 150 x 190 cm oraz samoprzylepna serweta ginekologiczna z





Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626

email: zam.pub@szpitalino.pl



padem chłonnym z otworem (9x12cm) jest w rozmiarze 280x250 - pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 21

Zadanie nr 8 – Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha urologicznego wzmocnionego w rozmiarze L, wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach (całość rękawa - wszycie rękawa typu reglan). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antystatyczny i nieprześlakalny dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzające fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Materiał w tej części fartucha to w 100% nieprześlakalna folia PE. Fartuch nie zawiera lateksu. Opakowanie zewnętrzne posiada min. dwie samoprzylepne naklejki służące do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające następujące informacje: numer ref., numer lot, datę ważności oraz dane producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 22

Zadanie nr 8 – Pozycja nr 3 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha standardowego w rozmiarze M, wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 40g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch wiązany z tyłu na troki, antystatyczny. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha, zapięcie pod szyją wykonane z taśmy samoprzylepnej typu Combitape?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 23

Zadanie nr 8 – Pozycja nr 4 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do nakłucia lędźwiowego o składzie:

1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm

1 x plastikowe kleszczyki 14 cm

6 x tufery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy

1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z centralnym otworem i przylepnym brzegiem

1 x strzykawka Luer Lock 5 ml (zapakowana)

1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) (zapakowana)

1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)

1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną, zapakowany 7,2 cm x 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższe.

Pytanie nr 24

Zadanie nr 9 – Pozycja nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 24 cm – folia na brzegach) 250/260 x 300, zintegrowane nogawice
- 1 serweta dla noworodka 90 x 105 cm
- 1 serweta nieprzylepna 90 x 100 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Serwety wykonane w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze min. 55 g/m². Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 25

Zadanie nr 9 – Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartuch wykonany z włókniny SMS, o gramaturze min. 35 g/m², przy szyji zapinany na taśmę samoprzylepna wielokrotnego użytku, oznakowanie rozmiaru poprzez nadruk widoczny przed rozłożeniem fartucha - pozostałe parametry zgodne z zapisami SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 26

Zadanie nr 11 – Pozycja nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do operacji dłoni/stopy w którego składzie serweta główna jest w rozmiarze 245 x 320 cm z otworem o średnicy 3 cm oraz brak w zestawie pojemnika plastikowego 500 ml niebieskiego i kleszczyków plastikowych prostych 24 cm – pozostałe parametry i komponenty zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 27

Zadanie nr 11 – Pozycja nr 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu, w którego składzie serweta na stolik narzędziowy wzmocniona jest w rozmiarze 150 x 190 cm oraz jedna z serwet jest w rozmiarze 200 x 200 cm (zamiast 200 x 175 cm) - pozostałe parametry i komponenty zgodne z opisem SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.


Pytanie nr 28

Dotyczy Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy typu przedniak bez wzmocnienia, zakładany przez głowę, wiązany na wysokości pasa z tyłu. Rozmiar 71cm x 120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.





Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 29

Dotyczy Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 30

Dotyczy Zadanie 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 31

Dotyczy Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 32

Dotyczy Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 33

Dotyczy Zadanie 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160cm x 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 34

Dotyczy Zadanie 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160cm x 75cm lub 150cm x 80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 35


Dotyczy Zadanie 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego zgodny z poniższym opisem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m² (Biflex) i 83g/m² (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przyklepionym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 36

Dotyczy Zadanie 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego zgodny z poniższym opisem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta 100 x 150cm;
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/230 x 240 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, pięciokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów wyposażonym w kształtki (sztywnik) i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Zbiornik posiada przyklepny otwór wypełniony folią chirurgiczną z aperturą w kształcie trapezu. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 2 serwety do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 90 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 37

Dotyczy Zadanie 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMMMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 38

Dotyczy Zadanie 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny owinięty wewnątrz w serwetę włókninową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 39

Dotyczy Zadanie 9, poz. 2





Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Czy Zamawiający dopuści fartuch, który posiada oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu oraz na papierze krepowym, w który jest owinięty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 40

Dotyczy Zadanie 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 102cm x 152cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 41

Dotyczy Zadanie 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny zgodny z poniższym opisem:

Jednorazowy, niesterylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny, rdzeń chłonny w kolorze białym, wymiary 101 x 225 cm, wymiary strefy absorpcyjnej min. 50 x 200 cm, absorpcja > 6000 ml. Podkład 5-cio warstwowy, wykonany z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej

Opakowanie jednostkowe a' 1 szt., w torebkę z folii PE, posiadającą, na stałe przymocowaną, etykietę, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 42

Dotyczy wadium

Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmywy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.


Pytanie nr 43

Dotyczy Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii o długości 180cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 44

Dotyczy Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii o długości 116cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 45

Dotyczy Pakiet 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 46

Dotyczy Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 49

Dotyczy Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt?


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia chłonności produktu wg. metody ISO-11948-1 (Rothwell)? Metoda ta ma zastosowanie przy sprawdzaniu chłonności pieluchomajtek. Czy Zamawiający dopuści podkład z Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego potwierdzającego spełnienie norm chłonności?





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje od powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy Pakiet 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x90 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiające trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml. Powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². Część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m². Opakowanie 56sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 52

Dotyczy Pakiet 2 poz.4

Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszuty. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 53

Dotyczy Pakiet 2 poz.5

Czy Zamawiający dopuści Bluzę z długim rękawem wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi, elastycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszuty. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 54

Dotyczy Pakiet 2 poz.6

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny SMS (gramatura 35g/m²), nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie. Spodnie z trokami w pasie. W kolorze niebieskim?


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55

Dotyczy Pakiet 3 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści podkłady wykonane z włókniny o gramaturze min. 40g/m²?





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 56

Dotyczy Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 57

Dotyczy Pakiet 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80x160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 58

Dotyczy Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59

Dotyczy Pakiet 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości narzędzi +/- 1cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 60

Dotyczy Pakiet 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasa IIa reguła 7?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 61

Dotyczy Pakiet 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy o poniższym składzie:

4 x Tupfer gazowy 17N 20cm x 20cm, 100% bawełniana gaza higroskopijna

1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta plastikowa 13cm

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock, bez opakowania jednostkowego

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40) zielona, bez opakowania jednostkowego


1 x Ostrze-skalpel do ściągania szwów krótkie 6,5cm zakrzywione, zapakowane

1 x Opatrunek foliowy z ramką 10cm x 15cm samoprzylepny

6 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm, 100% bawełniana gaza higroskopijna

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa





Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm, 2-częściowa

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40) różowa, bez opakowania jednostkowego

1 x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm, na odpadki

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, na płyn ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62

Dotyczy Pakiet 6 poz.1,2,4,5,6,7

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63

Dotyczy Pakiet 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści skład zestawu na etykiecie wypisany w języku polskim zamiast przedstawionego w formie symboli graficznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 64

Dotyczy Pakiet 6 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu rękaw foliowo-papierowy o poniższym składzie:

1 x Serweta na stolik do instrumentarium 100cm x 150cm

1 x Osłona na kończynę 70cm x 120cm, SMS 50 g/m²

5 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm

5 x Kompres włókninowy 30G 4W 10cm x 20cm

10 x Kompres włókninowy 40G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Nożyczki do cięcia pępowiny zaokrąglone metalowe 12cm, bransze okrągłe zakrzywione, znaczone kolorem dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku, obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku

2 x Zaciskacz do pępowiny biały 50mm

1 x Kocyk flanelowy we wzory 160cm x 75cm w dziecięce motywy

1 x Czapeczka dla noworodka, elastyczna, dopasowująca się do kształtu głowy dziecka, wykonana z bawełny 100%, rozmiar 38


1 x Podkład chłonny 60cm x 90cm, chłonność 1177ml

1 x Serweta chłonna 60cm x 80cm, włóknina 40 g/m²

1 x Nożyczki do cięcia kroczka BRAUN-STADLER metalowe 14,5cm, znaczone kolorem dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku, obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku

1 x Chwytnik plastikowy typu Korcang 23cm, szerokie końcówki z nacięciami, zamek zaciskowy

1 x Miska nerkowata PVC, rozmiar 12cm x 18cm





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



2 x Rękawice diagn.lateksowe, bezpudrowe rozm. M
1 x Miarka centymetrowa papierowa 1m, podziałka z dokładnością do 1 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 65, Pakiet 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający dodatkowo wzmocnienie od wewnątrz?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 66, Pakiet 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 67, Pakiet 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści fartuch o **paroprzepuszczalności 4389 g/m²/24h?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 68, Pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 69, Pakiet 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniu typu folia papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 70, Pakiet 6 pozycja 4 Składowa c

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 10cm x 10cm, 16 warstwowe, 17-nitkowe?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 71, Pakiet 6 poz.4

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy, z dodatkowo dodanym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym 19,5cm x 13cm x 3,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626

email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 72, Pakiet 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści skład zestawu na etykiecie wypisany w języku polskim zamiast przedstawionego w formie symboli graficznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 73, Pakiet 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości narzędzi +/- 0,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 74, Pakiet 6 poz.5

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy, z dodatkowo dodanym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym 19,5cm x 13cm x 3,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 75, Pakiet 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści skład zestawu na etykiecie wypisany w języku polskim zamiast przedstawionego w formie symboli graficznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76, Pakiet 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, podfoliowana, gramatura 60 g/m² - owinięcie

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym o śr. 7cm, podfoliowana, gramatura 60 g/m²

3 x Tupfer gazowy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm

20 x Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Pęseta plastikowa anatomiczna 13cm, wąskie końcówki z nacięciami oraz stabilizator przesunięcia, zapewniające pewny chwyt


1 x Pęseta chirurgiczna 1x2 zębki metalowa 14,5cm, nacinanie części chwytnej gwarantujące pewny chwyt, znakowanie farbą oraz znak jednorazowego użytku

1 x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 12,5cm, zamek zaciskowy, znakowanie farbą oraz znak jednorazowego użytku

1 x Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm, znaczone kolorem dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku, obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku

1 x Miska nerkowata poj. 800ml, niebieska, z podziałką, wymiar: 24,5cm x 10cm x 5cm

2 x Kleszczyki HALSTEAD MOSQUITO zakrzywione metalowe 12,5cm, z zamkiem, powierzchnia branszy nacinana - umożliwiającą pewne trzymanie zaciśniętej tkanki lub materiału, znaczone kolorem





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku, obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 77, Pakiet 6 poz.6

Czy Zamawiający dopuści skład zestawu na etykiecie wypisany w języku polskim zamiast przedstawionego w formie symboli graficznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78, Pakiet 8 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 79, Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².

- 1 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?





**Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 80, pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 81, pakiet 9 poz.2

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku z przodu fartucha?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 82, Pakiet 9 poz.2

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty dodatkowo w serwetę włókninową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 83, Pakiet 14 poz.1

Czy Zamawiający dopuści Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m² w kolorze białym, warstwa wewnętrzna z poliestru 50g/m², z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe. Rozmiar 110 x 210 cm.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 84, Pakiet 14 poz.2

Czy Zamawiający dopuści Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.?

Odpowiedź:



Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 85, Pakiet 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maseczki o czystości mikrobiologicznej 1,11 cfu/g zgodnie z normą PN-EN 14683:2019?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 86, pakiet 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści długości wkładki modelującej 10,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 87, pakiet 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski mocowane za uszy za pomocą gumek o długości 2 x 16,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 88, pakiet 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski wiązane za pomocą troków o długości 4 x 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 89

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego objętego umową nastąpi przez zapłatę kary umownej w przypadku:

1/ odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości 10 % wartości **brutto** niezrealizowanej części umowy;

2/ odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę z winy Kupującego – w wysokości 10 % wartości **brutto** niezrealizowanej części umowy;

3/ zwłoki w realizacji dostaw w wysokości 0,1% wartości **brutto** towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje powyższe modyfikacje postanowień umowy.

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:


Zamawiający uzupełnia powyższy zapis i podaje adres: <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl>

Pytanie nr 91

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie 92, Pakiet 1 poz.1

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 93, Pakiet 1 poz.3

Prosimy o dopuszczenie koszul dla pacjenta wykonanych z włókniny SMMS.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 93A, Pakiet 1 poz.3

Prosimy o dopuszczenie koszul dla pacjenta w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 94, Pakiet 1 poz.3

Prosimy o dopuszczenie koszul dla pacjenta wiązanych na troki z wycięciem z tyłu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 95, Pakiet 1 poz.3

Prosimy o dopuszczenie koszul dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 96, Pakiet 2 poz.3

Prosimy o dopuszczenie czepka z wszytą wkładką chłonącą pot, z gumką w tylnej części głowy, wykonanego w całości z włókniny spulnace 35g/m², pakowanego w kartonik po 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 97, Pakiet 2 poz.4-5

Prosimy o dopuszczenie bluzy zakończone mankietem wykonanym z PP

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 98, Pakiet 2 poz.4-5

Prosimy o dopuszczenie bluzy pakowanej w folie po 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494
Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl



Pytanie nr 99, Pakiet 2 poz.4

Prosimy o dopuszczenie bluzy z długim rękawem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 100, Pakiet 2 poz.6

Prosimy o dopuszczenie kompletu chirurgicznego ubrań wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m², z dekoltem w kształcie litery V, z spodniami na troki, w kolorze niebieskim, bluzę z 3 kieszeniami, pakowanego w folię.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 101, Pakiet 15 poz.1

Prosimy o dopuszczenie masek na gumkę o dł. 15 cm (nierozciągnięte).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 102, Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o gramaturze min. 57,4 g/m²? Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:


Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 103, Pakiet 10 poz.1

Prosimy o dopuszczenie masek w rozmiarze min. 177mm x 87mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Prosimy o dopuszczenie masek w rozmiarze min. 177mm x 87mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.



Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu

dr n. med. Eligiusz Patałas