



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 19.12.2022r.

Znak: ZP.26.2.58.2022.1

### **Informacja o wpłynięciu pytań do zapytania ofertowego pn. "Dostawa 4 sztuk fartuchów ochronnych RTG wraz z osłonami na tarczycę dla ZZOZ w Wadowicach"**

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, przekazuje zapytania od Dostawców dotyczące treści zapytania ofertowego pn „Dostawa 4 sztuk fartuchów ochronnych RTG wraz z osłonami na tarczycę dla ZZOZ w Wadowicach”, znak: ZP.26.2.58.2022 i udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w specyfikacji: Fartuch ochronny RTG bez możliwości odpięcia i wymiany rzepów na nowe oraz statyczne pasy zapinające.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza.**

#### **Parametry ogólne fartuchów**

#### **Pytanie nr 2**

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie zatrzasku po prawej stronie na ramieniu do mocowania osłony natarczyce. Powyższe rozwiązanie gwarantuje ułatwienie przechowywania osłon tarczycy, przy czym nie krępuje ruchów w trakcie użytkowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 3**

Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie regulacji napięcia za pomocą pasów zapinających. Zwracamy uwagę, że wymagany model nie powinien posiadać elastycznych i rozciągliwych pasów zewzględu na charakter użytkowania (zrzucanie fartucha podczas zabiegu) co zwiększa eksploatację i zużycie takich pasów

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 4**

Poz. 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwość odpięcia i wymiany rzepów na nowe i dopuszczenie klasycznego napięcia na rzepy. Wymagane rozwiązanie utrudnia korzystanie z fartucha dodając kolejny element mogący ulec awarii w postaci zamka oraz wymagający od użytkownika każdorazowego sprawdzenia przed założeniem fartucha czy zamek jest dopięty.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 5**

Poz. 12

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania ochronności 0,25mmPb z tyłu zważając na fakt, że wymagany jest fartuch jednostronny z ochroną przednią użytkownika.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza** i pozostawia zapisy Zapytania ofertowego bez zmian.

#### **Pytanie nr 6**

Poz. 13

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania materiału bez winylowego o rdzeniu kauczukowym i dopuszczenie materiałów wykonanych z polimeru winylowego. Zastosowaniem materiału ochronnego na bazie polimeru winylowego nie wpływa na funkcjonalność ani właściwości ochronne nie wpływa na funkcjonalność ani właściwości ochronne.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

#### **Pytanie nr 7**

Poz. 17

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania materiału posiadającego włókna antystatyczne i dopuszczenie materiału charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, nie zawiera lateksu i PVC.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**.

#### **Pytanie nr 8**

Poz. 18

Prosimy o dopuszczenie wyboru z palety 10 kolorów materiału pokryciowego (zewnętrznego) charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, który nie zawiera lateksu i PVC.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wybór z palety 10 kolorów materiału pokryciowego (zewnętrznego), **nie dopuszcza** materiału charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, który nie zawiera lateksu i PVC.

### **Parametry ogólne osłon gruczołu tarczycy**

#### **Pytanie nr 9**

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie możliwości dopięcia do fartucha ochronnego RTG klipsami/ zatrzaskami. Powyższe rozwiązanie gwarantuje ułatwienie przechowywania osłon tarczycy, przy czym nie krępuje ruchów w trakcie użytkowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

#### **Pytanie nr 10**

Poz. 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania materiału bez winylowego o rdzeniu kauczukowym i dopuszczenie materiałów wykonanych z polimeru winylowego. Zastosowaniem materiału ochronnego na bazie polimeru winylowego nie wpływa na funkcjonalność ani właściwości ochronne.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza**.

**Pytanie nr 11**

Poz. 12

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania materiału posiadającego włókna antystatyczne i dopuszczenie materiału charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, nie zawiera lateksu i PVC.

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza**.

**Pytanie nr 12**

Poz. 13

Prosimy o dopuszczenie wyboru z palety 10 kolorów materiału pokryciowego (zewnątrznego) charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, który nie zawiera lateksu i PVC.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wybór z palety 10 kolorów materiału pokryciowego (zewnątrznego), **nie dopuszcza** materiału charakteryzującego się niską reaktywnością chemiczną, który nie zawiera lateksu i PVC.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę należy przesłać **do dnia 21.12.2022r. do godziny 10.00** za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

Proszę o **niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma**.

*Dyrektor  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wadowicach*

**Barbara Bulanowska**

**Otrzymują:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x Dostawcy (e-mail):

1 x a/a.