

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę myjni oraz sterylizatorów z przeznaczeniem dla Centralnej Sterylizacji ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.27.D.2021, odpowiadamy na pytanie Wykonawcy:

Dotyczy odpowiedzi z dnia 04.05.2021 cz.II - Zadanie II - Sterylizator parowy na sześć jednostek wsadu:

Pytanie 1: Zagadnienie nr 1 .Dotyczy: Zadania nr 2, pytanie 10 . W załączniku nr 1 w punkcie 5 wymagał Państwo komory z żebrowanym płaszczem grzejnym. W odpowiedziach z dnia 28.04.2021 został dopuszczony do zaoferowania sterylizator wyposażony w pełny płaszcz grzejny (dopuszczone 2 równoważne rozwiązania). Czy zatem nie zaszła omyłka pisarska w odpowiedzi na pytanie 10 z dnia 04.05.2021 r. powodująca wykluczenie urządzeń z pierwotnie wymaganym płaszczem żebrowanym?

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie 10 zaszła omyłka pisarska. Na pytanie oferenta w pkt 10, które brzmi „, Dot. pkt 5. Czy Zamawiający zamiast parametru w pkt 5 wyrazi zgodę, aby urządzenie posiadało płaszcz pierścieniowy na komorze, wykonany ze stali nierdzewnej PN EN 1.4404 (316 L wg AISI), umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej oraz wzmacniającym wytrzymałość komory przy jednoczesnym równomiernym rozkładzie temperatury zgodnie z PN EN 285?”, **odpowiedź Zamawiającego winna być: Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 2: Zagadnienie nr 2. Dotyczy: Zadanie nr 2, pytanie 26 . W wymaganiach zawartych w Załączniku nr 1, Oferenci mieli zawrzeć w ofercie stację uzdatniania wody do zasilenia zaoferowanych dwóch sterylizatorów parowych. W odpowiedzi na pytanie 26 z dnia 04.05.2021 sugerujecie Państwo że woda uzdatniona ma być również przewidziana dla myjni dezynfektora z Zadania I. Podczas wizji lokalnej zostały przekazane informacje, że myjnie (będąca w posiadaniu Szpitala i nowo zakupiona) będą zasilane z posiadanej stacji uzdatniania wody. Jeżeli nowa stacja uzdatniania wody ma zasilać również myjnie dezynfektory to niezbędne jest przedstawienie informacji o ilości zużycia wody przez myjnie dezynfektory, aby odpowiednio dobrać stację uzdatniania do rzeczywistego zużycia wody uzdatnionej.

Odpowiedź: Stacja uzdatniania wody ma zapewnić pracę oferowanych sterylizatorów parowych , myjni dezynfektora będącej w posiadaniu Zamawiającego oraz nowo zakupionej. Zamawiający dopuszcza stację uzdatniania wody o wydajności do 2m³ /dobę oraz pojemności zbiornika minimum 1,5m³ .

Z poważaniem