

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Numer i nazwa projektu: RPWP.01.01.00-30-0002/17 „Budowa i Wyposażenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

L. dz. DZP-62 /22

Poznań, dnia 28.01.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-151/21 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę z transportem mikrobiologicznego próbnika powietrza dla Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej.**

1. W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczący przetargu na próbnik powietrza w pkt 3 stawia następujące wymaganie: „Zasilanie z 230V, gniazda samochodowego 12V lub akumulatorów NiMH bądź baterii AA. W zestawie znajduje się komplet akumulatorów, 2 ładowarki do ładowania, 2 torby do przenoszenia urządzeń.”

Chcielibyśmy zaoferować Państwu urządzenia zgodne z pozostałymi wymaganiami opisu ale zasilane tylko za pomocą akumulatorów bądź baterii AA bez możliwości bezpośredniego zasilania z gniazda 230V lub z gniazda samochodowego. Urządzenia, które możemy i chcielibyśmy Państwu zaoferować są wyposażone w zewnętrzną ładowarkę (1 szt. / jeden próbnik) oraz zestaw akumulatorów. Akumulatory te można ładować w w/w ładowarce z gniazda 230V lub z gniazda zapalniczki. Próbniki bywają obecnie pakowane przez producenta w walizeczki, które zastępują torby. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację zapisu punktu 3: "Zasilanie próbnika za pomocą akumulatorów NiMH bądź baterii AA. Wraz z każdym próbnikiem należy dostarczyć też ładowarkę do akumulatorów umożliwiającą ładowanie ich z gniazda 230V lub z gniazda samochodowej zapalniczki 12V. Każdy z próbników powinien być dostarczony z torbą lub walizeczką do przenoszenia urządzenia."

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

2. Na podstawie art. 137 ust. 1,2 i 4 Ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany terminów - składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą w następujący sposób:

- 1) Jako termin składania ofert wskazuje się: **07.02.2022 r. godz.: 10:00,**
- 2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się: **07.02.2022 r. godz.: 11:00.**
- 3) Jako termin związania ofertą wskazuje się **06.05.2022 r.**

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.