



WSzSL/FZ.381.83/24.....^{86h}2024

Legnica 18-11-2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

- Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ:
- 1) REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, APARATÓW RTG WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOTYCHCZASOWEJ PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ,
 - 2) APARATU USG;
 - 3) APARATU DO NIEINWAZYJNEGO USUWANIA WYDZIELINY,
 - 4) CYSTOFIBEROSKOPU

znak sprawy WSzSL/FZ-83/24

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11-09-2019 r. Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpływieniem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

Pytania od Wykonawcy X

Dotyczy części 1:

- A. Zamawiający w ZAŁĄCZNIKU 2A 83 24 Skorygowany w Części 1 zawarł wymagania, które nie są precyzyjne i/lub umożliwiają złożenie oferty na słaby technologicznie system MR.

1. Dotyczy punktu 17

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w punkcie 17 Zamawiający odnosi się do nieistniejącego punktu 2.1 zapewne w wyniku omyłki pisarskiej. Prosimy zatem o potwierdzenie, że obecny zapis:

„Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi, dla amplitudy podanej w pkt. 2.1.”
powinien brzmieć:

„Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi, dla amplitudy podanej w pkt. 16.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza – wystąpiła omyłka, dotyczy pkt 16. Zamawiający dokonuje stosownej korekty.

2. Dotyczy punktu 36

Prosimy o potwierdzenie, że premiowany punkt 36 odnosi się do cewki lub co najmniej jednej cewki będącej częścią zestawu cewek wymaganej w punkcie 35.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

3. Dotyczy punktu 40

Prosimy o potwierdzenie, że premiowany punkt 40 odnosi się do cewki wymaganej w punkcie 39.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

4. Dotyczy punktu 43

Prosimy o potwierdzenie, że premiowany punkt 43 odnosi się do opisu cewki wymaganej w punkcie 42.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

5. Dotyczy Załącznika 2A 83 24 Skorygowany Część 1.

Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający wymaga opisu w kolumnie D zaoferowanego parametru opisanego w punkcie B. Prosimy o informację czy przykładowo opis „TAK, i nazwa sekwencji lub wartość oferowanego parametru” będzie wystarczający dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Należy opisać parametry oferowane przez Wykonawcę w kontekście opisu w kolumnie B – podać wartości faktycznie oferowanych parametrów/opisy funkcjonalności, itp.

6. Dotyczy dokumentu SWZ_ZMIANA_CZERW. 83 24 Rozdział V. Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych

Prosimy o doprecyzowanie czy przedmiotowe środki dowodowe w rozdziale V są wymagane dla wszystkich parametrów użytkowo-technicznych zawartych w Załączniku 2A_83_24_Skorygowany Część 1 w Tabeli A Rezonans Magnetyczny, czy tylko dla punktów premiowanych.

Odpowiedź: Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale VSWZ odnoszą się do parametrów punktowanych.

7. Dotyczy punktu 252 w Załączniku 2A_83_24_Skorygowany Część 1 (Tabela A)



Czy Zamawiający w tym punkcie będzie wymagał odpowiednich fantomów do prawidłowej kalibracji i uruchomienia systemu zgodnie z wymaganiami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi możliwie jak najszybciej.

8. Dotyczy punktu 252 w Załączniku 2A_83_24_Skorygowany Część 1 (Tabela A)

Czy Zamawiający w tym punkcie będzie wymagał odpowiednich fantomów do prawidłowej kalibracji i uruchomienia systemu zgodnie z wymaganiami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi możliwie jak najszybciej.

9. Dotyczy pkt. 225 Tabela A (rezonans magnetyczny) oraz pkt. 65 Tabela B (tomograf komputerowy) Załącznik 2A:

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż ideą serwera aplikacyjnego jest to, aby posiadał on oprogramowania do wielu różnych modalności, takich jak MR, CT, RTG czy też PET. W ten sposób eliminowane są dublowane wielokrotnie stacje, tak aby całe rozwiązanie było uniwersalne i dostępne do jak największej ilości odbiorców. Zamawiający w powyższych wymogach wymaga dwóch serwerów, których funkcjonalność będzie ograniczona - obecnie Zamawiający wymaga jednego serwera dla MR przetwarzającego do 40 000 warstw, a do TK 80 000 warstw. W zamian za nie proponujemy jeden, który obsłuży te modalności. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie parametru 225 Tabeli A oraz modyfikację pkt.65 Tabeli B na:

Serwer aplikacyjny:

liczba procesorów: min. 2 procesory 18 rdzeniowe

pamięć RAM: min. 384 GB

wbudowana macierz w konfiguracji RAID

pojemności macierzy: min. 10 TB

redundantne zasilanie typu Hot-plug

serwer umożliwiający jednoczesne przetwarzanie min. 160 000 warstw

dwa stanowiska lekarskie – konsole zależne wyposażone w min. 1 monitor medyczny o przekątnej min. 30" i monitor opisowy min. 21"

UPS dla stacji lekarskiej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego serwera aplikacyjnego dla oferowanych urządzeń o parametrach opisanych powyżej.

10. Dotyczy pkt. 65 Tabela B (tomograf komputerowy) Załącznik 2A:

Zwracamy uwagę na błąd, który wkradł się w ten parametr – opisując serwer aplikacyjny Zamawiający wspomniał o UPS dla stacji operatorskiej – prosimy potwierdzenie, iż doszło do omyłki i chodzi o UPS dla stacji klienckiej (lekarskiej).

Odpowiedź: Tak, chodzi o stacje operatorskie dla lekarzy.

11. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela C – Aparat RTG typu komando, Kolumna lampy RTG, pkt 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu dysponującego minimalną odległością SID (FFD) wynoszącą 115 cm. Zwracamy uwagę, że Procedury Wzorcowe dopuszczają zastosowanie odległości FFD w zakresie 100 – 115 cm. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

12. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela C – Aparat RTG typu komando, Kolumna lampy RTG, pkt 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu dysponującego manualnym obrotem lampy w zakresie +90°/-180°. Pozostałe ruchy stołu telekomando są zmotoryzowane i możliwe do sterowania z paneli sterujących zlokalizowanych w ergonomicznych miejscach aparatu (m.in. obudowa detektora, wyświetlacz kolimatora).

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

13. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela C – Aparat RTG typu komando, Lampa RTG, pkt 23

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przyzna punkty dodatkowe dla innego rozwiązania wpływającego na minimalizację dawki pacjenta i personelu: kratki przeciwrozproszeniowej o ogniskowej **automatycznie dostosowującej się do odległości SID** za pomocą mechanizmu zmiany kształtu kratki. Eliminuje to konieczność wymiany kratki podczas ekspozycji z minimalnym oraz maksymalnym SID – jednocześnie zachowując optymalne parametry redukcji promieniowania rozproszonego.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi możliwie jak najszybciej.

14. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela C – Aparat RTG typu komando, konsola operatorska, pkt 60, 61



Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie wymogów zawartych z punktach 60 i 61. Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy system posiada możliwość eksportu badania i pojedynczych obrazów m.in jako DICOM, raw, JPEG (obszar automatycznie skolimowany bądź z możliwością ręcznej korekty kolimacji)?

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

15. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela C – Aparat RTG typu komando, konsola operatorska, pkt 62

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy system posiada możliwość dodania do obrazu znaczników w postaci linii, kątów oraz cyfrowej kratki ułatwiającej wykonanie pomiarów? Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

16. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela C – Aparat RTG typu komando, konsola operatorska, pkt 65

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy system posiada możliwość prowadzenia statystyk zdjęć odrzuconych wraz z podaniem przyczyny odrzucenia z predefiniowanej listy powodów? Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego przez Zamawiającego, pozwalające na optymalizację procesu obróbki i poprawę jakości otrzymanych obrazów

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

17. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela C – Aparat RTG typu komando, konsola operatorska, pkt 67

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy system posiada licencje protokołów: DICOM 3.0: Send, Print, MPPS, Storage, Storage Storage Commitment, Modality Worklist, oraz dodatkowo – query/retrieve? Funkcjonalność „receive” nie jest zazwyczaj wykorzystywana w konsolach aparatów do obrazowania (które w założeniu nie służą archiwizacji obrazów) – jest to domena stacji lekarskich oraz serwerów PACS. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

18. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, pkt 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego pobór mocy w trybie czuwania (stand-by) wynoszący 1 kW. Różnica między parametrem wymaganym a oferowanym jest znikoma. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

19. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Generator RTG, pkt 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego minimalny czas ekspozycji wynoszący 2 ms. Różnica między parametrem wymaganym a oferowanym jest znikoma i nie ma wpływu na wartości kliniczne aparatu.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi w możliwie najszybszym terminie.

20. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Lampa RTG, pkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający lampę RTG o rozmiarze ogniska dużego wynoszącym 1.3 mm? Aparat dzięki wyposażeniu w detektory cyfrowe o bardzo wysokich parametrach obrazowania zapewnia wzrost wykrywalności drobnych struktur anatomicznych do 40%.

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia Pytającemu złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

21. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Lampa RTG, pkt 23

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu wyposażonego w wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z kolorowym ekranem dotykowym spełniający wszystkie wymagania z punktów 22, 23 oraz 24 OPZ z



wyjątkiem możliwości modyfikacji czasu ekspozycji ms. Wyświetlacz pozwala na modyfikację kV i mAs.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

22. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Lampa RTG, pkt 25

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przyzna w tym wymaganiu punkty dodatkowe dla aparatu dysponującego lampą RTG przygotowaną do wykonania zdjęć w technice dwuenergetycznej dla młodzieży i osób dorosłych (ekspozycja nisko i wysoko energetyczna następująca bezpośrednio po sobie w odstępie nie więcej niż 160 ms).

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi możliwie jak najszybciej.

23. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Mocowanie lampy RTG, pkt 32, 33

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu o zakresie ruchu lampy RTG względem osi pionowej wynoszącym $+135^{\circ}/-135^{\circ}$ oraz zakresie ruchu lampy RTG względem osi poziomej wynoszącym $+180^{\circ}/-135^{\circ}$. Zakresy te pozwalają na realizację wszystkich procedur klinicznych. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

24. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Kolimator, pkt 38

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione w przypadku cyfrowego wyświetlania kąta obrotu kołpaka na dotykowym wyświetlaczu lampy RTG, nie zaś na kolimatorze. Wyświetlacz lampy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kolimatora. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

25. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Stół, pkt 47

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu o regulowanej wysokości blatu stołu od podłogi w zakresie wynoszącym 50 – 85 cm. Proponowana wartość jest korzystniejsza dla Zamawiającego z punktu widzenia użytkowego (proponowany stół posiada najniższą możliwą dolną pozycję na rynku). Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

26. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Stół, pkt 49

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu posiadającego zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu wynoszący 68 cm. Niższa wartość zakresu ruchu wzdłużnego blatu rekompensowana jest przez duży zakres ruchu wzdłużnego detektora w stole. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

27. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Stół, pkt 53

Ze względu na niejednoznaczny zapis dotyczący parametrów kratki przeciwrozproszeniowej w stole prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione w przypadku zaoferowania kratki przeciwrozproszeniowej o parametrach SID 90 – 120 cm, 12:1, 70 linii/cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

28. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Stół, pkt 55

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że kratka oscylacyjna (ruchoma) w trakcie ekspozycji jest rozwiązaniem wywodzącym się z radiografii analogowej. Obecnie w przypadku aparatów w pełni cyfrowych, rozwiązaniem skuteczniejszym i mniej awaryjnym jest wysokiej jakości kratka stała wraz z dedykowanym algorytmem do przetwarzania obrazu w celu cyfrowego usunięcia jej linii na obrazie. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w związku z powyższym Zamawiający przyzna punkty dodatkowe dla rozwiązania kratki stałej o wysokich parametrach 12:1 oraz 70 linii/cm wraz z dedykowanym algorytmem do usuwania linii kratki na obrazie.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi możliwie jak najszybciej.



29. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Statyw do zdjęć odległościowych / płucnych, pkt 66

Ze względu na niejednoznaczny zapis dotyczący parametrów kratki przeciwrozproszeniowej w statywie do zdjęć płucnych prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna wymaganie za spełnione w przypadku zaoferowania kratki przeciwrozproszeniowej o parametrach SID 145 – 245 cm, 13:1, 70 linii/cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Składając ofertę należy zaznaczyć, iż Zamawiający wyraził zgodę.

30. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Statyw do zdjęć odległościowych / płucnych, pkt 68

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że kratka oscylacyjna (ruchoma) w trakcie ekspozycji jest rozwiązaniem wywodzącym się z radiografii analogowej. Obecnie w przypadku aparatów w pełni cyfrowych, rozwiązaniem skuteczniejszym i mniej awaryjnym jest wysokiej jakości kratka stała wraz z dedykowanym algorytmem do przetwarzania obrazu w celu cyfrowego usunięcia jej linii na obrazie. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w związku z powyższym Zamawiający przyzna punkty dodatkowe dla rozwiązania kratki stałej o wysokich parametrach 13:1 oraz 70 linii/cm wraz z dedykowanym algorytmem do usuwania linii kratki na obrazie.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi w możliwie jak najszybciej.

31. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Detektor cyfrowy przeznaczony do pracy w stole i statywie – 2 szt., pkt 76

Prosimy o doprecyzowanie wymogów dotyczących rozmiarów dostarczonych detektorów cyfrowych przeznaczonych do pracy w stole i statywie. Prosimy o potwierdzenie, że biorąc pod uwagę wymogi funkcjonalne dla oferowanego aparatu RTG, Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 1 sztuki detektora w rozmiarze min. 42x42 cm oraz minimum 1 sztuki detektora w rozmiarze minimum 34x42 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch detektorów większego i mniejszego, o parametrach zgodnych z SWZ.

32. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Detektor cyfrowy przeznaczony do pracy w stole i statywie – 2 szt., pkt 79, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 94, 95

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na wysokiej klasy cyfrowy aparat rentgenowski wiodącego producenta aparatury do diagnostyki obrazowej, który w punktach dotyczących detektorów cyfrowych jak poniżej odbiega od wartości wymaganych przez Zamawiającego, a posiada wartości podane odpowiednio dla każdego punktu jak poniżej. Wiele z obecnych wymagań opisuje rozwiązania oferowane przez wyłącznie jednego producenta aparatów RTG, a zgoda umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Zamawiającemu natomiast pozwoli na pozyskanie aktualnie najnowszych i rozwojowych technologii na rynku medycznym:

79	System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę	Nie dotyczy	Detektory o wielkości piksela 100 µm pozwalające na zwiększenie wizualizacji drobnych struktur 0 40%
----	---	-------------	--

82	Waga z baterią ≤ 3.1 kg	≤ 2,8 kg – 10 pkt.	Waga z baterią 3,2 kg
83	Grubość detektora ≤ 15 mm	Nie dotyczy	Grubość detektora 15.5 mm
84	Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 250 kg	≤ 300kg – 0 pkt. > 300 kg – 5 pkt.	Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora 150 kg
85	Maksymalne obciążenie punktowe (fi 4 cm) detektora ≥ 150 kg	Nie dotyczy	Maksymalne obciążenie punktowe (fi 4,5 cm) detektora 100 kg

89	Wodoodporność detektora – klasa min. IP55	< IP56 – 0 pkt. ≥ IP56 – 5 pkt.	Wodoodporność detektora w klasie IPX4
90	Detektor wyposażony w warstwę antybakteryjną na etapie produkcji detektora, nie dopuszcza się ingerencji w detektor i nakładanie warstwy za pomocą preparatów firm trzecich	Nie dotyczy	Detektor z możliwością dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi operatora



94	Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów (min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG	Nie dotyczy	Detektor dedykowany do współpracy z oferowanym aparatem RTG bez funkcji pamięci obrazów umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG
95	Wskaźnik ilości zdjęć przechowywanych w pamięci wewnętrznej detektora	Nie dotyczy	Detektor dedykowany do współpracy z oferowanym aparatem RTG bez funkcji pamięci obrazów umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi w możliwie jak najszybciej.

33. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Detektor cyfrowy przeznaczony do pracy w stole i statywie – 2 szt., pkt 80

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że punktowany rodzaj technologii detektora nie ma wpływu na jakość uzyskiwanych obrazów a w większym stopniu na jego walory użytkowe. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w związku z powyższym Zamawiający przyzna punkty dodatkowe również dla rozwiązania detektora bezprzewodowego wyróżniającego się parametrami fizycznymi mającymi wpływ na jakość uzyskanego obrazu: wielkości piksela 100 µm, parametr DQE dla 0 lp/mm – 75%.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

34. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Detektor cyfrowy przeznaczony do pracy w stole i statywie – 2 szt., pkt 84

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że punktowane maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora, mimo wysokiej wartości, nie zabezpieczy powierzchni detektora przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas tak wymagających aplikacji. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w związku z powyższym Zamawiający przyzna punkty dodatkowe również dla rozwiązania obejmującego dodatkową, dedykowaną osłonę detektora zapewniającą ochronę mechaniczną oraz zwiększającą jego wytrzymałość na obciążenia do ponad 400 kg.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi możliwie jak najszybciej.

35. Dotyczy Załącznik 2A_83_24, Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym, Konsola technika – 1 szt., pkt 120, 121, 129, 130, 131, 132, 134, 137, 138, 142, 145, 146, 150, 152, 153

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na wysokiej klasy cyfrowy aparat rentgenowski wiodącego producenta aparatury do diagnostyki obrazowej, który w punktach dotyczących konsoli technika jak poniżej odbiega od wartości wymaganych przez Zamawiającego, a posiada wartości podane odpowiednio dla każdego punktu jak poniżej. Wiele z obecnych wymagań opisuje rozwiązania oferowane przez wyłącznie jednego producenta aparatów RTG, a zgoda umożliwi nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty. Zamawiającemu natomiast pozwoli na pozyskanie aktualnie najnowszych i rozwojowych technologii na rynku medycznym:

120	Funkcja nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki, koloru i tła.	Nie dotyczy	Funkcja nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki.
121	Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą koloru i tła oraz obracaniem	Nie dotyczy	Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (linie, znaczniki)
129	Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechnie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji)	Nie dotyczy	Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku angielskim wraz z protokołami badań w języku polskim oraz dostępną na konsoli aparatu instrukcją obsługi w języku polskim
130	Łączenie danych demograficznych pacjenta (wpisanych przed lub po odczytaniu obrazu) i rodzaju badania z obrazem	Nie dotyczy	Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem



131	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, informacje o alergiach, komentarz)	Nie dotyczy	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, komentarz)
132	Automatyczne uzupełnianie danych pacjenta po podanym identyfikatorze w przypadku gdy pacjent już istnieje w lokalnym archiwum	Nie dotyczy	Brak możliwości automatycznego uzupełniania danych pacjenta po podanym identyfikatorze w przypadku gdy pacjent już istnieje w lokalnym archiwum
134	Możliwość usuwania badań oczekujących oraz wykonanych z poziomu konsoli (z możliwością zablokowania tej funkcji dla określonych użytkowników)	Nie dotyczy	Możliwość usuwania badań oczekujących oraz wykonanych z poziomu konsoli
137	Multisesyjność – otwarcie co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie	Nie dotyczy	Możliwość otwarcia następnego badania po zamknięciu badania uprzedniego
138	Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji	Nie dotyczy	Możliwość dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji po zamknięciu badania w postaci nowej serii badania
142	Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności:- automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym)-zmiana powiększenia-zmiana okna wyświetlania (jasność/kontrast)-przesuwanie obrazu-pokazywanie/ukrywanie informacji na obrazie-wyświetlanie zdjęć w postaci matrycy (min. 6x6)-eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG)-cofanie wprowadzonych zmian w sposobie wyświetlania obrazów	Nie dotyczy	Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności:- automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym)
145	Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu (także po zamknięciu i ponownym otwarciu badania)	Nie dotyczy	Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu do momentu zamknięcia badania
146	Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka	Nie dotyczy	Programy anatomiczne wybierane za pomocą myszy lub dotykowego ekranu z edytowalnej listy
150	Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki (funkcjonalność dostępna dla wybranych użytkowników)	Nie dotyczy	Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki
152	Możliwość przypisania do procedury schematu wysyłania obrazów (np. obrazy QA nie trafiają na stację lekarską, a do specjalnego archiwum)	Nie dotyczy	Możliwość przypisania do rodzaju obrazu schematu jego wysyłania (obrazy surowe, przetworzone, raporty dawki)
153	Możliwość wyboru docelowego współczynnika czułości przed odczytaniem obrazu	Nie dotyczy	Możliwość wyboru docelowej wielkości pacjenta mającej wpływ na działanie systemu automatyki AEC

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi możliwie jak najszybciej.

36. Prosimy o potwierdzenie, że na placu manewrowym przez który będzie prowadzona dostawa rezonansu do pomieszczenia nie będą w trakcie właściwej pracy rezonansu poruszały się samochody. W przeciwnym wypadku należy wygrodzić teren, aby zachować minimum 6m odległości od ściany pracowni do poruszających się samochodów lub ekranować klatkę rezonansu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie będą poruszały się żadne pojazdy.



37. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada odpowiedni zapas mocy w rozdzielni dla urządzeń będących przedmiotem dostawy tj. 80 kVa dla rezonansu, 100 kVa dla tomografu, 125 kVa dla każdego z aparatów RTG.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż posiada odpowiedni zapas mocy.

38. Prosimy Zamawiającego o informację dotyczącą nośności stropu będącego na trasie dostawy tomografu.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy na temat nośności stropu . Jest to 20-centymentrowy strop wylewany na mokro. Z doświadczenia wiemy, iż przy montażu rezonansu, który dotychczas był w użyciu droga przez pomieszczenia techniczne była wzmocniona od spodu przenośnymi podporami.

39. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach pod RTG Zamawiający pozwoli na zmianę układu wentylacji/klimatyzacji. Obecna obniżona zabudowa sufitu podwieszono uniemożliwiają instalację systemu zawieszono na suficie.

Odpowiedź: Tak, - zmiana jest konieczna ze względu na wymóg wymiany centrali nawiewno-wwiewnej.

Dotyczy wzoru umowy w zakresie części 1:

40. **Par. 5 ust.1 a)** W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

41. **Par. 5 ust.1 b)** W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 250 zł za każde uchybienie?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

42. **Par. 5 ust.1 d)** W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 100 zł za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

43. **Par. 5 ust.1 e)** W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 500 zł za każdego nieobecnego?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

44. **Par. 5 ust.1 f)** W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 5 000 zł za każdy ujawniony przypadek?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

45. **Par. 5 ust.1 h)** W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 1% wynagrodzenia brutto określonego umową podwykonawczą?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

46. **Par. 5 ust.1 j)** W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 1% wynagrodzenia brutto określonego umową podwykonawczą?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy „karty gwarancyjnej” w zakresie części 1 wg załącznika nr 2 do umowy:

47. **Dotyczy wzoru umowy – Część I; Załącznik nr 2 do umowy, KARTA GWARANCYJNA „A”, § 1 ust.7 :** Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia wielu sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie postanowienia § 1 ust. 7, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:



- a. niewłaściwego użytkownika urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkownika;
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie, stan wojenny, itp.);
- f. normalnego zużycia dostarczonych elementów a zwłaszcza akcesoriów”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do zapisów punkt d o następującym brzmieniu: „d) uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, stan wojenny, itp.)”

48. Dotyczy wzoru umowy – Część I; Załącznik nr 2 do umowy, KARTA GWARANCYJNA „A”, § 1 ust. 6:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje zmianę § 1 ust. 6 Karty Gwarancyjnej i wskazanie, że rękojmia jest udzielana na okres wynikający z Kodeksu cywilnego oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi powinno więc odpowiadać okresowi udzielanej rękojmi.

Dodatkowo wskazujemy, że zastosowanie instytucji rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – z uwagi na dostosowanie pomieszczeń do konkretnego sprzętu – jest niekorzystne i niecelowe również dla Zamawiającego. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Proponujemy wobec tego dodanie następującego postanowienia do § 1 ust. 6 Karty Gwarancyjnej:

„Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych z tym zastrzeżeniem, że wyłącza się prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi.”

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

49. Dotyczy wzoru umowy – Część I; Załącznik nr 2 do umowy, KARTA GWARANCYJNA „A”, § 1 ust. 5: Celem uniknięcia wątpliwości co do intencji postanowienia § 1 ust. 5 Karty Gwarancyjnej, prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający będzie zobowiązany do jednokrotnej wymiany lampy na warunkach wskazanych w niniejszym ustępie. Dodatkowo, wskazujemy, że lampa RTG jest elementem podlegającym normalnemu zużyciu w toku użytkowania. W przypadku jej wymiany w sytuacjach wskazanych w postanowieniu § 1 ust. 5 Karty Gwarancyjnej, standardem rynkowym jest udzielenie na przedmiotową część gwarancji o długości 12 miesięcy, co pozwala wykonawcom na właściwą analizę niezbędnych do poniesienia w toku realizacji umowy kosztów. W związku z tym, proponujemy dodatkowe, następujące brzmienie § 1 ust. 5 Karty Gwarancyjnej:

„7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do jednokrotnej wymiany lampy RTG przed upływem okresu gwarancji, z tym zastrzeżeniem, że wymiany ta powinny nastąpić:

a) w przypadku wyeksploatowania lamp - w terminie 10 dni od zgłoszenia Wykonawcy tego faktu - w okresie trwania gwarancji, W przypadku dokonania wymiany lampy RTG zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, Wykonawca udziela na taką lampę 12-miesięcznej gwarancji.”

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

50. Dotyczy wzoru umowy – Część I; Załącznik nr 2 do umowy, KARTA GWARANCYJNA „A”, § 2 ust. 5: Zwracamy uwagę, że gwarancja udzielana jest przez Wykonawcę będącego profesjonalistą w zakresie dostawy, instalacji oraz serwisowania urządzeń medycznych, odpowiedzialnego za realizację udzielonej Zamawiającemu gwarancji, na zasadach wynikających z Karty Gwarancyjnej. W związku z tym, to Wykonawca, jako doświadczony dostawca gwarancji i usług serwisowych, ma niezbędną wiedzę i zasoby do oceny i wyboru jak najefektywniejszego sposobu naprawy wady/usterki zgłoszonej w ramach gwarancji i w związku z tym to Wykonawca powinien decydować o sposobie usunięcia usterki. Zwracamy uwagę, że taka zmiana nie powoduje negatywnych konsekwencji po stronie Zamawiającego, w szczególności z uwagi na przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi, w ramach których może wskazywać sposoby usunięcia stwierdzonych wad. W przypadku gwarancji, z uwagi na jej



charakter (jednostronne oświadczenie woli gwaranta, udzielana na warunkach gwaranta), to gwarant powinien mieć uprawnienie do decydowania o wyborze sposobu usunięcia wady. Dodatkowo wskazujemy, że standardem rynkowym w przypadku kar za zwłokę to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w naprawie. W związku z tym, proponujemy następujące brzmienie § 2 ust. 5 Karty Gwarancyjnej:

„W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wady w przedmiocie objętym niniejszą gwarancją Wykonawca jest uprawniony wedle własnego wyboru do:

- a) usunięcia wady;*
- b) wskazania trybu usunięcia wady i/lub wymiany rzeczy na wolną od wad;*

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

51. **Dotyczy wzoru umowy – Część I; Załącznik nr 2 do umowy, KARTA GWARANCYJNA „A”, § 2 ust. 9:** W przypadku wadliwego lub nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym niewykonaniu zastosowanie zlecenia interwencyjnego, tym bardziej, że Zamawiający oczekuje, iż w przypadku zaangażowania podmiotu trzeciego, gwarancja i rękojmia będą nadal obowiązywać. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego, nakłada dodatkowe ryzyko na Wykonawcę i tym samym narusza równowagę stron lub przynajmniej wskazanie, że zastępczy wykonawca będzie posiadał autoryzację producenta sprzętu medycznego.

Ponadto, w przypadku zlecenia wykonania zastępczego innemu podmiotowi ten podmiot jako profesjonalista będzie ponosił odpowiedzialność wobec zamawiającego za realizację zlecenia. Niewłaściwym jest nakładanie na wykonawcę obowiązku ponoszenia ryzyka w tym zakresie, skoro Wykonawca nie ma żadnego wpływu na wybór tego podmiotu, dlatego prosimy o wykreślenie odniesienia do „ryzyka” w § 2 ust. 9.

W związku z powyższym proponujemy tego zmianę §2 ust. 9 Karty Gwarancyjnej w następujący sposób:

„W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminach wynikających z niniejszej karty bądź umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia usunięcia wad innemu autoryzowanemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, pod warunkiem, że Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy lub prawidłowej jej realizacji, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Powyższe nie powoduje utraty ani ograniczenia praw wynikających z gwarancji i rękojmi, jak także prawa do naliczenia kar umownych i odszkodowania. Postanowienia §1 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

52. **Dotyczy wzoru umowy – Część I; Załącznik nr 2 do umowy, KARTA GWARANCYJNA „A”, §3 ust. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: 1. *Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad i awarii urządzenia, w okresie gwarancji i rękojmi telefonicznie **lub** drogą mailową przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia będą dokonywane pod nr telefonu lub na adres poczty elektronicznej – wskazane w Złączniku nr 1 do umowy*

Odpowiedź: Zamawiający zastąpił słowo” oraz” słowem „lub”.

53. **Dotyczy wzoru umowy – Część I; Załącznik nr 2 do umowy, KARTA GWARANCYJNA „A”, § 3 ust. 7:** Przedmiot zamówienia obejmuje skomplikowany system, którego czas dostawy od producenta wynosi do kilkunastu tygodni. Po dostawie sprzętu medycznego przez producenta należy wykonać montaż oraz instalację całego oprogramowania medycznego, kalibrację oraz wykonanie wszystkich testów rozruchowych. Dopiero po tym procesie następuje uruchomienie systemu. W związku z powyższym wymiana aparatu w ciągu 25 dni nie jest możliwa. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy:

7. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy w ciągu 12 tygodni od daty zgłoszenia tej wady.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi możliwie jak najszybciej.

54. **Dotyczy wzoru umowy – Część I; Załącznik nr 2 do umowy, KARTA GWARANCYJNA „A”, §3 ust. 10:** Przedmiotem zamówienia i udzielanej gwarancji jest skomplikowany technologicznie sprzęt, w którym usterki mogą ulec różnego rodzaju części/podzespoły. W przypadku powtarzających się usterek tego samego elementu/części zasadnym i efektywnym rozwiązaniem – również z perspektywy Zamawiającego – jest wymiana wadliwego elementu/podzespołu zamiast wymiany całego systemu, która wymaga więcej czasu (a tym samym – Zamawiający dłużej pozostaje bez sprzętu) oraz z punktu widzenia organizacyjnego ma dużo większy, negatywny wpływ na działalność Zamawiającego (np. dłuższy okres wyłączenia pracowni z użytkowania). W związku z tym, proponujemy następujące brzmienie § 3 ust. 10 Karty Gwarancyjnej.

„W przypadku awarii urządzenia, niewynikającej z jego nieprawidłowej eksploatacji, która nie została usunięta w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 lub wystąpienia konieczności trzykrotnego usunięcia tej samej wady zarówno w



zakresie naprawy, jak i wymiany (części, elementu, podzespołu, itp.), Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznej wymiany części/elementu/podzespołu dotkniętego wadą na fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych aniżeli wynikające z umowy oraz oferty Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dotyczy „umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” w zakresie Części 1 :

55. Uprzejmie informujemy, że procedury (np. służące wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych) są informacjami poufnymi i niedostępnianymi podmiotom trzecim. W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 2 ust. 5 nadając mu brzmienie:

*a. „Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych. Procesor jest zobowiązany do udostępnienia procedur **lub odpowiednich certyfikacji potwierdzających posiadanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń**, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, co najmniej do wglądu, na żądanie Powierzającego przekazane za pośrednictwem e-maila na adres wskazany w Załączniku nr 4. Procesor jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 5 Dni Roboczych od przesłania przez Powierzającego żądania.”*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

56. RODO nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052>) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie § 2 ust. 6:

*„Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Procesor bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż **48 godzin** od powzięcia wiadomości o naruszeniu (...)”*

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZ w przedmiotowym zakresie wprowadzając 36-godzinny czas.

Pytania od Wykonawcy XX

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

I. Pytania dotyczące Rozdziału XX. SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – dotyczy Części nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 5 umowy Część 1:

„1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:

- w wysokości 0,5% 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 pkt 1 i/lub w §2 ust. 1 pkt 2,
- w wysokości 500 250 zł za każde uchybienie któremukolwiek z obowiązków opisanych w Kartach gwarancyjnych - Załącznik nr 2 do umowy,
- określone w Załączniku nr 2 do umowy – Karta gwarancyjna – w odniesieniu do każdej z Kart odrębnie,
- w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §6 ust. 2.
- za nieuzasadnioną nieobecność któregokolwiek z przedstawicieli Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy na Radzie Budowy - w kwocie 1.000 500 zł za każdego nieobecnego,
- za każdy fakt ujawnienia na terenie budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ich pracowników lub inne osoby świadczące prace/usługi na jego rzecz realizujących jakiegokolwiek prace bez zgody Zamawiającego w wysokości 10.000 2.000 zł za każdy ujawniony przypadek,
- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 1% niezapłaconego wynagrodzenia brutto,
- za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5% 1% wynagrodzenia brutto określonego umową podwykonawczą,
- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% 1% wynagrodzenia brutto określonego umową podwykonawczą;
- za każdy brak zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% 1% wynagrodzenia brutto określonego umową podwykonawczą,



k) za każdy ujawniony przypadek wykonywania prac przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę w odniesieniu do wymagań określonych w § 14 ust. 1 w wysokości 1000 zł 500 zł,

l) za każde stwierdzone uchybienie w wykonaniu obowiązków umownych opisanych w § 14 ust. 2 w wysokości 500 zł,

m) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w w § 9 ust. 21 w wysokości 700 200 zł,

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z jej stron, a którego przyczyna leży po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

3. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. ~~Do progu określonego jako łączna wysokość kar umownych nie wlicza się wysokości kary umownej wskazanej w ust. 2.~~

4. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiający każda ze Stron może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 2 ust. 5 lit. d) Karty gwarancyjnej A poprzez zmianę wysokości przewidzianej tam kary umownej z 0,4% do 0,2% ceny brutto urządzenia, za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

II. Pytania dotyczące prac budowlanych – dot. Części nr 1:

Ogólne:

1. W jakiej odległości od przewidywanego pomieszczenia MR znajduje się punkt zasilania dla Aparatu MR oraz agregatu wody lodowej. Czy można zmienić lokalizację agregatu z obecnej i ulokować w okolicy pracowni MR- parking wewnętrzny dziedziniec szpitala – wpłynie to na obniżenie kosztów?

Odpowiedź: Zasilanie jest realizowane z budynku stacji 10A, poprzez rozdzielnicę wewnętrzną, znajdującą się na terenie obszaru pracowni diagnostycznych. Agregat wody lodowej znajdował się dotychczas na wewnętrznym dziedzińcu szpitala i musi pozostać w tej lokalizacji. Wykonawca najprawdopodobniej pomylił lokalizację z agregatem wody lodowej służącej instalacji klimatyzacji, który jest zlokalizowany przy estakadzie, na zewnątrz budynku 1C.

2. Czy Zamawiający ma zapas mocy potrzebny do zasilania MR oraz agregatu wody lodowej

Odpowiedź: W stacji 10A Zamawiający posiada stosowny zapas mocy.

3. Prosimy o dopuszczenie do wykonywania prac przygotowawczych na budowie na podstawie projektu architektury? Przygotowanie dokumentacji projektowej nastąpi w późniejszym terminie. Pozwoli to na znaczne przyspieszenie realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający, ze względu na stosunkowo krótki czas realizacji, bierze pod uwagę dopuszczenie Wykonawcy do realizacji prac przygotowawczych na obszarze modernizacji i przebudowy na podstawie wykonanego i zaakceptowanego przez rzeczoznawców oraz Zamawiającego projektu architektury.

4. Czy jeśli przepisy prawa nie będą tego wymagały Zamawiający nie będzie wymagał pozwolenia na budowę?

Odpowiedź: Zamawiający nie może wymagać pozwolenia na budowę, jeśli nie wymagają tego przepisy prawne.

5. Prosimy o przedstawienie przez Zamawiającego scenariusza przeciwpożarowego budynku w na remontowany obszar – prosimy o dołączenie schematu.

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego, aktualnie nie jest to potrzebne Wykonawcy.

6. Czy Zamawiający posiada wolne miejsca w szafie RACK w celu podłączenia się z kablami internetowymi?

Odpowiedź: Odsyłamy do projekt umowy, §1B ust. 1, pkt 3).

7. W jakiej odległości od szafy RACK znajdują się pomieszczenia MR i jakiej długości trasę trzeba przewidzieć w celu podłączenia się z kablami internetowymi?

Odpowiedź: Odsyłamy do projekt umowy, §1B ust. 1, pkt 3).

8. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany płytek w korytarzach, czy też zgodzi się na wymianę jedynie uszkodzonych płytek utrzymujący estetyczny wygląd podłogi?

Odpowiedź: Nie będzie tego wymagał. Odsyłamy do projekt umowy, §1B, ust. 1 pkt 9)- „w przypadkach tego wymagających”

9. Czy Zamawiający będzie wymagał remontu łazienek zlokalizowanych na remontowanym obszarze jeśli tak to których – prosimy o wskazanie – w trakcie wizji lokalnej w naszej ocenie nie wszystkie one wymagają remontu – co może wpłynąć na ograniczenie kosztów remontu.



Odpowiedź: Nie będzie tego wymagał. Odsyłamy do projekt umowy, §1B ust. 1, ppk 9)- „w przypadkach tego wymagających”

10. Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia mebli? Jeśli nie to prosimy o określenie jakich mebli Zamawiający wymaga poza wykazaną ladą biurową w obszarze recepcji.

Odpowiedź: Meble nie stanowią przedmiotu prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

11. Czy Zamawiający posiada system BMS w szpitalu?

Odpowiedź: Nie.

12. Czy Zamawiający wymaga podłączenia się do systemu BMS?

Odpowiedź: Nie.

13. Czy Zamawiający będzie wymagał rozbudowy systemu przeciwpożarowego – prosimy o wskazanie ilości i rodzaju elementów rozbudowy ze wskazaniem na projekcie?

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy, § 1B ust. 1, pkt 4)a), 4)b) i 4)c) oraz załącznik C i D do SWZ. Szpital nie posiada systemu gaśniczego i nie przewiduje prac w tym zakresie.

14. Czy Zamawiający posiada wolne miejsca na podłączenie się z systemem PPOŻ?

Odpowiedź: Aktualnie, tak - w zakresie SAP i DSO, ale jeśli zajdzie taka potrzeba należy przewidzieć rozbudowę centrali SAP i DSO.

15. Jakiej firmy instalacja PPOŻ jest wykonana w szpitalu / prosimy o wskazanie podmiotu dokonującego bieżącej konserwacji systemu i czy posiada ta firma wyłączności do obsługi wynikające np. z gwarancji?

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy, § 1B ust. 1 pkt 4)b) – system BOSCH w przypadku SAP i DSO. Firma dokonująca bieżącej konserwacji systemu nie posiada wyłączności do obsługi wynikającej np. z gwarancji.

16. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przygotowania kosztorysów oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego? Wymóg ten jest stosowany w przypadku w formule zaprojektuj-wybuduj nie zaś w przypadku remontu pomieszczeń.

Odpowiedź: Nie zrezygnuje.

17. Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie projektów powykonawczych i nie będzie wymagał projektów wykonawczych na etapie wykonawczym. W przypadku remontu pomieszczeń wymóg ten podnosi koszty inwestycji i wpływa na wydłużenie prac co podnosi koszty i opóźnia niepotrzebnie dostęp dla Pacjenta?

Odpowiedź: SWZ pozostaje be zmian.

18. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia UPS do MR, CT lub RTG – standardowo stosuje się podtrzymanie gwarantujące bezpieczne przerwanie badania dla Pacjenta i urządzenia – z uwagi na wymogi techniczne – wysoki pobór energii – wymaganie takie znacząco podniesie koszt inwestycji nie przynosząc zdecydowanych korzyści dla Pracy pracowni?

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy, § 1B, punkt 1, ppunkt 7).

19. Prosimy Zamawiającego o załączenie do postępowania PFU?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada PFU.

20. Prosimy Zamawiającego o podanie w metrach przestrzeni do adaptacji pomieszczeń przewidzianej w zadaniu.

Odpowiedź: Ok. 650 m² powierzchni użytkowej, tj. ok. 2.000 m³ kubatury.

21. Czy Zamawiający będzie wymagał rozbudowy systemu DSO proszę o podanie minimalnych wymagań w celu ograniczenia kosztów inwestycji?

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy, § 1B ust. 1 pkt 4)b) oraz załącznik C do SWZ

22. Czy Zamawiający będzie wymagał rozbudowy systemu SAP proszę o podanie minimalnych wymagań w celu ograniczenia kosztów inwestycji?

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy, § 1B, punkt 1, ppunkt 4)b) oraz załącznik D do SWZ

23. Czy Zamawiający będzie wymagał rozbudowy systemu BMS proszę o podanie minimalnych wymagań w celu ograniczenia kosztów inwestycji?

Odpowiedź: Nie.

24. Czy Zamawiający będzie wymagał remontu korytarza? Jeśli tak to w jakim zakresie, proszę o podanie minimalnych wymagań w celu ograniczenia kosztów inwestycji.

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy, §1B ust. 1, pkt 9) – „w przypadkach tego wymagających”

25. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenie i montażu odbojnic w korytarzu i innych pomieszczeniach?

Odpowiedź: Tak.

26. Czy Zamawiający będzie wymagał montażu szafy RACK?

Odpowiedź: Tak. Odsyłamy do projektu umowy, § 1B ust. 1, pkt 3).

27. Czy Zamawiający wymaga wykonania nowej instalacji klimatyzacji w obszarze budynku objętym zakresem części I zadania?

Odpowiedź: Tak. Odsyłamy do projektu umowy § 1B ust.1, pkt 5) oraz 3)



28. Czy Zamawiający wymaga wykonania nowej instalacji wentylacji bytowej w obszarze budynku objętym zakresem części 1 zadania? Jeśli tak, to czy w zakresie tej instalacji należy również uwzględnić dostawę central wentylacyjnych?

Odpowiedź: Tak. Odsyłamy do projektu umowy § 1B, ust. 1, pkt 5).

29. Czy Zamawiający wymaga odtworzenia instalacji Centralnego Ogrzewania w obszarze budynku objętym zakresem części 1 zadania?

Odpowiedź: Tak. Odsyłamy do projektu umowy § 1B, ust 1, pkt 5).

30. W jakim zakresie należy dostosować pomieszczenia w obszarze budynku objętym zakresem części 1 zadania, do projektu "Dostosowania obiektów szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej", załączonego do dokumentacji przetargowej proszę o podanie minimalnych wymagań w celu ograniczenia kosztów inwestycji ?

Odpowiedź Odsyłamy do projektu umowy § 1B ust. 1, pkt 4)a), 4)b) i 4c).

31. Czy Zamawiający wymaga wykonania przebudowy instalacji Pożarowego Wyłacznika Prądu, w obszarze budynku objętym zakresem części 1 zadania, celem dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisami SWZ, projekt umowy, § 1B ust.1 pkt 7) i 8) – należy tak dostosować rozdzielnicę zasilającą cały obszar pracowni, aby można było wyłączyć Pożarowym Wyłacznikiem Prądu niezależnie obszary pracowni znajdujący się w części budynku 1C i w części budynku 1A, a także niezależnie również UPS (jeśli te znajdują się w tych dwóch różnych obszarach, również niezależnie),

32. Czy Zamawiający wymaga wymiany rozdzielnic elektrycznej piętrowej, zlokalizowanej w szachcie, w ciągu komunikacyjnym, w obszarze budynku objętym zakresem części 1 zadania?

Odpowiedź: Tak, Odsyłamy do projektu umowy § 1B ust. 1, pkt 7).

33. Czy Zamawiający wymaga wymiany instalacji elektrycznych w pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych i ciągach komunikacyjnych, zlokalizowanych poza pracowniami diagnostyki obrazowej, w obszarze budynku objętym zakresem części 1 zadania?

Odpowiedź: Nie wymaga kompleksowej wymiany. Odsyłamy do projektu umowy § 1B ust.1 pkt 7) i 8).

34. Czy Zamawiający wymaga wymiany instalacji elektrycznych w pomieszczeniach pracowni diagnostyki obrazowej, w obszarze budynku objętym zakresem części 1 zadania?

Odpowiedź: Nie wymaga kompleksowej wymiany. Odsyłamy do projektu umowy § 1B ust.1 pkt 7) i 8).

35. W jakim zakresie jest wymagane wykonanie instalacji gazów medycznych, w obszarze budynku objętym zakresem części 1 zadania?

Odsyłamy do projektu umowy § 1B ust.1 pkt i 8).

36. Czy Zamawiający dopuszcza zlokalizowanie szafy teletechnicznej (Rack), na potrzeby pracowni diagnostyki obrazowej, w pomieszczeniu technicznym obecnej maszynowni rezonansu magnetycznego, w obszarze budynku objętym zakresem części 1 zadania?

Odpowiedź: Nie.

37. W jakim zakresie wymagana jest przebudowa instalacji hydrantowej, w obszarze budynku objętym zakresem części 1 zadania?

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy § 1B ust.1 pkt 4) c).

38. Czy w zakresie wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej, w obszarze budynku objętym zakresem części 1 zadania, należy przewidzieć dostawę nowej centrali SSP, czy jest możliwość dowiązania do istniejącej?

Odpowiedź: Odsyłamy do odpowiedzi na pytanie 14.

39. Czy w zakresie wykonania instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania w obszarze budynku objętym zakresem części 1 zadania, należy przewidzieć dostawę nowej centrali DSO, czy jest możliwość dowiązania do istniejącej?

Odpowiedź: Odsyłamy do odpowiedzi na pytanie 14.

40. Czy Zamawiający nie będzie wymagał wymiany stolarki okiennej? Z uwagi na znaczną ilość spowoduje to drastyczne podniesienie kosztów Inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał wymianę kompleksowej stolarki okiennej. Patrz SWZ, projekt umowy, § 1B ust. 1, pkt 9).

Dotyczy pracowni Rezonansu Magnetycznego



1. Prosimy o informację gdzie będzie montowany agregat wody lodowej oraz centrala wentylacyjna – jak we wcześniejszym pytaniu?

Odpowiedź: Agregat wody lodowej znajdował się dotychczas na wewnętrznym dziedzińcu szpitala i winien tam pozostać. Centrala wentylacyjna (lub centrale wentylacyjne) w przestrzeni instalacyjnej, bezpośrednio pod obszarem pracowni, chyba że warunki techniczne nie pozwolą na to, to dopuszczalne jest rozważenie przez zamawiającego innej lokalizacji.

2. Czy do pomieszczenia MR doprowadzony jest kabel zasilający dla rezonansu? Jeśli tak to jakiej mocy?

Odpowiedź: Tak, jest doprowadzony, o stosownej naszym zdaniem wielkości. Na etapie realizacji należy dokonać stosownych pomiarów kabla.

3. Prosimy o informacje w jakiej odległości od pomieszczenia MR znajduje się najbliższy punkt wpięcia kabla zasilającego z odpowiednim zapasem mocy.

Odpowiedź: W bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.

4. Czy Zamawiający będzie wymagał montażu klimatyzatorów? Jeśli tak to ile sztuk proszę o podanie minimalnych wymagań w celu ograniczenia kosztów inwestycji

Odpowiedź: Tak. SWZ, projekt umowy, § 1B ust. 1 pkt 3) i 5) – pomieszczenia UPS-ów, techniczne, wszystkie pracownie, poczekalnia, punkt obsługi klientów, pokój dyżurów.

5. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany drzwi czy jedynie ich rewitalizacji?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SWZ, projekt umowy, § 1B ust. 1 pkt 9) – „w przypadkach tego wymagających”, dlatego też Zamawiający dopuszcza ich rewitalizację.

6. Czy wentylacją pomieszczeń mają być objęte pomieszczenie techniczne, sala badań oraz sterownia czy jeszcze jakieś inne pomieszczenia?

Odpowiedź: Wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną winny być objęte wszystkie pomieszczenia, co do których stosowne przepisy branżowe nakładają taki obowiązek.

7. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany drzwi ? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości sztuk ?

Odpowiedź: Odsyłamy do odpowiedzi na pytanie 5.

8. Czy Zamawiający będzie wymagał remontu innych pomieszczeń towarzyszących np. łazienka, pomieszczenie przygotowania pacjenta itp. proszę o podanie minimalnych zakresu w celu ograniczenia kosztów inwestycji .

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy § § 1B ust. 1 pkt 8) i 9)

9. Czy Zamawiający posiada sprawną instalację PPOŻ w pracowni ?

Odpowiedź: Szpital nie posiada systemu gaśniczego i nie przewiduje prac w tym zakresie.

10. Czy Zamawiający będzie wymagał rozbudowy instalacji PPOŻ proszę o podanie minimalnych zakresu w celu ograniczenia kosztów inwestycji?

Odpowiedź: Odsyłamy do odpowiedzi na pytanie 10. W zakresie dostosowania do wymogów ppoż. obowiązują zapisy SWZ, projekt umowy, § 1B, § 1B ust. 1 pkt 4)a), 4)b) i 4)c).

11. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany kabla zasilającego MR

Odpowiedź: Nie, o ile będzie stosowny do dostarczonego urządzenia. Odsyłamy również do odpowiedzi na pytanie 2.

Dotyczy pracowni Tomografu komputerowego:

1. Czy Zamawiający posiada sprawną instalację PPOŻ w pracowni?

Odpowiedź: Na obszarze pracowni nie ma żadnej instalacji ppoż.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał rozbudowy instalacji PPOŻ?

Odpowiedź: Tak. Odsyłamy do projekt umowy, § 1B § 1B ust. 1 pkt 4)b)

3. Czy Zamawiający posiada wolne miejsca do wpięcia się z kablami internetowymi ?

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy § 1B, § 1B ust. 1 pkt 3) i 11),

4. Jakiej mocy kabel elektryczny jest doprowadzony do pracowni?



Odpowiedź: Tak, jest doprowadzony, o stosownej naszym zdaniem wielkości. Na etapie realizacji należy dokonać stosownych pomiarów kabla.

5. Prosimy o podanie w metrach odległości od pracowni CT do najbliższego miejsca umożliwiającego zasilenie tomografu

Odpowiedź: W najbliższym sąsiedztwie.

6. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany kabla zasilającego CT

Odpowiedź: Nie, jeśli jego pomiary na etapie realizacji, potwierdzą możliwość dalszej eksploatacji.

7. Czy Zamawiający będzie wymagał remontu pomieszczeń socjalnych typu łazienka, przebieralnia itp. proszę o podanie minimalnych zakresu w celu ograniczenia kosztów inwestycji?

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy § 1B, § 1B ust. 1 pkt 8) i 9).

8. Czy Zamawiający zezwoli na wykorzystanie obecnie zainstalowanych w pracowni paneli RTG?

Odpowiedź: Tak.

9. Czy Zamawiający zezwoli na obłożenie płyt RTG - płytą karton- gips w celu nadania remontowanym pomieszczeniom nowego wyglądu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje innego, bardziej trwałego i estetycznego rozwiązania.

10. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany drzwi RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SWZ, projekt umowy, § 1Bust. 1 pkt 9) – „w przypadkach tego wymagających”, dlatego też Zamawiający dopuszcza ich rewitalizację.

11. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany okna RTG ? Jeśli tak prosimy o informację czy może zachować dotychczasowe wymiary.

Odpowiedź: Nie, jeśli spełni ono stosowne normy.

12. Czy Zamawiający posiada sprawną wentylację w pracowni RTG?

Odpowiedź: Nie.

13. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany centrali wentylacyjnej dla pracowni CT?

Odpowiedź: Tak. Odsyłamy do projektu umowy § 1Bust. 1 pkt 5)

14. Jeśli Zamawiający będzie wymagał wymiany centrali wentylacyjnej, czy Zamawiający zezwoli na wykorzystanie obecnych kanałów wentylacyjnych?

Odpowiedź: Tak, ale tylko w przypadku, gdyby obliczenia potwierdziły, że ich przekroje są odpowiednie do wielkości projektowanej centrali i obliczonej krotności wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.

15. Jeśli Zamawiający będzie wymagał montażu centrali wentylacyjnej prosimy o informacje w jakim miejscu będzie montowana?

Odpowiedź: Obecnie centrale wentylacyjne zlokalizowane są w przestrzeni instalacyjnej, bezpośrednio pod obszarem pracowni. Jeśli warunki techniczne pozwolą na to, to proponujemy lokalizację nowej centrali (nowych central) w dotychczasowej lokalizacji, jeśli nie, dopuszczalne jest rozważenie przez zamawiającego innej lokalizacji.

Dotyczy pracowni RTG typu telekomando

1. Czy Zamawiający posiada sprawną instalację PPOŻ w pracowni?

Odpowiedź: Na obszarze pracowni nie ma żadnej instalacji ppoż.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał rozbudowy instalacji PPOŻ?

Odpowiedź: Tak. Odsyłamy do projektu umowy § 1B, § 1B ust. 1 pkt 4)b)

3. Czy Zamawiający będzie wymagał rozbudowy i podłączenia się do systemu BMS?

Odpowiedź: Nie.

4. Czy Zamawiający posiada wolne miejsca do wpięcia się z kablami internetowymi?

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy § 1B, punkt 1, ppunkt 3) i 11),

5. Jakiej mocy kabel elektryczny jest doprowadzony do pracowni?



Odpowiedź: Tak, jest doprowadzony, o stosownej naszym zdaniem wielkości. Na etapie realizacji należy dokonać stosownych pomiarów kabla.

6. Prosimy o podanie w metrach odległości od pracowni RTG do najbliższego miejsca umożliwiającego zasilenie urządzenia.

Odpowiedź: W bezpośrednim sąsiedztwie.

7. Czy Zamawiający będzie wymagał remontu pomieszczeń socjalnych typu łazienka, przebieralnia itp.?

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy § 1B ust. 1 pkt 8) i 9)

8. Czy Zamawiający zezwoli na wykorzystanie obecnie zainstalowanych w pracowni paneli RTG?

Odpowiedź: Tak.

9. Czy Zamawiający zezwoli na obłożenie płyt RTG płytą karton- gips w celu nadania remontowanym pomieszczeniom nowego wyglądu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga inne, bardziej trwałe i estetyczne rozwiązanie.

10. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany drzwi RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SWZ, projekt umowy, § 1B ust. 1 pkt 9) – „w przypadkach tego wymagających”, dlatego też Zamawiający dopuszcza ich rewitalizację.

11. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany okna RTG? Jeśli tak prosimy o informację czy zaakceptuje jego dotychczasowe wymiary?

Odpowiedź: Nie, jeśli spełni ono stosowne normy.

12. Czy Zamawiający posiada sprawną wentylację w pracowni RTG?

Odpowiedź: Nie.

13. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany centrali wentylacyjnej dla pracowni RTG?

Odpowiedź: Tak. Odsyłamy do projektu umowy, § 1B ust. 1 pkt 5)

14. Jeśli Zamawiający będzie wymagał wymiany centrali wentylacyjnej oraz czy Zamawiający zezwoli na wykorzystanie obecnych kanałów wentylacyjnych?

Odpowiedź: Tak, ale tylko w przypadku, gdyby obliczenia potwierdziły, że ich przekroje są odpowiednie do wielkości projektowanej centrali i obliczonej krotności wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.

15. Jeśli Zamawiający będzie wymagał montażu centrali wentylacyjnej prosimy o informacje w jakim miejscu będzie montowana?

Odpowiedź: Obecnie centrale wentylacyjne zlokalizowane są w przestrzeni instalacyjnej, bezpośrednio pod obszarem pracowni. Jeśli warunki techniczne pozwolą na to, to proponujemy lokalizację nowej centrali (nowych central) w dotychczasowej lokalizacji, jeśli nie, dopuszczalne jest rozważenie przez zamawiającego innej lokalizacji.

16. Czy zamawiający będzie wymagał wymiany kabla zasilającego RTG?

Odpowiedź: Nie, jeśli jego pomiary na etapie realizacji, potwierdzą możliwość dalszej eksploatacji.

Dotyczy pracowni RTG typu kostno-płucny

1. Czy Zamawiający posiada sprawną instalację PPOŻ w pracowni?

Odpowiedź: Na obszarze pracowni nie ma żadnej instalacji ppoż.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał rozbudowy instalacji PPOŻ?

Odpowiedź: Tak. Odsyłamy do projektu umowy, § 1B, ust.1, pkt 4)b)

3. Czy Zamawiający będzie wymagał rozbudowy i podłączenia się do systemu BMS?

Odpowiedź: Nie.

4. Czy Zamawiający posiada wolne miejsca do wpięcia się z kablami internetowymi?

Odpowiedź: Patrz SWZ, projekt umowy, § 1B, punkt 1, ppunkt 3) i 11),

5. Jakiej mocy kabel elektryczny jest doprowadzony do pracowni?



Odpowiedź: Tak, jest doprowadzony, o stosownej naszym zdaniem wielkości. Na etapie realizacji należy dokonać stosownych pomiarów kabla.

6. Prosimy o podanie w metrach odległości od pracowni RTG do najbliższego miejsca umożliwiającego zasilenie tomografu.

Odp: W bezpośrednim sąsiedztwie.

7. Czy Zamawiający zezwoli na wykorzystanie obecnie zainstalowanych w pracowni paneli RTG?

Odpowiedź: Tak.

8. Czy Zamawiający zezwoli na okręcenie płyt RTG płytą karton- gips w celu nadania remontowanym pomieszczeniom nowego wyglądu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje innego, bardziej trwałego i estetycznego rozwiązania.

9. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany drzwi RTG dla ograniczenia kosztów inwestycji?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SWZ, projekt umowy, § 1B, ust.1 pkt 9) – „w przypadkach tego wymagających”, dlatego też Zamawiający dopuszcza ich rewitalizację.

10. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany okna RTG? Jeśli tak prosimy o informację o jakich wymiarach.

Odpowiedź: Nie, jeśli spełni ono stosowne normy.

11. Czy Zamawiający posiada sprawną wentylację w pracowni RTG?

Odpowiedź: Nie.

12. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany centrali wentylacyjnej dla pracowni RTG?

Odpowiedź: Odsyłamy do projektu umowy § 1B, ust. 1, pkt 5)

13. Jeśli Zamawiający będzie wymagał wymiany centrali wentylacyjnej, czy Zamawiający zezwoli na wykorzystanie obecnych kanałów wentylacyjnych?

Odpowiedź: Tak, ale tylko w przypadku, gdyby obliczenia potwierdziły, że ich przekroje są odpowiednie do wielkości projektowanej centrali i obliczonej krotności wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.

14. Jeśli Zamawiający będzie wymagał montażu centrali wentylacyjnej prosimy o informacje w jakim miejscu będzie montowana.

Odpowiedź: Obecnie centrale wentylacyjne zlokalizowane są w przestrzeni instalacyjnej, bezpośrednio pod obszarem pracowni. Jeśli warunki techniczne pozwolą na to, to proponujemy lokalizację nowej centrali (nowych central) w dotychczasowej lokalizacji, jeśli nie, dopuszczalne jest rozważenie przez zamawiającego innej lokalizacji.

Pytania od Wykonawcy XXX

Pytanie nr 1 Dotyczy Projektowane postanowienia umowy § 1A – dotyczy Części 1

„E) Przeszkolenie:

3)z zakresu obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania RIS/PACS dla każdej z nw. grup zawodowych (każde szkolenie po min. 10 godzin

- a)administratorzy,
- b)technicy
- c) lekarze
- d) rejestratorki.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza również przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego online.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi możliwie jak najszybciej.

Pytanie nr 2 Dotyczy Projektowane postanowienia umowy § 1A – dotyczy Części 1

„E) Przeszkolenie:

3)z zakresu obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania RIS/PACS dla każdej z nw. grup zawodowych (każde szkolenie po min. 10 godzin

- a)administratorzy,
- b)technicy
- c) lekarze
- d) rejestratorki.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku szkoleń stacjonarnych Zamawiający zapewni pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie instruktażu wraz z niezbędnymi mediami.



Odpowiedź: Zamawiający doloży wszelkich starań aby zapewnić pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie instruktażu wraz z niezbędnymi mediami.

Pytanie nr 3 Dotyczy Projektowane postanowienia umowy § 1A – dotyczy Części 1

„E) Przeszkolenie:

3)z zakresu obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania RIS/PACS dla każdej z nw. grup zawodowych (każde szkolenie po min. 10 godzin

- a)administratorzy,
- b)technicy
- c) lekarze
- d) rejestratorki.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia szkoleń udostępni Wykonawcy kompletną listę osób wyznaczonych do przeszkolenia wraz z danymi kontaktowymi umożliwiającymi swobodną komunikację.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi możliwie jak najszybciej.

Pytanie nr 4 Dotyczy Projektowane postanowienia umowy § 1A – dotyczy Części 1

„E) Przeszkolenie:

3)z zakresu obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania RIS/PACS dla każdej z nw. grup zawodowych (każde szkolenie po min. 10 godzin

- a)administratorzy,
- b)technicy
- c) lekarze
- d) rejestratorki.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku, gdy personel wyznaczony przez Zamawiającego do przeszkolenia nie stawi się w terminie wyznaczonym na szkolenie, Zamawiający nie będzie wymagał organizowania dodatkowych terminów spotkań, co wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi możliwie jak najszybciej.

Pytanie nr 5 Dotyczy Załącznik E do SWZ, Zasilacz awaryjny UPS,

Czy w przypadku gdy producent UPS podaje w specyfikacji uśredniony czas podtrzymania oraz zakres w jakim może się on wahać (np.: +/- 15%) wynikający z naturalnego rozrzutu parametrów użytych podzespołów i warunków testu to czy zamawiający uzna za spełnienie warunków sytuację w, której wymagana w SWZ wartość parametru oferowanego urządzenia znajduje się w przedziale od wartości średniej minus odchylenie do wartości średniej plus możliwe odchylenie?

Odpowiedź: Zamawiający udzieli odpowiedzi możliwie jak najszybciej.

Uwaga! Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Niektóre ze zmian – korekty oraz zmianę terminów składania i otwarcia ofert, a także termin związania ofertą - zaznaczono czcionką koloru niebieskiego.

Wskazujemy, że nowy termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na 29-11-2024 r.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Andrzej Urniaż