



EZ/234/21

Wrocław, dn. 05.03.2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do embolizacji (EZ/901/617/20).

W związku z pytaniem zadany w ww. postępowaniu:

Pytanie 1

„Czy w zadaniu 28, Zamawiający dopuści stent szyjny o następujących dostępnych średnicach: 6, 7, 8, 9 i 10mm? Reszta parametrów zgodnie z SIWS”

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanym w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, potrzebuje stentów do naczyń o średnicy od 4,5 mm do 9,5 mm, jeżeli stent Wykonawcy (wskazany w pytaniu) o średnicy 6 mm jest dedykowany do naczyń o średnicy od 4,5 mm, to Zamawiający dopuszcza; jeżeli stent Wykonawcy (wskazany w pytaniu) o średnicy 6 mm nie jest dedykowany do naczyń o średnicy od 4,5 mm, to Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrektor

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

Sporadziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Marta Pasek-Zarzycka



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl