



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 8

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2229 / 3626 /24

Data: 16.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego na rzecz „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 3168 / 2024.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 33

Prosimy o podanie jakie są wymagane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 33. Informacja ta niezbędna jest do właściwego obliczenia kosztu dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Pakiecie nr 33 dla wszystkich urządzeń należy wykonać przegląd raz w roku. Ponad to, zgodnie z § 3 ust. 1 Załącznika nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy „(...) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy, prześle Wykonawcy na adres e-mail wskazany w § 4 ust. 2, dokument zawierający informacje o terminach pierwszych przeglądów.”

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 33

Dotyczy pakietu nr 33. Czy Zamawiający (w przypadku wystąpienia awarii) wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzenia pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę sprawnego sprzętu zastępczego na czas naprawy? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producentów posiadających siedzibę za granicą może potrwać więcej niż wymaga Zamawiający, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w takim terminie.

Odpowiedź: (Dotyczy Pakietów 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) Zamawiający informuje, że w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności naprawy sprzętu ze względu na negatywny wynik przeglądu, o którym mowa w § 3 ust. 11 lub w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, o której mowa w § 3 ust. 12 Wykonawca na czas naprawy może zabrać sprzęt do swojej siedziby, z zastrzeżeniem, że transport sprzętu do i z serwisu Wykonawcy, odbywał się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku naprawy sprzętu w siedzibie Wykonawcy czas naprawy może potrwać maksymalnie do 5 dni kalendarzowych. Zgodnie zapisami umieszczonymi w Załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z oferty Wykonawcy dotyczącej naprawy sprzętu, o której mowa w § 3 ust. 11 i 12, a Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do naprawy sprzętu dopiero po otrzymaniu od Zamawiającego



zlecenia oznaczającego pisemną zgodę Zamawiającego na dokonanie tej naprawy. Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 16.09.2024 r. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu nr 33

Zwracamy się z prośbą o objęcie pakietu nr 33 (aparatura Smiths) bezwzględnym wymogiem posiadania 1 osoby posiadającej przeszkolenie z zakresu serwisowania/przebiegów aparatury wystawione przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Smiths do wykonywania przebiegów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że respiratory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 4 dot. Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowanie postanowienia umowy

Kary umowne w wysokości wskazanej w § 6 wzoru umowy muszą zostać uznane za rażąco wygórowane.

Wskutek ustanowienia kar umownych na tak wysokim pułapie, zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie usługi, a wysokością zastrzeżonej kary umownej. Wskazujemy, że zwyczajowo w kontraktach publicznych z zakresu świadczenia usług serwisowych, kary umowne za zwłokę w odniesieniu do terminów realizacji umowy oraz za nienależyte wykonanie mieszczą się w przedziale 0,1%-0,3% wartości urządzenia, którego dotyczy usługa. Nadto Wykonawcy muszą odpowiednio rozważyć ryzyka związane z umową, zaś wysokie kary umowne powodują, że ich oferty będą odpowiednio droższe.

W związku z powyższym, prosimy o obniżenie ww. kar umownych i ustalenie maksymalnego poziomu WSZYSTKICH kar do wynikającego z orzecznictwa KIO, tj. od 20 - 30% wysokości wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

