

Szczecin , 23.11.2021.

dotyczy : zapytania ofertowego na dostawę komory dedykowanej do PCR dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie o treści ;

„Proszę o odpowiedź czy Zamawiający wymaga aby komora posiadała podstawę (stolik) w zestawie?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie komory która posiada filtry przeciwkurzowe zamiast filtrów HEPA?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga modelu nastołowego bez dodatkowego stolika.

Zamawiający dopuści komorę z filtrami przeciwkurzowymi.

KIERUJNIK  
Działu Zakupów i Transportu  
Mirosława Łatka

23.11.2021

KANCLERZ  
mgr inż. Andrzej Jakubowski

23.11.2021