

Katowice, dn. 11.03.2019 r.

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę protez głosowych i protezek wewnętrznych dla Bloku Otolaryngologicznego
Nr sprawy: ZP-19-018UN**

W związku z zapytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej zwana ustawą Pzp, udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu o następujących parametrach: Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa wykonana z silikonu medycznego, posiadająca pierścień widoczny w RTG. Wszczepialna pierwotnie podczas laryngektomii (w komplecie z zestawem jednorazowych podstawowych narzędzi do wszczepiania protezy) lub wtórnie w dowolnym czasie po laryngektomii od strony tracheostomy. Średnica korpusu protezy 20 Fr. Protezy głosowe sterylne dostępne w rozmiarach: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm. Protezy głosowe niesterylne dostępne w rozmiarach: 4 mm, 6 mm, 16 mm. Opakowanie zawiera szczoteczkę do czyszczenia protezy oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź.: Zgodnie z modyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 2 ust. 5c wzoru umowy następującego sformułowania:
„dostarczyć oryginał faktury wraz z dostawą przedmiotu umowy”

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.): *Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.*

Oprócz oryginału faktury Wykonawca może każdorazowo przesać Zamawiającemu fakturę drogą mailową (w formacie PDF) na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 1, pozycja 1 wymaga protezy głosowej o średnicy 22,5 Fr dla zapewnienia najwyższego stopnia przepływu powietrza, niskooporowej, wszczepialnej, z silikonu medycznego, uniwersalnej: do wszczepiania, pierwotnego podczas laryngektomii, wszczepiania wtórnego – do przetoki wytworzonej po zagojeniu tracheostomy. Proteza posiada pierścień z tworzywa widocznego w promieniach RTG oraz dwa elastyczne kołnierze, jeden od strony przełyku, drugi od strony tracheostomy, umożliwiające zakładanie tej samej protezy do przetoki przełykowo – gardłowej z dwóch stron. Kołnierz przełykowy sztywniejszy niż kołnierz tchawiczny, zmniejszający ryzyko migracji protezy, do dróg oddechowych. Proteza w opakowaniu sterylnym. Opakowanie zawiera zestaw jednorazowych podstawowych narzędzi do wszczepiania protezy (aplikator ze wstępnie załadowaną protezą do wymian lub zestaw do implantacji z protektorem gardła, igłą punkcyjną ze światłem dla przewodnika, przewodnik, _przewodnicę, rozszerzadło z zamocowaną protezą) oraz szczoteczkę do czyszczenia protezy. Rozmiar protezy opisany na korpusie. Do każdego opakowania dołączona instrukcja w języku polskim dla lekarza i pacjenta?

Odpowiedź.: Zgodnie z modyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 1, pozycja a, b, c, d i e podając rozmiar protezy głosowej 10, 8, 6, 12,5 oraz 15mm miał na myśli jej długość czyli odległość pomiędzy kołnierzami, a nie jak jest podane średnicę? Protezy głosowe o podanych średnicach nie występują.

Odpowiedź.: Zgodnie z modyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

ZP-19-018UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 1, pozycja 1 zgodzi się aby zaoferowane zestawy do wszczepów pierwotnych i wtórnych zawierające jednorazowe podstawowe narzędzia do wszczepiania protezy – zestaw do implantacji z protektorem gardła, igłą punkcyjną ze światłem dla przewodnika, przewodnik, prowadnicę, rozszerzadło z zamocowaną protezą oraz szczoteczkę do czyszczenia protezy były dostępne w rozmiarach 8, 10 i 12,5 mm, czyli opisane w pozycjach a, b i d?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 6

Mając na względzie rozdział VIII pkt. 1 SIWZ „Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres <https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice>” bardzo prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy złożyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Zgodnie z zapisami rozdziału X ust. 8 i 10 SIWZ „ Kopię polecenia przelewu lub wydruku z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą”, jednakże jest on niezgodny z zapisami rozdziału VIII pkt.1 SIWZ.

Odpowiedź:

Rozdział X Punkt. 10 SIWZ – stanowi o formach zabezpieczeń, o których mowa w o których mowa w pkt 3. ppkt. 3.2-3.5 SIWZ tj. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jak należy dołączyć do oferty wadium w w/w formach określa rozdział X SIWZ.

Rozdział X punkt 8 SIWZ – stanowi, iż Wykonawca **może do** oferty dołączyć potwierdzenie dokonanego przelewu, jeśli wniósł wadium w pieniądzu. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: txt,rft,pdf,odt,ods,odp,doc,xls,ppt,docx,xlsx,pptx,csx.

Załącznik:

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy Pzp przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

29.03.2019 r. godz.: 07:30.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu 29.03.2019 r. o godz.: 07:35.

ZP-19-018UN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

e	Długość (odległość pomiędzy kotnierzami) 12,5 mm	3								
f	Długość (odległość pomiędzy kotnierzami) 14 mm	4								
g	Długość (odległość pomiędzy kotnierzami) 15 mm	3								

.....
czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy