



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn  
tel.: 68 347 73 00  
fax: 68 384 25 90  
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl  
http://www.spzozwolsztyn.pl  
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 05.03.2024 r.

## Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/42/2024

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „sukcesywna 36 m-czna dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Pracowni Endoskopii; w SPZOZ w Wolsztynie”;  
**TP/2/2024**

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2023.1605 t.j. z późn. zm.) zwanej dalej "PZP", Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### 1. W załączniku nr 2 do SWZ, tj.: Pakiet 1:

- Poz. 1: Zamawiający dopuszcza: Jednorazowe szczypce biopsyjne pokrywane osłonką PTFE średnica osłonki 1,8 o długości 160cm bez igły szerokość otwarcia szczęk 5,5mm, 2,3mm o długości 180cm lub 230cm z igłą i bez igły ,szerokość otwarcia szczęk 6,5 mm
- Poz. 3: Zamawiający dopuszcza: Jednorazowa, obrotowa, pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica drutu tnącego 0.24 mm, średnica pętli: 10, 15 mm; średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230cm,
- Poz. 4: Zamawiający dopuszcza: Jednorazowa, pętla elektrochirurgiczna wykonana z z plecionego drutu do polipektomii; pętle owalne, średnica drutu tnącego 0.24 mm, średnica pętli : 10, 15mm; średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 230cm,
- **Poz. 4: Zamawiający dopuszcza w poz.4 zaoferowanie wielostopniowej pętli jednorazowej, obrotowej- obrót poprzez pokrętło w rękojeści, pętla elektrochirurgiczna wykonana z plecionego drutu do polipektomii; pętle owalne i deltoidalne, średnica drutu tnącego 0.25 mm, 3 średnica pętli : 6, 10, 15mm; średnica osłonki 2,4mm, długość robocza 230cm.**
- poz. 6: Zamawiający dopuszcza: Ustniki dla dorosłych jednorazowe wykonane z polietylenu, rozmiar 22x30mm, wykonane z polipropylenu z opaską mocującą wykonaną z miękiego elastycznego tworzywa ( materiałowego). Pakowane indywidualnie w karton typu dispenser,
- **Poz. 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ustnika wykonanego z polietylenu o rozmiarze 22x25 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SWZ**
- Poz. 7: Zamawiający dopuszcza: Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o średnicy 25 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.4 mm,
- **Poz. 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 55 mm oraz 40x60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.3 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze białym**
- Poz. 8: Zamawiający dopuszcza w poz.8 Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach: ząb szczura



731

- **Poz. 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowych kleszczy chwytających do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach: ząb szczura – aligator, kleszcze w wersji obrotowej.**
- Poz. 11 i 12, Zamawiający wymaga zaworów kompatybilnych z endoskopami Olympus.

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

*Z wyrazami szacunku*

Załącznik  
Zm.. Pakiet nr 1

**DYREKTOR**

Karol Mokko

Sporządziła: Bernadeta Kurp z KP

**SPZOZ w Wolsztynie; TP/2/2024; sukcesywna 36 miesięczna dostawa przyrządów do endoskopii i endochirurgii dla Pracowni Endoskopii; Pakiet nr 1, poz. 1-14;**

LP.	NAZWA ASORTYMENTU	J.M	ILOŚĆ na 36 m-cy	CENA NETTO SZT.	CENA BRUTTO SZT.	WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.4*5)	WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.7+VAT)	VAT %	przechowanie- wymagana ilość asortymentu	nazwa handlowa oferowanego produktu/nr katalogowy	klasa wyrobu medycznego
1	2	3				_7	_8	_9	_10	_11	_12
1	Jednorazowe szczytce biopsyjne pokrywane osłonką PE średnica osłonki 1,8 lub 2,3mm o długości 160cm lub 230cm z igłą i bez igły ,szerokość otwarcia szczęk 7,5 mm oraz 8 mm	szt.	6750						100		
2	Pętla elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku), owalne, średnica drutu tnącego 0,3 mm i 0,47 mm średnica pętli: 6, 10, 15, 25 mm z drutu plecionego - długość narzędzia 230 cm średnica osłonki 2,3mm	szt.	450						50		
3	Jednorazowa, obrotowa, pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii;średnica drutu tnącego 0.3 mm, średnica pętli: 6, 10, 15, 25 mm; średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 230cm	szt.	75						10		
4	Jednorazowa, obrotowa- obrót poprzez pokrętło w rękojeści, pętla elektrochirurgiczna wykonana z z plecionego drutu do polipektomii; pętla owalne i deltoidalne, średnica drutu tnącego 0.24 mm, średnica pętli : 6, 10, 15mm; średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 230cm	szt.	40						5		
5	Igła do ostrzykiwań jednorazowa stosowana w gastrokopii i kolonoskopii , z osłoną zabezpieczającą przed przekłuciem kanału endoskopowego o długości nie krótszej niż 6 mm. Długość robocza narzędzia 2300 mm; dl. Igły 4-5 mm ; średnica igły 22 G, 23 G, 25 G , do wyboru przez zamawiającego .Średnica osłonki 2.3 mm; minimalna średnica kanału roboczego	szt.	750						100		
6	Ustniki dla dorosłych jednorazowe wykonane z polietylenu, rozmiar 22x27mm, nie zawierające lateksu z opaską mocującą wykonaną z miękkiego elastycznego tworzywa ( materiałowego),. Pakowane indywidualnie w karton typu dispenser	szt.	4500						100		

7	Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm oraz 40x60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.3 mm oraz 2,6 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze białym dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym	szt.	300						20		
8	Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach : ząb szczura, aligator, pelikan, kleszcze w wersji obrotowej	szt.	30						5		
9	Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm ; Otwarcie ramion klipsa: 13,16,17 mm; średnica cewnika 2,6 mm, możliwość rotacji 360* w dowolnym kierunku, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Klipsownica bez zewnętrznej blokady, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania	szt.	225						10		
10	Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopo średnica osłonki 1,7mm długość robocza 230cm , średnice szczoteczek 5/5, 6/6, 7/7, 5/10, 6/10 mm	szt.	6750						200		
11	Jednorazowe zawory ssące, Opakowanie 50 sztuk	szt.	600						50		
12	Jednorazowe zawory woda-powietrze Opakowanie 50 sztuk	szt.	750						50		
13	Jednorazowe zaworki biopsyjne do endoskopów Olympus	szt.	2250						100		
14	Pojemniki o pojemności 20 mm na wycinki zawierający 10 ml formaliny w stężeniu 10%	szt.	4500						100		

Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)

wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)

do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów:(podać właściwe poz.) .....

Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

**Dopuszczenia:**

• **Poz. 1:** Zamawiający dopuszcza: Jednorazowe szczytce biopsyjne pokrywane osłonką PTFE średnica osłonki 1,8 o długości 160cm bez igły szerokość otwarcia szczęk 5,5mm, 2,3mm o długości 180cm lub 230cm z igłą i bez igły ,szerokość otwarcia szczęk 6,5 mm

• **Poz. 3:** Zamawiający dopuszcza: Jednorazowa, obrotowa, pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica drutu tnącego 0.24 mm, średnica pętli: 10, 15 mm; średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230cm,

- Poz. 4: Zamawiający dopuszcza: Jednorazowa, pętla elektrochirurgiczna wykonana z plecionego drutu do polipektomii; pętla owalne, średnica drutu tnącego 0.24 mm, średnica pętli : 10, 15mm; średnica osłonki 2,3mm, długość robocza 230cm, • Poz. 4: Zamawiający dopuszcza w poz.4 zaoferowanie wielostopniowej pętli jednorazowej, obrotowej- obrót poprzez pokrętło w rękojeści, pętla elektrochirurgiczna wykonana z plecionego drutu do polipektomii; pętla owalne i deltoidalne, średnica drutu tnącego 0.25 mm, 3 średnica pętli : 6, 10, 15mm; średnica osłonki 2,4mm, długość robocza 230cm.
- poz. 6: Zamawiający dopuszcza: Ustniki dla dorosłych jednorazowe wykonane z polietylenu, rozmiar 22x30mm, wykonane z polipropylenu z opaską mocującą wykonaną z miękiego elastycznego tworzywa ( materiałowego),. Pakowane indywidualnie w karton typu dispenser, • Poz. 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ustnika wykonanego z polietylenu o rozmiarze 22x25 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SWZ
- Poz. 7: Zamawiający dopuszcza: Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o średnicy 25 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.4 mm, • Poz. 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 55 mm oraz 40x60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.3 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze białym
- Poz. 8: Zamawiający dopuszcza w poz.8 Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach: ząb szczura • Poz. 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowych kleszczy chwytających do usuwania ciał obcych długość 160cm i 230cm średnica osłonki 2,3mm końcówki w kształtach: ząb szczura – alligator, kleszcze w wersji obrotowej
- Poz. 11 i 12, Zamawiający wymaga zaworów kompatybilnych z endoskopami Olympus

dokument należy podpisać podpisem  
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub  
podpisem osobistym