

Nasz znak: 5/zp/2021

Odpowiedź nr 8

**Na zapytanie do siwz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa leków dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. – część I”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00119409/01
z dnia 2021-07-19**

W dniu 29.07.2021 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

1. pakiet 3 poz. 1, 2, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do żywienia dojelitowego ze złączem EnFit. W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów.

2. Pakiet 3 poz. 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o określenie czy podaż diety ma się odbywać metodą grawitacyjną czy przez pompę? Większość zestawów do podaży przez pompę nie zakłada podaży diety metodą grawitacyjną. Stąd konieczne jest określenie metody podaży – grawitacja czy przez pompę.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. pakiet 3 poz. 1, 2, 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Pakiet 3 poz. 2 i 3

Podaż diety ma się odbywać metodą przez pompę.

PREZES ZARZĄDU

Iwona Andrzejczyk-Szawerdo

Otrzymują:

1. Wykonawca.
2. Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno → Dostawa leków dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. – część I

Anna Smaga
mgr farmacji