



Dotyczy: odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych do elektrostymulacji (EZ/931/817/20)

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

Pytanie 1

Dotyczy Zadania 12 poz. 3:

„Prosimy o dopuszczenie oferty z jednym rodzajem elektrody lewokomorowej OTW bipolarnej (IS1) o średnicy 4,3 F zapewniającej stabilną fiksację w żyłach o różnych rozmiarach dzięki krzywiźnie w kształcie litery S w dystalnym odcinku?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ofertę z jednym rodzajem elektrody bipolarnej, pod warunkiem zaoferowania co najmniej dwóch rodzajów elektrody lewokomorowej czteropolowej.

Pytanie 2

„Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby elektrody były „przepuszczalne dla promieni X”?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy Zadania 10, Tabeli Parametrów Wymaganych

„Czy Zamawiający dopuści ICD DR z możliwością dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy „Karty parametrów” stanowiącej integralną część SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Zadania 12, Tabeli Parametrów Wymaganych

„Czy Zamawiający dopuści CRT-D z możliwością dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy „Karty parametrów” stanowiącej integralną część SIWZ. Zamawiający wymaga możliwości dostarczenia terapii ATP zarówno w trakcie jak i przed ładowaniem kondensatorów.

Pytanie 5

Dotyczy Zadania 16, Tabeli Parametrów Wymaganych

„Czy Zamawiający dopuści Wszczepialny Rejestrator Pętlowy Arytmii o wadze 4g i objętości 1,9cm³? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Wszczepialny Rejestrator Pętlowy Arytmii o wadze 4g i objętości 1,9cm³, jednocześnie podtrzymuje opisane wymogi i zasady przyznania punktów dodatkowych opisanych w SIWZ, w szczególności w „Karcie Parametrów”.

Sporadziła: Ewa Kupis 
Sprawdziła: Marta Pasek-Zarzycka 

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie 6

Dotyczy Zadania 8, Tabeli Parametrów Wymaganych

„Czy Zamawiający dopuści ICD VR z możliwością dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy „Karty parametrów” stanowiącej integralną część SIWZ. Zamawiający wymaga możliwości dostarczenia terapii ATP zarówno w trakcie jak i przed ładowaniem kondensatorów.

Pytanie 7

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie w konfiguracji DF1/IS4 umożliwiające monitorowanie niewydolności serca na podstawie Raportu Cardiac Compass (nie będącego „algorytmem”), w którym dane kliniczne aktualizowane są codziennie i prezentowane w postaci wykresu obejmującego okres ostatnich 14 miesięcy? Pozostałe urządzenia, w najczęściej wykorzystywanych konfiguracjach, posiadają algorytm tej funkcji.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie urządzenie w konfiguracji DF1/IS4 pod warunkiem, że urządzenie w pozostałych konfiguracjach opisanych w „Karcie parametrów” stanowiącej integralną część SIWZ, posiada algorytm monitorowania niewydolności serca.

Pozostałe odpowiedzi zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), w nawiązaniu do art. 38 ust 4a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert: na 12.04.2021r., godziny i miejsca pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1. Rozdziałów XIII, XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

Sporządziła: Ewa Kupis 
Sprawdziła: Marta Pasek-Zarzycka ✓



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl