



Data: Oct 25, 2022

Uniwersytecki Szpital UWM

ul Warszawska 30/A, 31

10-082 Olsztyn

Osoba kontaktowa: Jan Wróblewski

Opis prac

Wykonano przegląd typu "A" sprężarki.
Wymieniono separator, filtr powietrza i oleju wraz z olejem (Ndurance).
Dodatkowo wyczyszczono sprężarkę, oraz chłodnicę powietrza i oleju za pomocą sprężonego powietrza.
Sprężarka działa prawidłowo.
Następny przegląd październik 2023r.
@jan.wroblewski@uwm.edu.pl@

Urządzenie

Urządzenie:	GA18MED P A 10 CE 400 50	Data wizyty:	Oct 25, 2022
Numer seryjny:	API457693	Nr zlecenia:	405046093
Aktualne godziny pracy:	5883 h	Nr zamówienia:	UMOWA NR.46/DIiNB/2022
		Nr kontraktu:	

Zakończono

Działania	Uwagi
✓ POSTĘPOWANIE WG. WYMAGAN BHP KLIENTA	-
✓ KONTROLA KOM. SERWISOWYCH(KONWERTER)	-
✓ KONTROLA POZIOMU OLEJU	-
✓ KONTROLA KOMORY SSANIA	-
✓ KONTROLA STANU ZESPOŁU WENTYLATORA(AC)	-
✓ KONTROLA/CZYSZCZENIE LAMELI	-
✓ KONTROLA WARTOŚCI LAT (TYLKO FF)	-
✓ WYMIANA FILTRA OLEJU	-
✓ WYMIANA FILTR(ÓW) POWIETRZA NA SSANIU	-
✓ KONTROLA PODZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH	-
✓ WYMIANA OLEJU SPREZARKOWEGO (ZR/ZT: 2Y)	-
✓ WYMIANA SEPARATORA OLEJ/POWIETRZE	-
✓ KONTROLA FUNKC. STEROWNIKA ELEKTRONIKON	-
✓ KONTROLA WYCIEKÓW OLEJU, WODY, POWIETRZA	-
✓ KONTROLA ZAW BEZP I WYŁACZNIKÓW	-
✓ KONTROLA/CZYSZCZENIE ODWADNIACZA(Y)	-
✓ KONTROLA/CZYSZCZENIE LINII ODSYSANIA	-
✓ KONTROLA CZYST. CHŁODNIC:OLEJU, KONCOWEJ	-
✓ KONTROLA TEMPERATUR I CIŚNIEN	-

Potwierdzenie wydania materiału

Nazwa części	Ilość
FILTER AIR	1
OIL RIF NDURANCE 5L	2
FILTER KIT GA/X15-22	1
KIT NON RETURN VALVE	1

Punkty pomiarowe

Nazwa	Odczyt końcowy	Przed usługą	Data ostat. odczytu/Odczyt
Actual running hours (Total)	5883 OPH		2021-08-04 4569 OPH

AUTHORISATION_TO_CARRY

Notes Wkrótce mogą Państwo otrzymać krótką ankietę dot. jakości wykonania ww. zlecenia. Państwa ocena jest bardzo ważna, ponieważ bezpośrednio wpływa na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług. Będziemy zobowiązani, jeśli zechcą Państwo ją wypełnić.

Potwierdzenie Klienta



(Upoważniony do podpisania w imieniu klienta)

Potwierdzenie Inżyniera Serwisu



Potwierdzone przez Krystian Kargowski w dniu 25 paź 2022, 21:02

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

Badyłarska 25

: +48 (0) 22 572 68 00

: +48 (0) 22 572 68 09

www.atlascopco.pl