



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCLAWIU
53-439 WROCLAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. 135/2021/DF

Wrocław, 02.02.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania - sprawa BZP.3810.95.2020.TP.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń z listy 2 pakietów wraz z jego uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ :

Część I

Pakiet nr 1 – System ergospirometrii

pyt.1,l.p.17

Czy Zamawiający będzie punktował połączenie bezprzewodowe WiFi jako 10 punktów? Przy czym połączenie WiFi jest dużo stabilniejsze i o większym zasięgu niż Bluetooth 3.0.

Odp. Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji urządzenia z komputerem po przez WiFi (konieczne sparowanie urządzenia z komputerem w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych do właściwej stacji odbiorczej)

Pyt.2,l.p.23

Czy Zamawiający dopuści wymiary przetwornika EKG: 82 x 87 x 25 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3, l.p.24

Czy Zamawiający dopuści przetwornik z wagą 150g? Przy czym proponowany przetwornik ma wbudowany akumulator, co niewiele będzie się różniło o ile nie będzie niższą wagą od opisanego w specyfikacji i przygotowanego do pracy (z bateriami lub akumulatorami) przetwornika.

Odp. Zamawiający dopuszcza przetwornik o wadze 150g (waga z akumulatorem lub bateriami)


Pyt.3, l.p. 28

Czy Zamawiający dopuści przetwornik z klasą IPx2?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320



Pyt.4, l.p 38

Czy Zamawiający dopuści przetwornik z uważanymi za standardowe prędkościami wyświetlania sygnału EKG: 5; 10; 12.5; 25; 50 mm/mV?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.5, l.p. 40

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości wyboru kolorystyki tła ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, osobno dla sygnału wyświetlanego w trybie online i offline?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.6, l.p. 53

Czy Zamawiający dopuści ten parametr z modyfikacją poniższych podpunktów:

- Wartości współczynnika MET lub/i Watt z automatycznym przeliczeniem na MET na raporcie po badaniu
- Bez aktywności stymulatora serca
- Z informacją o planowanym użyciu protokołu przed badaniem
- Wartości SpO2 na raporcie po badaniu
- Bez wartości zmęczenia według skali Borga?

Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pyt.7 l.p.55

Czy Zamawiający dopuści system z możliwością modyfikacja stosowanego protokołu badania wysiłkowego przed badaniem? Przy czym bardzo rzadko stosuje się modyfikacje protokołów badania podczas badania, dodatkowo proponowany system daje możliwość np. szybszego przejścia na następny etap protokołu lub wstrzymania przejścia.

Odp. Zgodnie ze SIWZ

Pyt.8 l.p. 63

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru przepływu 0-18 l/s?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.9 l.p. 65

Czy Zamawiający dopuści czujnik O2 którego charakteryzują m.in.: zakres pomiaru O2: 0-100%, dokładność pomiaru O2: 0,05%, czas odpowiedzi T90: 130 ms?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.10 l.p.67

Czy Zamawiający dopuści czujnik CO2 którego charakteryzują m.in.: zakres pomiaru CO2 0-10%, dokładność pomiaru CO2: 0,05%, czas odpowiedzi T90: 130 ms?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pyt.11.l.p. 69

Czy Zamawiający dopuści system który mam możliwość pomiaru parametrów m.in.:

W - Obciążenie

MET – Równoważnik metaboliczny

VE - Wentylacja minutowa

VT - Objętość oddechu

fR - Częstotliwość oddechu

VO2 - Zużycie tlenu

VO2 max - Maksymalne zużycie tlenu

VO2 max/kg - Maksymalne zużycie tlenu na masę ciała

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320



VCO2 - Objętość wydalanego dwutlenku węgla
VCO2 max - Maksymalna objętość wydalanego dwutlenku węgla
OUES - Nachylenie krzywej wydajności pobierania tlenu
RER - Współczynnik wymiany oddechowej
REE - Zużycie energii podczas spoczynku
EE - Zużycie energii
HR - Tętno
pO2 - Stężenie O2
pCO2 - Stężenie CO2
PETO2 - Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne O2
PETCO2 - Końcowo-wydechowe ciśnienie parcjalne CO2
FVC - Natężona pojemność życiowa
SVC - Swobodna pojemność życiowa
MVV - Maksymalna wentylacja dowolna
IC - Pojemność wdechowa płuc podczas wysiłku
Odp. Zamawiający dopuszcza

Część II

Dotyczy pakietu nr 2

1.Pkt. 90 – 97 „System transmisji bezprzewodowej 4K”: prosimy o dopuszczenie w tych punktach systemu transmisji bezprzewodowej współpracującego z oferowanym torem 4K, o parametrach nieco innych niż wstępnie wyspecyfikowane.


Odp. Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ Wykonawca nie dookreślił w swoim pytaniu - „ parametrach nieco innych”.

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. wózek aparaturowy, wysięgnik, szyna sprzętowa, stojak mobilny, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odp. Zamawiający dopuszcza **wózek aparaturowy, wysięgnik, szyna sprzętowa, stojak mobilny** tzw. wyrób niemedyyczny, który posiada deklarację zgodności oraz oznakowanie znakiem CE- pod warunkiem, że zaoferowane elementy zestawu;– będą mogły być dezynfekowane i przemywane środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi na Bloku Operacyjnym tj. na bazie alkoholowej (przecieranie, spryskiwanie).

W związku z odpowiedziami na pytania do SIWZ termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ulega zmianie:

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp> do dnia 23.02.2021r. do godziny 09:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2021r. o godzinie 10:00.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Lidia Malicka

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320

