



SZP-ET/420/2022

Złotów, dnia 04.11.2022 r.

### Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr 25A/ZP/2022

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłygnięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 25A/ZP/2022, którego przedmiotem jest: **„Dostawa defibrylatora przenośnego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – postępowanie powtórzone”**. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:

#### Pytanie nr 1

W związku z ogłoszeniem przez Zamawiającego kolejnego postępowania na zakup defibrylatora do ambulansu zwracamy się z poniższym pytaniem:

Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator Corpuls 3 cenionego europejskiego producenta o poniższych parametrach:

- automatyczne ładowanie akumulatorów w urządzeniu po wpięciu w uchwyt karetkowy,
- Automatem test urządzenia przy każdym uruchomieniu bez udziału użytkownika,
- Defibrylacja asynchroniczna oraz synchroniczna zgodna z wytycznymi ERC w zakresie regulacji energii od 2- 200 J
- Regulacja prądu stymulacji w zakresie o 0 do 150 mA
- Pomiar akcji serca w zakresie od 20 do 300 ud/ min
- Pomiar tętna w zakresie od 25- 240 ud/ min

Przy zachowaniu pozostałych zapisów opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych parametrów urządzenia i tym samym nie zmienia zapisów SWZ w powyższym zakresie.**

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/683004>)

2. a/a

Sporządził: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl