



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, 22.12.2022 roku

FZP.II – 241/74/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

czy w zadaniu 18 dla „Zestaw przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą ...” Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów do krwawego pomiaru RR z przetwornikiem i linią ciśnieniową o długość 120 cm + kranik + linia ciśnieniowa o długość 30 cm (długość całkowita 150 cm); bez barwnych oznaczeń kolorystycznych, w komplecie wymienne koreczki. Zestaw kompatybilne z posiadanymi przez szpital kablami z wtykiem telefonicznym (typu Abbott) do monitorów B650 Carescape firmy GE Healthcare.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.