



**ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CZARNKOWIE**
ul. Kościuszki 96, 64-700 CZARNKÓW
tel. 67 352 81 70, tel./fax 67 352 81 71

WWW.SZPITAL.CZARNKOW.PL
mail: sekretariat@zsozczarnkow.x.pl
NIP 763-17-48-697 REGON 000308525

Czarnków, zgodnie z datą w podpisie

Zamawiający:

**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie**
ul. Kościuszki 96
64-700 Czarnków

Znak sprawy: **ZP/TP/11/2023**

Wszyscy Wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania na dostawę mammografu cyfrowego w ramach projektu „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”, znak sprawy ZP/TP/11/2023

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, oferta złożona przez Wykonawcę:

GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

Oferta jest zgodna z ustawą Pzp i warunkami zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, tj. 85 punktów. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu.

Informujemy o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert	Informacje podane w ofertach	Liczba uzyskanych punktów w kryterium	Łączna liczba punktów
1	GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa	Cena – waga 60%	655 468,18 zł	60	85
		Wydłużenie okresu gwarancji na urządzenie medyczne oraz wszystkie komponenty systemu – waga 15%	24 miesiące	0	

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert	Informacje podane w ofertach	Liczba uzyskanych punktów w kryterium	Łączna liczba punktów
		Parametry techniczne – waga 25%	poz. 31 - Zestaw do zdjęć powiększonych o dwóch współczynnikach powiększenia: 1,5x i 1,8x	5	
			poz. 34 - TAK, automatyczne przejście do kolejnej projekcji (ruch obrotowy ramienia z detektorem) i jednocześnie automatyczne dopasowanie wysokości gantry (ruch pionowy ramienia z detektorem) do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO) po naciśnięciu jednego przycisku (ruch nieizocentryczny)	5	
			poz. 39 - TAK, detektor oparty na technologii jodku cezu (CsI), zapewniający gotowość do pracy zaraz po uruchomieniu systemu	5	
			poz. 46 - TAK, grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna w celu poprawy dokładności/ergonomii pozycjonowania pacjentów 59 [mm]	5	
			poz. 70 - TAK, oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych Shuttle PRO	5	

W postępowaniu złożono jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty.

Informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z zapisami art. 308 ust. 3 pkt 1a ustawy Pzp, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 (tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty), ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

Planowany termin zawarcia umowy: 31.10.2023 r.

Z poważaniem

Bożena Sadowska

Dyrektor ZZOZ w Czarnkowie

/dokument podpisany podpisem elektronicznym/