



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 10.06.2020r.

EZP 232/2020



**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

dot. przetargu D-25/2020 na dostawę sprzętu do elektroterapii oraz stymulacji serca dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu,



W odpowiedzi na pytania zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadawanych pytań:



Pytanie nr1

Pytanie do pakietów I, IA, II, IIA

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenia bez programu spoczynkowego jako programu fizjologicznego, automatycznie dostosowującego częstość stymulacji do aktywności dobowej pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr2

Dotyczy Pakietu 3A

Parametr: Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcijności 1,5 T (ICD VR).

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonania badania MRI w polu o indukcijności 1,5T z dla konfiguracji urządzenia z łączem DF-4?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr3

Dotyczy Pakietu 4A

Parametr: Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcijności 1,5 T (ICD DR).

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonania badania MRI w polu o indukcijności 1,5T w konfiguracji urządzenia z łączem DF-4?


Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr4

Dotyczy Pakietu nr 5A

Parametr: Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcijności 1,5 T.



4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5T dla konfiguracji urządzenia z łączem DF-4 z elektrodą lewokomorową czterobiegunową (IS-4)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr5

Dotyczy Pakietu nr 6

Parametr: Możliwość wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5 T.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wykonania badania MRI w polu o indukcyjności 1,5T dla urządzenia z elektrodą lewokomorową czterobiegunową (IS-4)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr6

(dotyczy załącznika 2A opis Parametrów pakietu II punkt 1)

Czy Zamawiający akceptuje urządzenie z następującymi trybami pracy: DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr7

(dotyczy załącznika 2A opis Parametrów pakietu II punkt 13)

Czy Zamawiający, wymagając funkcji zabezpieczającej skuteczną stymulację, zaakceptuje urządzenie z możliwością programowalnego ustawienia marginesu bezpieczeństwa dla impulsu stymulacyjnego (wielokrotność od 1,5 do 4 krotnego) oraz programowalnej możliwości ustalenia minimalnej wartości amplitudy w celu zabezpieczenia stymulacji pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr8

(dotyczy załącznika 2A opis Parametrów pakietu V punkt 12)

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie dokonujące automatycznych pomiarów w zakresie impedancji, progów stymulacji, sensingu oraz stanu baterii?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.


Pytanie nr9

(dotyczy załącznika 2A opis Parametrów pakietu V punkt 17)

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie dopuszczone do badania MRI w warunkach 1,5 i 3,0 tesla bez stref wykluczeń w standardach łącza IS4/DF4, IS1/DF1, IS1/DF4 wyłączając standard IS4/DF1?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr10

Pakiet 3 punkt I. 11; II 3;

Czy Zamawiający dopuści urządzenia ze złączem DF-4/IS-4 jako jedyne kompatybilne z rezonansem magnetycznym o mocy 1,5 T?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr11

Pakiet 3a punkt I.2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie jednojamowe ze zgromadzoną energią defibrylacji 40J a dostarczoną min 35 niewiele różniącą się od parametru wymaganego z 8 szokami w jednej interwencji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr12

Pakiet 3a punkt I.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie bez programowanie spadku napięcia w obu fazach, programowanie szerokości impulsu w obu fazach, programowanie spirali proksymalnej ale z programowalną morfologią wyładowania HV impuls jedno i dwufazowy, zmiana polarności wyładowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr13

Pakiet 3a punkt I.11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez algorytmu do różnicowania morfologii SVT i VT na podstawie zapisu dalekiego pola imitującego zapis ekg, możliwość wyboru omiędzy morfologią dalekiego i bliskiego pola ale z algorytmem bazującym na sygnałach wewnątrzsercowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr14

Pakiet 3a punkt I.12; II.3

Czy Zamawiający dopuści urządzenia ze złączem DF-4/IS-4 jako jedyne kompatybilne z rezonansem magnetycznym o mocy 1,5 T?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.


Pytanie nr15

Pakiet 4 punkt I. 11; II 3; III.4

Czy Zamawiający dopuści urządzenia ze złączem DF-4/IS-4 jako jedyne kompatybilne z rezonansem magnetycznym o mocy 1,5 T?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr16

Pakiet 4a punkt I.9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez programowania morfologii wyładowania HV: impuls jedno i dwufazowy, programowanie spadku napięcia w obu fazach, programowanie szerokości impulsu w obu fazach, programowanie spirali proksymalnej, zmiana polarności wyładowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr17

Pakiet 4a punkt I.10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez algorytmu do różnicowania morfologii SVT i VT na podstawie zapisu dalekiego pola imitującego zapis ekg, możliwość wyboru pomiędzy morfologią dalekiego i bliskiego pola ale z algorytmem bazującym na sygnałach wewnątrzsercowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr18

Pakiet 4a punkt I.13; II 3, III 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenia ze złączem DF-4/IS-4 jako jedyne kompatybilne z rezonansem magnetycznym o mocy 1,5 T?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr19

Pakiet 5 punkt 11

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności zaoferowania urządzenia z bezprzewodowym EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr20

Pakiet 5 punkt 12

Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności zaoferowania urządzenia z automatycznym follow up'em?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr21

Pakiet 5 punkt 16


Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności zaoferowania urządzenia z możliwością konfiguracji zapisu kanałów IEGM?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr22

Pakiet 5 punkt 17; II. 4, III.4



h



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuści urządzenia ze złączem DF-4/IS-4 jako jedyne kompatybilne z rezonansem magnetycznym o mocy 1,5 T?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.


Pytanie nr23

Pakiet 5 punkt IV.2

Czy Zamawiający dopuści elektroda z osłonką silikonową, poliuretanową bądź poliuretanowo-silikonową bez uwalniania sterydu

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

g