



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, dnia 05.06.2019

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

EZP 285/2019

dot. przetargu nieograniczonego nr D-16/2019 na dostawę odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanych analizatorów systemu biochemiczno-immunologicznego dla potrzeb CLA w Szpitalu Wielospecjalistycznym im dra L.Błażka w Inowrocławiu

Zamawiający w odpowiedzi na pytania działając na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik 2H do SIWZ pkt 1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dedykowanych materiałów kontrolnych producenta odczynników dla parametrów: anty-HBs, anty-HCV, HBs-Ag, Mononukleoza IGG "późne", Mononukleoza IGG, Mononukleoza IGM, Kwasy żółciowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw pilnych z 48h na min. 72h?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 4

Dotyczy pkt. 1 par. 5 projektu umowy dostawy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z





Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 2H do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na krótsze serie, przy zapewnieniu niezmienności wartości kontroli przez rok?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmian serii kontroli dedykowanych jednoparametrowych pod warunkiem niezmienności wartości oferowanych kontroli w terminie min. 1 roku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznik nr 2E do SIWZ, punkt 2 w tabeli „Parametry oceniane zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru w momencie gdy, część kalibratorów jest transportowana do siedziby Zamawiającego w temperaturze -10°C. Kalibratory mogą jedynie wymagać rozmrożenia przed użyciem, dlatego też nie wymagają rekonstrukcji zgodnie z opisem, ani łączenia lub dodawania jakichkolwiek składników.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje powyższe parametry za spełnione.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 2C do SIWZ, pozycja 25 w tabeli „odczynniki do wykonywania badań immunochemicznych”

Czy Zamawiający wymaga, aby ulotka do testu Prokalcytoniny zawierała schemat interpretacji wyniku prokalcytoniny dla diagnostyki różnicowej zakażenia dolnych dróg oddechowych oraz rozpoznania ogólnoustrojowego zakażenia bakteryjnego/posocznicy/SEPSY? Ponieważ na rynku znajdują się testy o różnych standaryzacjach, brak takich informacji może powodować błędną diagnozę stanu pacjenta.

Odpowiedź:


Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga aby oznaczenie Prokalcytoniny było wykonywane odczynnikiem na licencji BRAHMS?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie 10

Dotyczy Załącznik nr 2D do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dedykowanych materiałów kontrolnych producenta odczynników dla parametrów: anty-HBs, anty-HCV, HBsAg, Mononukleozą IGG „późne”, Mononukleozą IGG, Mononukleozą IGM, Kwasy żółciowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

