

Gdynia, dnia 20-11-2025 r.

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na:

***Dostawa tomografu okulistycznego OCT dla Poradni Okulistycznej w Szpitalu Morskim im.
PCK w Gdyni.***

Nr sprawy - D25M/252/N/47-90rj/25

I. Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego po ustawowym terminie na ich zadawanie wraz z odpowiedziami:

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem DICOM Storage SCU, DICOM MWL SCU, CMDL umożliwiające integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS z wykorzystaniem licencji na podłączenie, której koszt leży po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada nielimitowaną licencję połączeniową dla urządzeń diagnostyki obrazowej w swoim module PACS VNA (od CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.). Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji podłączenia dostarczanego urządzenia do infrastruktury systemu PACS Zamawiającego na swój koszt (licencje połączeniowe standardu wymiany danych DICOM po stronie urządzenia musi dostarczyć Wykonawca na swój koszt). Wykonawca we własnym zakresie ustali wymagane parametry wymiany danych DICOM pomiędzy dostarczonym urządzeniem, a systemem PACS (otrzymując odpowiednie dane połączeniowe systemu PACS od Zamawiającego).

Sekretarz Komisji Przetargowej

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Małgorzata Brancewicz-Malec