



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 66/02/2024

Chrzanów, 23.02.2024 r.

## Wykonawcy

### Dotyczy: postępowania na Dostawa przyłóżkowego aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 19/2024

**Pyt. 1 Czy Zamawiający oczekuje aby dane dotyczące dawek promieniowania aplikowanych pacjentom w czasie poszczególnych badań były automatycznie przesyłane do posiadanego przez Zamawiającego systemu rejestracji dawek promieniowania i w nim rejestrowane?** Prosimy o zauważenie, że aparat podlega obowiązkowemu audytowi dawek i ich bieżącemu porównywaniu z ustawowymi poziomami referencyjnymi a Zamawiający posiada wolną licencję dedykowanego do tego celu oprogramowania, więc koszt takiego podłączenia jest znikomy. **Odp. Tak.**

**Pyt. 2** Dot. załącznika AIT do OPZ . Pkt. 59, 63

Zamawiający oczekuje by oferowane urządzenie posiadało możliwość pobierania listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM/WL oraz zainstalowane moduły DICOM: Send, Storage, Worklist, Print, MPPS. Prosimy o informację czy koszty integracji, licencji oraz usług serwisowych oferowanego urządzenia z systemem PACS/RIS ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający? **Odp. Zgodnie z swz. Zamówienie nie obejmuje licencji oraz integracji urządzenia z systemem PACKS/RIS**

### 3. Zamawiający zmienia zapis w AIT pkt. 74 i 54 na:

74	Autoryzowany przez producenta aparatu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Tak, podać		
54	Oprogramowanie sterujące detektorem oraz zaoferowany detektor wyprodukowane przez tego samego producenta.	Tak, podać		

**Z poważaniem**

