

Katowice, dn. 30.11.2021r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progu unijnego (powyżej 214 000 euro) na zadanie p.n. „Dostawa urządzeń laboratoryjnych”, nr rej.: DZP.381.088.2021.DWU.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ / ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wplynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1) W wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 23.11.2021 r zamawiający w pytaniu nr 6 dotyczącego części C dopuścił napyłarkę z głowicą do otrzymania pokryć węglowych za pomocą sznurka węglowego, pozwalającą na umieszczenie go w formie „zyg-zaka”. Czy zamawiający w związku tym utrzymuje nadal zapis z opisu przedmiotu zamówienia o napyłaniu grubości warstwy węgla minimum 50 nm w jednym cyklu pompowania tzn. bez konieczności zapowietrzania komory napyłarki i ręcznego nawijania sznurka węglowego. Wyjaśnienie: Zapewnienie napyłania warstwy węgla powyżej 50 nm w jednym cyklu pompowania pozwala na napyłanie (nałożenie) i tym samym zabezpieczenie próbki przed niekorzystnym działaniem powietrza – konieczność zapowietrzania komory i nakładanie nowego sznurka węglowego powoduje doprowadzenie powietrza do próbki i może spowodować jej uszkodzenie zanim odpowiednio gruba warstwa zostanie napyłona. Dodatkowo konieczność zapowietrzania komory w celu nawinięcia nowego sznurka powoduje bardzo znaczne wydłużenie czasu napyłania co w rezultacie uniemożliwia płynne przygotowanie serii próbek do obrazowania na mikroskopie SEM powodując duże opóźnienia i blokowanie mikroskopu elektronowego..

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis z opisu przedmiotu zamówienia o napyłaniu grubości warstwy węgla minimum 50 nm w jednym cyklu pompowania tzn. bez konieczności zapowietrzania komory napyłarki i ręcznego nawijania sznurka węglowego.

II. Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 w zw. z art. 137 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ i przedłuża termin składania ofert, w następujący sposób:





1. Rozdz. X ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 do godziny 10:00. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Rozdz. XI ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 10.12.2021 o godz. 10:15.
3. Rozdz. XII ust. 1 otrzymuje brzmienie: Określenie terminu związania ofertą. Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 90 dni tj. do dnia 09.03.2022.

POWYŻSZE ZMIANY SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Członek Komisji Przetargowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej

