

Oleśnica, 08 października 2024 r.

Znak sprawy: PZS/TP/22/2024

Dotyczy postępowania :
„Dostawa materiałów opatrunkowych i plastrów dla Powiatowego Zespołu Szpitali”

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr 15

Czy Zamawiający dopuści Absorbujący proszek mineralny zawierający Srebro koloidalne 2%, sól sodowa kwasu hialuronowego 0,2%, lekki kaolin, dwutlenek krzemu. Preparat do kontroli wysięku, tworzy czysty i wilgotne środowisko wspierające proces gojenia i chroniące obszar zastosowania przed proliferacją egzogennej mikroflory. Pojemność 125ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 1, poz. 5-7, 9, 14-16

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-7,9,14-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 ust. 1 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza. Czyli może treść zmienić, wykreślić, ale nie może dodawać nowych postanowień.

Pytanie 3:

Dotyczy zadania nr 1, poz. 5

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Czy zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe, pakowane po 100 szt. Oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę z przeliczeniem ilości, reszta zgodna z SWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy zadania nr 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? (pakowane po 3 szt. w blistrze – nie indywidualnie)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Dotyczy zadania nr 1, poz. 9

Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 opakowanie zawierając 100 cm siatki w stanie spoczynku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Dotyczy zadania nr 12, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 ust. 1 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza. Czyli może treść zmienić, wykreślić, ale nie może dodawać nowych postanowień.

Pytanie 7:

Dotyczy zadania nr 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe- rolkę 100 mb.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Dotyczy zadania nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pod gipsowych pakowanych zbiorczo a'6szt z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9:

Dotyczy zadania nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek opatrunkowych o poniższych parametrach:

- Nr 2 – dedykowana na dłoń, palec – szer. 1,0-2,5 cm
Nr 3 – dedykowana na dłoń, stopę – szer. 1,5-3,5 cm
Nr 4 – dedykowana na podudzie, kolano, ramię, stopę, łokieć – szer. 2,5-4,5 cm
Nr 6 – dedykowana na głowę, ramię, podudzie, kolano – szer. 4,0-6,5 cm
Nr 8 – dedykowana na udo, głowę, biodro – szer. 5,0-9,5cm
Nr 10 – dedykowana na biodro, brzuch – szer. 6,5-13,5 cm
Nr 14 – dedykowana na klatkę piersiową, brzuch – szer. 8,0-14,0 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10:

Dotyczy zadania nr 1, poz. 10 oraz 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Dotyczy zadania nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12:

Dotyczy zadania nr 6, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści opatrunek posiadający 2 stopniowy system aplikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

Dotyczy zadania nr 6, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 5 sztuk tupferów z odpowiednik przeliczeniem zamawiających ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14:

Dotyczy zadania nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odpowiedź:

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 15:

Dotyczy zadania nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych , gdzie zawartość gipsu to minimum 95%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 16:

Czy zamawiający dopuści opaski pakowane a 2 z podaniem ceny za jedną sztukę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17:

Dotyczy zadania nr 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści podkłady pakowane a 12 z podaniem ceny za jedną sztukę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający pod określeniem pełna identyfikacja produktu Zamawiający rozumie – NAZWA PRODUCENTA, LOT, DATA WAŻNOŚCI, INDEKSWYROBU, ILOŚĆ, ROZMIAR, NAZWA GRUPY WYROBÓW, RODZAJ WYROBU NA ETYKIECIE GŁÓWNEJ INFORMACJA W POSTACI PIKTOGRAMU, NITKOWOŚĆ, WARSTWOWOŚĆ, PIKTOGRAM INFORMUJĄCY O ZNACZNIKU RTG. DODATKOWA NA OPAKOWANIACH TOREBKI PAPIEROWO-FOLIOWEJ NA 2 NAKLEJKACH TAG KOD KRESKOWY. W KODZIE INFORMACJE: GTIN(EAN), DATA WAŻNOŚCI, LOT ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający w poz. 10, 17, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na opakowaniach wyrobów jałowych typu papier - folia, oczekuje, że znajdować się na nich będą czytelne, zmieniające kolor wskaźniki sterylizacji, indykatory informujące o skutecznym przeprowadzeniu procesu sterylizacji ? Brak czytelnego wskaźnika budzi wątpliwość co do jałowości danego wyrobu medycznego.

Odpowiedź:

Poz. 10 i 17 wymaga,

Poz. 11 i 12 dopuszcza nie wymaga,

Poz. 13 wymaga,

Poz. 14 dopuszcza nie wymaga,

Poz. 15 i 16 wymaga.

Zatwierdziła
Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
Agnieszka Cholewińska