

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę obłożenia pola operacyjnego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.34.D.2021, odpowiadamy na pytania Wykonawców

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 osłonę na kończynę w rozmiarze 75x120cm (2 szt.) owinięte.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2: Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 1 dopuści zestaw uniwersalny o następujących parametrach: zestaw uniwersalny – wymagania standardowe 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu) 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna 150 x 240 cm +/-5cm 1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna 200 x 175 cm +/-5cm 2 samoprzylepne serwety dwuwarstwowa operacyjne 75 x 90 cm +/-5cm 1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3: Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz. 1 dopuści zestaw uniwersalny o następujących parametrach: 1 osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm, 2 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x75cm – 4 ręcznik chłonny 18x25cm, 1 taśma samoprzylepna 9x49cm, 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm, 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm , 1 serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 4: Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 1 dopuści zestaw uniwersalny o następujących parametrach: 1 osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm, 2 serweta operacyjna 100x100cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona 4 ręcznik chłonny 18x25cm, 1 taśma samoprzylepna 9x49cm, 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm, 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 300x175cm 1 serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 5: Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz. 1 dopuści zestaw do chirurgii biodra o następujących parametrach: 1 wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm 4 ręcznik chłonny 18x25cm 1 serweta chirurgiczna 75x90cm 1 wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm 1 osłona na kończynę typu stockinet 32x120cm 2 taśma samoprzylepna 9x49cm 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 200x260cm, z wycięciem „U” o wym. 7x102cm 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 300x175cm 1 wzmocniona serweta na

stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 6: Czy Zamawiający w pakiecie 14 poz. 1 dopuści zestaw do żyłaków o następujących parametrach: 2 ręcznik chłonny 18x25cm 1 serweta na stolik 100x150cm, warstwa chłonna 75x150cm 1 taśma samoprzylepna 9x49cm 1 serweta chirurgiczna trójwarstwowa samoprzylepna o wym. 200x260cm z wycięciem o wym. 20x102cm ze wzmocnieniem (warstwa chłonna o wym. 70x160cm) w strefi 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 240x175cm 1 serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 7: Czy Zamawiający w pakiecie 15 poz. 1 dopuści zestaw do chirurgii biodra o następujących parametrach: 1 wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm 4 ręcznik chłonny 18x25cm 1 wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm 2 serweta z taśmą lepną rozm. 75x75 cm 1 osłona na kończynę typu stockinet 32x120cm 2 taśma samoprzylepna 9x49cm 1 serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy stawu biodrowego 230/300x330cm, torby dyslokacyjne, otwór elastyczny 18x22cm 1 wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 8: Czy Zamawiający w pakiecie 17 poz. 1 dopuści zestaw do zabiegów na kończynie o następujących parametrach: 1 wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm 4 ręcznik chłonny 18x25cm 1 serweta na stolik 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm 1 osłona na kończynę 22x75cm 2 taśma samoprzylepna 9x49cm 1 serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wym. 230x315cm, posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 7 cm), otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów 1 wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający i dopuszcza

Pytanie 9: Czy Zamawiający w pakiecie 21 poz. 1 dopuści zestaw do artroskopii kolana o następujących parametrach: 1 osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm 4 ręcznik chłonny 18x25cm 1 serweta na stolik 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm 1 osłona na kończynę 22x75cm 2 taśma samoprzylepna 9x49cm 1 serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wym. 230x320cm, posiadającą dwa samouszczelniające otwory z neoprenu o średnicy 7cm i 5cm, z możliwością zamocowania drenów; serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu 1 serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 10: Czy Zamawiający w pakiecie 24 poz. 1 dopuści ubranie chirurgiczne w kolorach: niebieskim, zielonym i fioletowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem