



ZZP.2380.17.2021

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa sprzętu i materiałów do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami¹.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w oferowanym instrumencie otwarcie kartridza następowało poza urządzeniem? Umożliwia to elastyczną pracę np. pod wyciągiem, niwelując tym samym możliwość kontaminacji a także przygotowanie następnych serii próbek podczas pracy urządzenia (bez konieczności czekania na zakończenie procesu izolacji w urządzeniu) - rozwiązanie to posiada walidację do użycia w kryminalistyce oraz certyfikat Forensic Grade ISO 18385 i jest standardowo używane w laboratoriach kryminalistycznych w codziennej pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza, aby w oferowanym instrumencie otwarcie kartridza następowało poza urządzeniem z uwagi na większe ryzyko kontaminacji. Otwarcie kartridża wewnątrz urządzenia bezpośrednio przed rozpoczęciem procesu badawczego eliminuje ryzyko zanieczyszczenia stosowanych odczynników chemicznych i nie wymaga ze strony Zamawiającego dodatkowego doposażenia oferowanego instrumentu w wyciąg lub komorę laminarną.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie rozwiązania polegającego na użyciu jednego protokołu (bezpłatna aktualizacja) do wszystkich próbek kryminalistycznych/materiału porównawczego? W znaczący sposób ułatwi to pracę oraz umożliwi również uzyskanie różnych objętości elucyjnych w poszczególnych próbkach - rozwiązanie to posiada walidację do użycia w kryminalistyce oraz certyfikat Forensic Grade ISO 18385 i jest standardowo używane w laboratoriach kryminalistycznych w codziennej pracy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie zgadza się na użycie jednego protokołu do wszystkich próbek kryminalistycznych/materiału porównawczego. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia instrument musi posiadać kartę instalacyjną zawierającą oddzielne dedykowane protokoły izolacji DNA ze śladów kryminalistycznych oraz materiału referencyjnego (uwzględniające różnice jakościowe i ilościowe w ww. typach materiału badawczego) oraz protokół umożliwiający zmianę objętości końcowej eluatu.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej.

¹ podstawa prawna - art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)