



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Kielcach im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ 41 260 42 00 Fax. 41 260 42 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

[zoz@zozmswiakielce.pl](mailto:zoz@zozmswiakielce.pl)



[www.zozmswiakielce.pl](http://www.zozmswiakielce.pl)

Kielce, dnia 6 listopada 2023r.

Znak postępowania: **15/TP/2023**

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II.*

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień na następujące pytanie zadane do wyżej wymienionego postępowania:

**Pytanie 1:**

Dot. Zał. Nr 2: Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej – 1szt

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o poniższych parametrach:

Wymiary zewnętrzne: 2110 x 760 mm

Wymiary leża: 1930 x 660 mm

Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 565 - 890 mm

Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna +/- 18 °

Leże przeziernie dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod białym uchwytem na kasetę pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniącą funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka.

Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90° rączka zwalnająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmentie pleców w obu narożnikach.

Koła o średnicy 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego – opuszczająca 5te koło

Pięte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe. 5te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się 65mm nad podłogą.

Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji 320 kg

Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz.

Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe

Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta

Materac o grubości 100mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn.

Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h

Materac stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową.

Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalnająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz

uchwyty do prowadzenia.

Składane, stalowe uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony nóg

Stalowe wieszaki kroplówki (2 od strony głowy) z teleskopową regulacją wysokości. Każdy wieszak posiadający dwa rozkładane haczyki.

Wieszaki z możliwością złożenia na konstrukcję wózka, gdy nie są potrzebne.

Stalowa konstrukcja statywu wzmocniona, pełniąca funkcję uchwytu do prowadzenia wózka. Od strony głowy brak dodatkowych uchwytów do pchania.

Wyposażenie:

- materac opisany powyżej,
- 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka
- 3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wózek o parametrach wymienionych we wniosku Wykonawcy.

Z-CIA DYREKTORA  
ds. administracyjno - gospodarczych  
SF ZOZ MSWiA w Kielcach  
im. św. Jana Pawła II

Szymon Mazurkiewicz

(podpis osoby upoważnionej)