

Warszawa, 14 października 2024 r.

Znak sprawy: 32/PN/2024/US

Strona internetowa prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska>

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych**”

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej: ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian treści SWZ.

Pytanie nr 1

Część nr 7, poz. 3

Proszę o dopuszczenie pojemnika **na kał o pojemności 30 ml**. Pozostałe wymogi jak w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2

Część nr 7, poz. 4

Proszę o dopuszczenie kieliszków **pakowanych po 75 szt.** z przeliczeniem ilości sztuk na opakowania po 75 szt. tj. 4056 opakowań. Pozostałe wymogi jak w SWZ.

W sytuacji nie dopuszczenie, prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

Część nr 7, poz. 6

Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania pojemnika **z przykrywką typu „TULIPAN”, o pojemności 2,5 L**. Pozostałe wymogi jak w SWZ.


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

Część nr 7, poz. 6

Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania butelki/ pojemnika na mocz z zakrętką, o pojemności 2 l. O kształcie jak poniżej:



Dopuszczenie zaproponowanej butelki umożliwi złożenie korzystnej oferty cenowej oraz jakościowej.

W sytuacji nie dopuszczenia, prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian. Proponowany asortyment nie jest dostosowany do budowy anatomicznej człowieka, co znacznie skomplikuje prawidłowe zbieranie materiału biologicznego do dobowej zbiórki moczu - np. w przypadku pacjentów geriatrycznych część moczu nie „trafi” do pojemnika.

Pytanie nr 5

Część nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6

Część nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuśczenie wymogu posiadania badań kompatybilności materiału z którego zostały wykonane kaniule?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7

Część nr 13

Prosimy o dopuszczenie jako równoważną maskę krtaniową renomowanej firmy Ambu o poniższych parametrach:

- sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem powietrznym wykonana z PVC bez lateksu i ftalanów (w tym DEHP)
- zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie rurki (kąt około 90°) pozwalające na szybkie i łatwe zakładanie
- zintegrowane usztywnienie/bloker zgryzu zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki
- dren balonika wtopiony w rurkę maski na krótkim odcinku z możliwością tymczasowego zamocowania w uchwycie pomocniczym
- kopia maski o budowie chroniącej przed wklonowaniem nagłośni
- wzmocniony koniuszek mankieta zapobiegający przed jego podwijaniem się podczas zakładania
- maska krtaniowa wyposażona w zintegrowany kanał gastryczny zapewniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski:
Maksymalne rozmiary sond: 6FR (dla rozmiaru 1); 8FR (dla rozmiaru 1.5); 10FR (dla rozmiarów 2; 2.5); 16FR (dla rozmiarów 3, 4, 5, 6).
- ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej
- możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej z użyciem elastycznego endoskopu oraz wykonania bronchoskopii
- na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia oraz max. rozmiar sondy oraz max. rozmiar rurki intubacyjnej
- oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankieta umieszczone na baloniku kontrolnym
- bezpieczeństwo stosowania w MRI (brak elementów metalowych) – oznaczenie na opakowaniu
- opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru
- maska w rozmiarach: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8

Część nr 4

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny do opisanego, użytkowany już wcześniej przez Zamawiającego – o następujących parametrach: wkłady posiadają w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia” (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? Króciec pacjenta jest uniwersalny (również odsysanie ortopedyczne), gładki, rozszerzający się, o min. śr. wew. 7,2 mm, dostosowany do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Pozostałe jak w SIWZ.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196), co jest

zgodne z zaleceniami Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki mocowane w identyczny sposób, jak obecne).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9

Część nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści linię infuzyjną bursztynową do podawania cytostatyków, z matową, antypoślizgowa komora kropłową, ułatwiająca uchwyt. Długość drenu 180 cm +/- 10 cm, mierzona od dna komory kropłowej, dwa porty bezigłowe umieszczone nad komora kropłową do podłączenia pojemników z lekiem, ułożone na tym samym poziomie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, zabezpieczone korkami jednorazowymi, które chronią porty przed kontaminacją przed pierwszym użyciem. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii dwa zaciski zatrzaskowe (1 – między igłą biorą a portami nad komora kropłową, 2 – na końcu drenu, pozwala zatrzymać przepływ jak najbliżej pacjenta), zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, zastawka antyzwrotna na końcu zestawu uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Dren wykonany z poliuretanu, cały zestaw wolny od PCV, DEHP. Objętość wypełnienia 14 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10

Część nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści linię infuzyjną bursztynową do podawania cytostatyków, długość drenu 180 cm +/- 10 cm, mierzona od dna komory kropłowej, 1 port bezigłowy umieszczone nad komora kropłową do podłączenia pojemnika z lekiem. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, zabezpieczone korkami jednorazowymi, które chronią porty przed kontaminacją przed pierwszym użyciem. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii dwa zaciski zatrzaskowe (1 – między igłą biorą a portami nad komora kropłową, 2 – na końcu drenu, pozwala zatrzymać przepływ jak najbliżej pacjenta), zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, zastawka antyzwrotna na końcu zestawu uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Dren wykonany z poliuretanu, cały zestaw wolny od PCV, DEHP. Objętość wypełnienia 14 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11

Część nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do przygotowywania cytostatyków z bursztynowym drenem wykonanym z poliuretanu o długości 34 cm +/- 2 cm, bez PCV? W linii zawór bezigłowy z płaską

i gładką powierzchnią do dezynfekcji, objętość wypełnienia 2,6 ml. Zestaw umożliwia podaży z worka i butelki. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w **części 3, poz. 1** strzykawki luer 2 ml z rozszerzoną skalą 2,5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w **części 3, poz. 2** strzykawki luer 5 ml z rozszerzoną skalą 6 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w **części 3, poz. 3** strzykawki luer 10 ml z rozszerzoną skalą 11 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w **części 3, poz. 4** strzykawki luer 20 ml z rozszerzoną skalą 24 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w **części 3, poz. 4** strzykawki luer 20 ml pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 390 op.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w **części 3, poz. 6** strzykawki do podawania tuberkuliny z igłą 1 ml 26Gx1/2" 0,45x13mm x 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w **części 3, poz. 13** igieł tępych do bezpiecznego podawania leków bez filtra 18G długa 1,2x40mm z ostrzem ściętym pod kątem 45°?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w **części nr 11** dopuści zaoferowanie **poz. 1.1 – 1.6** kaniul do krótkotrwałych wkłuc dożylnych z portem umieszczonym nieco poza obrębem skrzydełek, z koreczkiem zabezpieczonym (gwintem) przed przypadkowym otwarciem, min. 3 paski RTG radiocieniujące wtopione bezpośrednio w strukturę cewnika kaniuli, cewnik PUR, opakowanie pojedyncze odporne na przypadkowe uszkodzenia, kaniule muszą posiadać na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym oznaczenie prędkości przepływu ml/min., rozmiar:

14G

17G

18G x45mm

20G x32mm

22G

24G ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający w **części nr 11** dopuści zaoferowanie **poz. 2** kaniul do wlewów dożylnych typu bezpiecznego z portem bocznym umieszczonym nieco poza obrębem skrzydełek, cewnik wykończony z PUR, samodomykający korek portu górnego, komora wypływu w porcie głównym wyposażona filtr hydrofobowy ułatwiający wizualizację prawidłowości wkłucia, cewnik widoczny w RTG 6 pasków radiocieniujących, automatycznie aktywne zabezpieczenie igły w postaci plastikowego/metalowego zatrasku zabezpieczającego przed zakłuciem, nazwa producenta kaniuli umieszczona bezpośrednio na kaniuli, rozmiar:

18G dł.32mm

20G dł.25mm

22G dł.25mm

24G dł.19mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 21

Część nr 14, poz. 3-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów pakowanych zbiorczo w opakowanie: worek foliowy, etykieta na katonie zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 22

Część nr 12, poz. 1, 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 23

Część nr 12, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 24

Część nr 14, poz. 1.4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25

Część nr 14, poz. 1.5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 26

Część nr 14, poz. 2.4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 27

Część nr 14, poz. 2.5

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o długości 157 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 28

Część nr 14, poz. 4.1

Czy Zamawiający dopuści bluzę w rozmiarze S?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 29

Część nr 14, poz. 5.1

Czy Zamawiający dopuści spodnie w rozmiarze S?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 30

Część nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Ulmera z perforacją na długości 12 cm od dystalnego końca?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 31

Część nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Ulmera o długości 750 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 32

Część nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Ulmera w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 33

Część nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu z butelką typu mieszek o pojemności 500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 34

Część nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu z drenem o długości 125cm, zakończony uniwersalną końcówką do drenów w rozmiarach CH6-CH18, Skuteczna zastawka antyrefluksyjna oraz zawór bezpieczeństwa typu SAVE umożliwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączenia zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 35

Część nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści butelkę typu mieszek o pojemności 500ml?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 36

Część nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści butelkę wyposażoną w skuteczną zastawkę antyrefluksyjną oraz zawór bezpieczeństwa typu SAVE umożliwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączenia zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 37

Część nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw typu mieszek o pojemności 20 ml oraz dren Redona w rozmiarze CH 8 o długości 50 cm z perforacją na odcinku 15 cm z czytnikami głębokości i paskiem kontrastującym?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 38

Część nr 3, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2-cz. z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 39

Część nr 3, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2-cz. z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 40

Część nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga (przeliczenie z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę).

Pytanie nr 41

Część nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny w komplecie z dopakowaną igłą 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 42

Część nr 3, poz. 7-12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 43

Część nr 3, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, 18G rozmiar 1,2x30 mm, osłonka w kolorze różowym?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 44

Część nr 3, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści igły z oznaczeniem kolorystycznym tylko na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 45

Część nr 3, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści igły z oznaczeniem kolorystycznym na opakowaniu w kolorze różowym?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 46

Część nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik typu Tulipan o pojemności 2,5 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 47

Część nr 7, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opaski zaciskowe z klamrą na której jest napisana nazwa producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 48

Część nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nerki o pojemności użytkowej 300ml, pojemność max 900ml?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 49

Część nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści baseny w opak. zbiorczym a'120 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 50

Część nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40 ml
- Waga: 30 g
- Objętość oddechowa: 150-1500 ml
- Skuteczność nawilżania: 32 mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 51

Część nr 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 70 ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500 ml
- Skuteczność nawilżania: 30 mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 52

Część nr 16, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną o parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy, zaokrąglona ukośna, atraumatyczna końcówka
- Wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy w kształcie walca
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki (niebieski)
- Dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie i łączniku
- Zbrojenie rurki na całej jej długości zapobiegające zagięciu
- Wewnątrz rurki przewodnica wykonana z metalu pokrytego tworzywem sztucznym
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki
- Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 pełnych pierścieni
- Pozbawiona ftalanów (bez DEHP)
- Skalowana co 1 cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia ze zgrzewami zachowującymi kształt rurki

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 53

Część nr 16, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 1,83 m z dodatkową rurą 1,2 m, opakowanie papier/folia?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 54

Część nr 16, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dołączoną osobno linię do próbkowania gazów do układu oddechowego o długości 2m?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 55

Część nr 16, poz. 10-11

Czy Zamawiający dopuści cewniki z oznaczeniem numerycznym wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 56

Część nr 16, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę CH06 o długości 255mm, natomiast CH10, 12, 14 o długości 340 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 57

Część nr 16, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści linię z medycznego PCV, ze śladową ilością ftalanów?


Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 58

Część nr 16, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer z anatomicznym uchwytem i 4 otworami bocznymi?



Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 59

Część nr 6, poz. 1-2

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 w pozycji 1,2 dopuści maty do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych które nie są zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz posiadają gramaturę 97,3 g/m² reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 60

Część nr 12, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 61

Część nr 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm –

z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 62

Część nr 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 63

Część nr 12, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 64

Część nr 12, poz. 1-4

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 65

Część nr 3, poz. 4

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 20 ml pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym
- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 20 ml pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga (przeliczenie z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę).

Pytanie nr 66

Część nr 3, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje strzykawk z polipropylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w formularzu asortymentowo-cenowym dotyczącym Części nr 3, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, gdzie opis przedmiotu zamówienia w poz. 5 otrzymuje brzmienie:

„Strzykawki 3-częściowe typu Luer Lock, perfuzyjna, z polipropylenu, posiadająca zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem tłoka, pojedyncza skala / tłok bezlateksowy 50-60 ml - białe.”.

Pytanie nr 67

Część nr 3, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do podawania tuberkuliny z zamontowaną igłą 0,5 x 16 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 68

Część nr 3, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych igieł tępych do bezpiecznego pobierania leków z fiolek, 18G; długa 1,2 x 40mm, z ostrzem ściętym pod kątem 45°, które zapobiega fragmentacji materiału korka, poddane obróbce mechanicznej i chemicznej w celu uzyskania gładkości, z polipropylenową nasadką i osłoną w kolorze czerwonym dla łatwego rozróżnienia tepej igły bez filtra, jałowa, op. a 100 szt., opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznaczone kolorem czerwonym.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 69

Część nr 14, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach: S/M, L, XL, XLL, 2XLL. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 70

Część nr 14, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bluzy operacyjnej rozpinanej z długim rękawem, wykonanej z włókniny typu SMS (polipropylenowej) o gramaturze 40 g/m². Rękaw zakończony dzianinowym mankietem. Kieszenie umieszczone na klatce i talii (2 na dole, 1 na klatce). Dostępny w rozmiarach S, M, L, XL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla producenta produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 71

Część nr 14, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bluzy wykonanej z nieprzejrzystej, miękkiej i przyjaznej w dotyku włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 45 g/m², nie zawierające lateksu. Włóknina zgodna z wymaganiami normy EN 13795 – 2, potwierdzone kartą techniczną materiału. Odporność na penetrację mikroorganizmów na sucho 6 CFU/100 cm². Wytrzymanie na rozrywanie min. 100 kPa. Bluza szyta w ergonomicznym kształcie dzwonu umożliwiającym odpowiednie dopasowanie do sylwetki, dekolt w kształcie litery V, wykończone lamówką, bluza wyposażona w trzy kieszenie. Dwie kieszenie dolne o wymiarach min. 16 cm x 16 cm, kieszeń górna o wymiarach min. 12 cm x 10 cm. Bluza w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 70 cm do 80 cm). Na złożonej, zapakowanej bluzie widoczne naszywki z nazwą producenta). Dostępne w kolorach: niebieskim i zielonym. Pakowana pojedynczo w woreczki polietylenowe PE z etykietą zawierającą min. znak CE, rozmiar, numer katalogowy, opis w języku polskim, kod kreskowy EAN – 128 kodujący co najmniej datę produkcji i nr partii, po 50 sztuk bluz w kartonie transportowym.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Pytanie nr 72

Część nr 14, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spodni wykonanych z nieprzejrzystej, miękkiej i przyjaznej w dotyku włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 45 g/m², nie zawierające lateksu. Włóknina zgodna z wymaganiami normy EN 13795 – 2, potwierdzone kartą techniczną materiału. Odporność na penetrację mikroorganizmów na sucho 6 CFU/100 cm². Wytrzymanie na rozrywanie min. 100 kPa. Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci wiązanej taśmy, wyposażone w dużą, głęboką kieszeń (o wymiarach min. 20 cm x 15 cm), umieszczoną na boku nogawki. Zakończone podszyciem, nie strzępiące się. Spodnie w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 103 cm do 122 cm). Dostępne w kolorach: niebieskim i zielonym. Spodnie pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe PE z etykietą zawierającą min. znak CE, rozmiar, numer katalogowy, opis w języku polskim, kod kreskowy EAN – 128 kodujący co najmniej datę produkcji i nr partii, po 50 sztuk spodni w kartonie transportowym.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ:

- 1) w rozdziale XVI ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/spartanska> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **24/10/2024 r.** do godziny **10:00**.
- 2) w rozdziale XVII ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 4. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24/10/2024 r. o godzinie 10:30.**
- 3) w rozdziale XIV ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia **22/12/2024 r.** (zgodnie z art. 220 ust. 2 ustawy Pzp).

Dokonane wyjaśnienia i zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu:

- Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy - Części nr 3 (zmiana)

DYREKTOR
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie

Izabela Marcewicz-Jendrysik

