

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice

Nasz znak Data
SPZZOZ/ZP/68/6/21 Gryfice 11.02.2022

Sprawa dotyczy:
Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Pzp na:
„Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z remontem i dostosowaniem pomieszczeń istniejącej pracowni RM do wymogów nowego aparatu w SPZZOZ w Gryficach”

Zamawiający na podstawie art. 135 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SWZ – pkt 45

45.	<i>Wielokanałowa cewka typu array umożliwiająca badanie kardiologiczne, wieloelementowa (min. 22 elementy obrazujące) i umożliwiająca akwizycje równoległe.</i>	<i>Tak</i>	< 21 – 1 pkt. ≥22 kanałów – 10 pkt	<i>opisać</i>
-----	---	------------	---------------------------------------	---------------

Zamawiający w zakresie ww. parametru udzielił w dniu 31 stycznia 2022 roku *Wyjaśnień treści SWZ*.

Na pytanie nr 9 (str. 88 Wyjaśnień) Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Zamawiający oczekuje zaoferowania dedykowanej cewki do badań kardiologicznych min. 19 kanałów, umożliwiających akwizycje równoległe. Cewki innej niż wymienione w poprzednich punktach.

Jednocześnie na ostatniej stronie udzielonych *Wyjaśnień*, Zamawiający poinformował, że:

(...) poprawia oczywistą omyłkę pisarską w tabeli, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia poz. 45 – Załącznik nr 1 do SWZ:

Jest: (min.22 elementów obrazujących),





Powinno być: (min.21 elementów obrazujących).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o ujednoczenie zapisów dot. parametru określonego w pkt. 45.

ODP: Zamawiający ujednocza zapis dot. Parametru w pkt 45. Powinno być min. 21 elementów obrazujących.

Pytanie nr 2

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SWZ – pkt 258

Zamawiający w punkcie 258 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga w ramach przedmiotu zamówienia dostarczenia *literatury fachowej z zakresu rezonansu magnetycznego.*

W *Wyjaśnieniach* z dnia 31 stycznia 2022 r., Zamawiający na jedno z pytań (pytanie nr 2, str. 78), udzielił odpowiedzi przedstawiając *Wykaz literatury* obejmujący ponad 20 pozycji.

Po przeprowadzonej weryfikacji dostępności wymienionych tytułów, chcielibyśmy poinformować, że część z nich jest niedostępna, tj.:

- „Magnetic resonance imaging for technologist” – A. Bani Baker
- „Breast MRI state of the art. and future directons” – P. Sarannah, M. Ritse, Pinker-Domening Katja
- „MRI of the brain” – W. J. Bradley, M. Brant-Zawadzki, J. Cambrey-Forker
- „MRI made easy” – G. B. Chavkan
- „Diffusion MRI” – H. Johansen-Berg, T. E. J. Behrens
- „Step by step MRI” – J. Reddy, V. Prasad
- „Head and neck Imaging (5th edition) – P. M. Som, H. D. Curtin
- „Body imaging” – G. A. Krombach, A. H. Mahnken

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia ww. pozycji.

ODP: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia niedostępnej literatury i jednocześnie informuje, iż podany spis zawierał tylko przykładowe pozycje książkowe celem wyrównania szans wszystkim przystępującym do przetargu. Zamawiający oczekuje zakupu literatury dotyczącej diagnostyki i fizyki rezonansu magnetycznego na wymienioną w specyfikacji kwotę.

Pytanie nr 3

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SWZ – pkt 239, 240, 241

Zamawiający w punktach 239, 240, 241 Załącznika nr 1 do SWZ określił warunki czasu reakcji i naprawy serwisu.

239.	<i>Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii – do 12 godzin (w dni robocze) od wystąpienia awarii.</i>	<i>Tak, podać</i>	<i>Bez punktacji</i>	
240.	<i>Czas reakcji serwisu z diagnostyką i usunięciem awarii do 48 godzin od przyjęcia</i>	<i>Tak, podać</i>	<i>Bez punktacji</i>	





	<i>zgłoszenia.</i>			
241.	<i>Czas naprawy awarii w przypadku konieczności wymiany części do 72 godzin.</i>	<i>Tak, podać</i>	<i>Bez punktacji</i>	

Zamawiający odpowiadając na wszystkie pytania wykonawców w kwestii ww. punktów (oraz w zakresie zapisów wzoru umowy tego dotyczących) udzielił następującej odpowiedzi:

- potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w formie mailowej bądź telefonicznej w ciągu dwóch godzin do Zakładu Radiologii w SPZZOZ w Gryficach.
- w ciągu 12 godzin od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zdalna diagnostyka i próba zdalnej naprawy niewymagającej części
- do 48 godzin od potwierdzenia przejęcia zgłoszenia usunięcie awarii z wymianą części dostępnych w magazynie w Polsce
- do 5 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naprawa z wymianą części, które należy sprowadzić z zagranicy.

Wymagania zawarte w *Wyjaśnieniach* nie korespondują w treścią pkt. 239 – 241, w związku z powyższym uprzejmie prosimy o ujednoclenie zapisów i określenie ostatecznego brzmienia parametrów opisanych w punktach 239, 240, 241.

ODP: Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami nr 2 z dnia 31.01.2022r, Zamawiający doprecyzował warunki serwisu. Doprecyzowanie dotyczy załącznika nr 1 tj. opisu przedmiotu zamówienia pkt. 239-241 oraz wzoru umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 4


Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SWZ – pkt 237

237.	<i>Każdorazowo po wystąpieniu prac serwisowych w skutek awarii systemu MR, awarii aparatu, sytuacji inicjowanych przez użytkownika np. zagrożenie życia pacjenta lub uszkodzenia innych systemów składowych, nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji.</i>	<i>Tak</i>	<i>Bez punktacji</i>	
------	--	------------	----------------------	--

Pomimo udzielonych *Wyjaśnień*, celem rozwiania wszelkich wątpliwości uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez opis parametru w punkcie 237, nie uznaje za awarię systemu MR skutkującą przedłużeniem okresu gwarancji o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji, w przypadku:

- celowego odłączenia urządzenia, np.: wskutek błędnie wykonanej procedury lub wprowadzenia pacjenta, który ze względów zdrowotnych nie powinien poddać się badaniu MRI,
- działania sił wyższych jak np.: brak zasilania,
- błędnie wykonanej procedury badania i/lub niezachowanie środków bezpieczeństwa.





ODP: Tak.

Pytanie nr 5

Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do SWZ – pkt 48

Zamawiający w punkcie 48 Załącznika nr 1 do SWZ wymaga możliwości odłączanego stołu pacjenta lub jego blatu od aparatu, umożliwiającą łatwą i szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna ten zapis za spełniony, w momencie gdy Wykonawca zaoferuje rezonans magnetyczny wyposażony w stacjonarny stół pacjenta wraz nakładanym blatem, (który jest oczywiście kompatybilny z oferowanym przez Wykonawcę system MR) – umożliwiającą szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia oraz w razie konieczności, posiada dedykowany system transportowy służący do ewentualnego transportu pacjenta.

ODP: Zamawiający uzna rozwiązanie, które będzie oparte na całkowicie dopinającym do rezonansu jeżdżym stole, lub oparte o nakładanie na stacjonarną podstawę stołu ruchomego blatu z dedykowanym do niej wózkiem transportowym. Intencją zamawiającego jest zminimalizowanie czynności fizycznego przekładania leżącego pacjenta w pomieszczeniu rezonansu. Zamawiający oczekuje rozwiązania, które zapewni jednokrotne fizyczne przełożenie pacjenta w pomieszczeniu przygotowawczym z łóżka na podstawę stołu lub na stół.

Z poważaniem

ZACZYNIAJĄCY
ds. technicznych
SPZZOZ w Gryficach

Danuta Kowalewska

