



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1  
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

**NIP:** 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113  
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 13.12.2024r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Numer postępowania: ZP/AM/46/2024

Dotyczy postępowania pn.: „**Zakup aparatury i sprzętu medycznego: maceratora, lampy zabiegowej sufitowej, parawanu teleskopowego mobilnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje **treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę zabiegową sufitową z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 5%-100% realizowaną za pomocą wodoodpornego, membranowego panelu na czaszy lampy? Rozwiązanie takie jest lepsze od wymaganego, gdyż pozwala na precyzyjną regulację natężenia, oraz eliminuje ryzyko przypadkowych zmian wartości natężenia światła, co często ma miejsce w przypadku lamp z regulacją bezdotykową - szczególnie, gdy funkcji tej nie można wyłączyć.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2

Zadanie Nr 2, pozycja Nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Parawan ze zmywalną zasłoną o wymiarach 205x150 cm?

Wykonanie zasłony: Poliester z wodoodporną powłoką?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 3 część 2- Zał. nr 2 wzór umowy § 7 ust 1 lit.c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,2% wartości brutto umowy za każde naruszenie?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 4 część 2- Zał. nr 2 wzór umowy § 7 ust 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kary umownej do 10% wynagrodzenia brutto?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Poniżej pytania dot. Zadania nr 2 poz. Nr 1:**

Dot. Ad.3

Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec): 80 000 lux ?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Dot. Ad.7

Pytanie 6 Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową 3600-5100 ?

**Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.**

Dot. Ad.8

Pytanie 7 Czy Zamawiający dopuści średnicę pola roboczego d10 14-32 cm (regulowaną w 10 krokach) ?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Dot. Ad.9

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści średnicę pola roboczego d50 8,5-21,5 cm (regulowaną w 10 krokach) ?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Dot. Ad.11

Pytanie 9 Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia L1+L2 (20%) 150 cm, (60%) 85 cm ?

**Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.**

Dot. Ad.12

Pytanie 10 Czy Zamawiający dopuści pobór mocy przez oprawę 85 W ?

**Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.**

Dot. Ad.14

Pytanie 11 Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony obudowy IP54 ?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy: ZADANIE NR 2

POZ. 1 LAMPA ZABIEGOWA SUFITOWA – 1SZT.

Pytanie 12

Pkt.2

Czy Zamawiający dopuści lampę z napięciem zasilania 33V DC?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 13

Pkt.3

Natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec): 100 000 lux?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 14

Pkt.4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę z regulacją natężenia światła realizowana w 5 krokach (w zakresie: 5 000 - 100 000 lux) za pomocą panelu funkcyjnego umieszczonego na ramieniu przy czaszy?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 15

Pkt.5

Czy Zamawiający dopuści lampę ze wskaźnikiem odwzorowywania barw Ra:90?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 16

Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści lampę ze wskaźnikiem odwzorowywania barw Ra:80?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 17

Pkt.7

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulowaną temperaturą barwową: 3,800/4,300/4,800?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 18

Pkt.8

Czy Zamawiający dopuści regulowaną średnicę pola roboczego d10 18 i 30 cm?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 19

Pkt.9

Czy Zamawiający dopuści regulowaną średnicę pola roboczego d50 9.5 i 16.5 cm?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 20

Pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia L1+L2 EC20%>125cm EC60%>90cm?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 21

Pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści lampę z poborem mocy przez oprawę 28W?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 22

Pkt 14

Czy Zamawiający dopuści lampę ze stopniem ochrony IP 43?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 23

Pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z regulacją natężenia światła za pomocą panelu funkcyjnego umieszczonego na ramieniu przy czaszy?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy: ZADANIE NR 2

POZ. 2 PARAWAN TELESKOPOWY MOBILNY – 1 SZT.

Pytanie 24

Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego w okresie gwarancji?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 25

Pkt.9

Czy Zamawiający dopuści parawan ze zmywalną zasłoną o wymiarach 205 x 150 cm z tkaniny?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 26

Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści parawan z podstawą o kolorze do wyboru białym lub szarym?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy: Lampa zabiegowa dwuczyszowa

**Pytanie 27, -dot.pkt. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym napięcia zasilania czaszy lamp będzie miało +/-240V

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 28-dot.pkt. 3**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na produkt równoważny, w którym natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec) będzie miało 70 000 lux

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 29 -dot.pkt. 4**

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym regulowane natężenie oświetlenia będzie w zakresie : 10 - 100%

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 30 -dot.pkt. 7**

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym temperatura barwowa będzie miała +/-4350 K

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 31-dot.pkt. 8**

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym średnica pola roboczego d10 będzie miała więcej niż 170 mm

**Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 32-dot.pkt. 9**

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym średnica pola roboczego d50 będzie miała więcej niż 85 mm

**Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 33-dot.pkt. 10**

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym głębokość oświetlenia L1+L2 będzie miała przy (20%) 150 cm i (60%) 70 cm

**Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 34-dot.pkt. 11**

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym pobór mocy przez oprawę będzie miał 28W

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 35 -dot.pkt. 14**

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, gdzie stopień ochrony obudowy wynosi IP X0

**Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 36 -dot.pkt. 15**

Prosimy Zamawiającego wyrażenie zgody na dopuszczenie produktu równoważnego, w którym regulacja natężenia oświetlenia będzie następowała z przycisków z boku czaszy przez co nie jest wymagany odłączalny uchwyt do sterylizacji.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.