



Znak: AE/ZP-27-05/23

Tarnów, 2023-02-07

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawę: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, automatycznego analizatora do wykonywania testów identyfikacyjnych i testów lekowrażliwości; oraz testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM


W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakiet Nr 1 poz. 4 oraz pkt 1 Załącznika Nr 4 dla Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane w poz. 4 podłoża pediatryczne były zwalidowane do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz jałowych płynów ustrojowych takich jak płyn mózgowo-rdzeniowy przy zastosowaniu odpowiedniego suplementu wzbogacającego CE-IVD, co ma niezwykle istotne znaczenie przy diagnostyce sepsy meningokokowej u dzieci, gdzie możliwe jest pobranie niewielkiej ilości materiału 0,5-1 ml?
2. **Dotyczy Pakiet Nr 1 poz. 5** Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany suplement posiadał certyfikację CE/IVD oraz zapewniał możliwość suplementacji w każdym dniu trwania kontraktu?
3. **Dotyczy pkt 14 Załącznika Nr 4 dla Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu naprawy do 48 godzin w dni robocze?
4. **Dotyczy pkt 14 Załącznika Nr 4 dla Pakietu Nr 1 poz. 1.** W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 3, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację czasu naprawy do 72 godzin?
5. **Dotyczy pkt 15 Załącznika Nr 4 dla Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający w punkcie 15 dopuści możliwość zlecenia wykonania badań na koszt Wykonawcy w innej placówce - zamiast wstawienia aparatu zastępczego - w przypadku przekroczenia czasu naprawy powyżej 72 godzin?
6. **Dotyczy pkt 15 Załącznika Nr 4 dla Pakietu Nr 1 poz. 1.** W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 4, czy Zamawiający w punkcie 15 dopuści możliwość zlecenia wykonania badań na koszt Wykonawcy w innej placówce - zamiast wstawienia aparatu zastępczego - w przypadku przekroczenia czasu naprawy powyżej 48 godzin?
7. **Dotyczy pkt 7 Załącznika Nr 4 dla Pakietu Nr 1 poz. 2-4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast dołączania do dostawy instrukcji używania w języku polskim wystawionej przez producenta, Wykonawca udostępnił Zamawiającemu bezpłatną stronę internetową, z której Użytkownik w dowolnej chwili, samodzielnie, w prosty sposób będzie mógł pobierać takie instrukcje?
8. **Dotyczy pkt 6 Załącznika Nr 4 dla Pakietu Nr 1 poz. 2-4.** W związku z tym, że Zamawiający wymaga, aby pobranie krwi do butelek posiewowych odbywało się z użyciem systemu zamkniętego firmy Becton Dickinson i wymaga, aby w przypadku konieczności użycia innych adapterów, Wykonawca wycenił te adaptory, aby pobrać materiał metodą próżniową, czy także wymaga, aby Wykonawca wycenił przekładki do tych adapterów, pozwalające na pobranie krwi z jednego wklucia motylkowego zarówno do butelek posiewowych jak i probówek próżniowych do badań analitycznych (jak na poniższym zdjęciu)?

Adapter do pobrania krwi do butelki posiewowej – po stronie lewej

Przekładka do adaptera w celu pobrania krwi do probówek próżniowych z jednego wklucia na badania analityczne – po stronie prawej





9. **Dotyczy pkt 8 Załącznika Nr 4 dla Pakietu Nr 1 poz. 2-4.** Czy Zamawiający dopuści termin ważności podłoży z pozycji 2-4 wynoszący minimum 4 miesiące od daty dostawy?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 21:** Czy Zamawiający dopuści testy nie wykazujące reaktywności krzyżowej z substancjami: hemoglobina bydlęca, hemoglobina kurza, hemoglobina świńska, hemoglobina kozia, hemoglobina końska, hemoglobina królicza i hemoglobina indyca?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 19.** Czy Zamawiający dopuści testy których procedura przewiduje odczyt wyniku po 10 minutach po uprzedniej 2 minutowej inkubacji próbki z buforem?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający dopuści test o innym kolorze prążków, w którym każdy region testowy jest oznaczony opisem na kasetce testowej ?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający dopuści test o parametrach: Norowirus Czulość 99,9%, swoistość 98,1%; Rotawirus czulość 97,3%, swoistość 97,1%; Adenowirus czulość 95,2%, Swoistość 97,7 %?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 23.** Czy Zamawiający dopuści testy których procedura przewiduje odczyt wyniku po 15 minutach od naniesienia próbki, po uprzedniej 3 minutowej inkubacji próbki z buforem?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 24.** Czy Zamawiający dopuści testy których procedura przewiduje odczyt wyniku po 15 minutach?
16. **Dotyczy pkt. 22.25 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.** Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. W ocenie Wykonawcy za sprzeczny z powyższym przepisem ustawy należy uznać pkt 22.25 SWZ. Powyższy zapis został tak sformułowany, że w istocie uprawnia Zamawiającego do zmniejszenia wartości umowy bez jakichkolwiek ograniczeń, jeśli zajdzie któryś z wskazanych przez Zamawiającego powodów – przy czym część z tych powodów została określona poprzez odwołanie się do pojęć nieostrych („inne ważne powody”). Przyznanie Zamawiającemu uprawnienia do dalszego ograniczania minimalnej wartości umowy w praktyce czyni postanowienie (zawarte w zdaniu pierwszym pkt. 22.25) gwarantujące wykorzystanie wartości umowy na poziomie nie mniejszym niż 70 % wartości umowy bezskutecznym. W ocenie Wykonawcy powyższy zapis należy uznać za abuzywny w świetle art. 433 pkt 4 SWZ. Wykonawca wnosi o zmianę pkt. 22.25 poprzez wykreślenie zdania drugiego i trzeciego.
17. **Dotyczy pkt 10 Załącznika Nr 4 dla Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łącznie wodną o pojemności 28 litrów?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 9.** Czy zamawiający dopuści testy do oznaczania przeciwciał w klasie IgM i IgA przeciwko Covid-19 wykonywane metodą CLIA, jako testy o jednakowych parametrach, oraz jednakowej wartości diagnostycznej, w porównaniu do metody ELISA? Wykonujący zapewni odpowiedni ilości testów do pokrycia wykonywanych badań.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w **Pakiecie Nr 1 poz. 4.** podłoża pediatryczne były zwalidowane do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz jałowych płynów ustrojowych takich jak płyn mózgowo-rdzeniowy przy zastosowaniu odpowiedniego suplementu wzbogacającego CE-IVD.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowany w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** suplement posiadał certyfikację CE/IVD oraz zapewniał możliwość suplementacji w każdym dniu trwania kontraktu.

Ad 3-4 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pkt 14 Załącznika Nr 4 dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie nr 1 poz. 1.**

Ad 5-6 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pkt 15 Załącznika Nr 4 dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie nr 1 poz. 1.**

Ad 7 Zamawiający dopuszcza w ramach wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 2-4** określonego w pkt 7 Załącznika Nr 4 udostępnienie przez Wykonawcę Zamawiającemu bezpłatnej strony internetowej, z której Użytkownik w dowolnej chwili, samodzielnie, w prosty sposób będzie mógł pobierać takie instrukcje.

Ad 8 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 2-4** określone w pkt 6 Załącznika Nr 4.

Ad 9 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 1 poz. 2-4** określone w pkt 8 Załącznika Nr 4.

Ad 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 21** testów nie wykazujących reaktywności krzyżowej z substancjami: hemoglobina bydłęca, hemoglobina kurza, hemoglobina świńska, hemoglobina kozia, hemoglobina końska, hemoglobina królicza i hemoglobina indyca, pod warunkiem spełniania wymagań SWZ.

Ad 11 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ i Załącznikach do niej dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 19.**

Ad 12-14 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ i Załącznikach do niej dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 23.**

Ad 15 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 24** testów, których procedura przewiduje odczyt wyniku po 15 minutach.

Ad 16 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę oraz wprowadzenie nowych zapisów do **pkt 22.25 SWZ.** Z uwagi na specyfikę świadczonych usług Zamawiający nie jest w stanie określić ilu pacjentów i z jakimi schorzeniami trafi do Szpitala w danym okresie, a tym samym jaki asortyment wyrobów będzie niezbędny do realizacji świadczonych usług. Ponadto asortyment będący przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu posiada określoną datę ważności i dla tego nie może być magazynowany w ilości co do której nie ma pewności, że będzie zużyty.

Ad 17 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** w ramach wymagania określonego w pkt 10 Załącznika Nr 4 do SWZ łaźni wodnej o pojemności 28 litrów, pod warunkiem spełniania wymagań SWZ.

Ad 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 9** testów do oznaczania przeciwciał w klasie IgM i IgA przeciwko Covid-19 wykonywanych metodą CLIA, jako testów o jednakowych parametrach, oraz jednakowej wartości diagnostycznej, w porównaniu do metody ELISA, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni odpowiednią ilość testów do pokrycia wykonywanych badań (określonych w Załączniku Nr 1 do SWZ – Formularz Cenowy).

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr *Danuta Nosek*

