

Parametry techniczne łaźni wodnej z płytą grzewczą¹

Nazwa oferowanego urządzenia:.....

Typ: Model: Rok produkcji(nie starszy niż 2024r.).....

Producent:..... Numer katalogowy:.....

Kraj pochodzenia:

Lp.	Opis minimalnych wymagań	Parametry graniczne wymagane/oceniane	Oferowany parametr podać TAK/NIE lub opisać
	Charakterystyka		
1.	Podgrzewana łaźnia wodna z płytą grzewczą	Tak, warunek bezwzględny	
2.	Wyjmowana misa na wodę wykonana ze szkła	Tak, warunek bezwzględny	
3.	Oświetlenie łaźni z własnym włącznikiem	Tak, warunek bezwzględny	
4.	Regulacją natężenia światła w 3 stopniach	Tak, warunek bezwzględny	
5.	Zewnętrzne max. wymiary zbiornika: 27 (dł.) x 18 (szer.) x 6 (wys.) cm (+/- 5 mm)	Tak, warunek bezwzględny	
6.	Zakres regulacji temperatury wody – od temperatury otoczenia do 75°C	Tak, warunek bezwzględny	
7.	Skok regulacji temperatury wody – 1°C	Tak, warunek bezwzględny	
8.	Płyta grzewcza wyposażona w trzy rzędy zapewniająca łatwość układania i zdejmowania szkiełek	Tak, warunek bezwzględny	
9.	Zakres regulacji temperatury płyty grzewczej – od temperatury otoczenia do 75°C	Tak, warunek bezwzględny	
10.	Pojemność płyty grzewczej: 30 szkiełek	Tak, warunek bezwzględny	
11.	Krok regulacji temperatury płyty grzewczej – 1°C	Tak, warunek bezwzględny	
12.	Czytelne wyświetlacze we frontowej części urządzenia osobny dla płyty i łaźni wodnej	Tak, warunek bezwzględny	
13.	Przyciski do sterowania urządzenia pokryte folią	Tak, warunek bezwzględny	
14.	Osobne włączniki umożliwiające jednoczesną pracę obu modułów lub wybranego	Tak, warunek bezwzględny	
15.	Wymiary urządzenia:	Max. szer/ max. gł: do lub równe 300/450 mm – 10 pkt Powyżej szer. 300/gł. 450– 0 pkt	
16.	Waga urządzenia: max. 6,3 kg	Tak, warunek bezwzględny	
17.	Moc urządzenia:	Do 500W - 10 pkt Powyżej 500W – 0 pkt	
18.	Deklarację zgodności CE/IVD	Tak, warunek bezwzględny	

WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.

Lp.	Wymogi	Wypełnia Oferent
1.	Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2024r.	Tak
2.	Posiadanie autoryzowanego serwisu na terenie Polski. Proszę podać nazwę i adres firmy oraz formę zgłoszenia (elektronicznie /pisemnie) Czas reakcji serwisu max. 72 godzin. Wykonawca po dostawie i montażu przeszkoli personel w zakresie użytkowania, konserwacji dostarczonego sprzętu. Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas usuwania awarii/ wady/ napraw	Tak, podać
3.	Zapewnienie dostępności części i akcesoriów na min. 10 lat	Tak
4.	Okres gwarancji min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, przeglądy okresowe w ramach wynagrodzenia umownego (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 1 w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta; zapewnienie świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta lub jego przedstawiciela na terenie Polski.	Tak, podać
5.	Dodatkowo wymaga się załączenia karty katalogowej lub materiałów informacyjnych producenta w języku polskim lub angielskim	Tak

Wykonawca winien przedstawić opis oferowanego urządzenia, podając jego typ, nazwę oraz charakterystykę – w odniesieniu do każdego wyżej opisanego parametru – w języku polskim.

Dodatkowo wymaga się załączenia karty katalogowej lub materiałów informacyjnych producenta w języku polskim lub angielskim.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiada w/w parametry, jest kompletny i do jego funkcjonowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych elementów.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i nie był urządzeniem demonstracyjnym i powystawowym.

¹ Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w OWZ