



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.04.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 9/2023

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych, staplerów oraz klipsownic do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 10

1. Zadanie 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 45mm?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

2. Zadanie 4, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 60mm?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

3. Zadanie 4, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści szew z nitką o długości 75cm?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

4. Zadanie 4, pozycja 15

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby zszywki były powlekane teflonem?

ODP.: Zgodnie z SWZ.

5. Zadanie 4, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 7,2mm x 4,9mm i przekroju poprzecznym 0,6mm?

ODP.: Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego asortymentu.

KOMENDANT


płk Krzysztof Jurkowski