

Sochaczew, dnia 21.11.2024 r.

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.58.D.2024

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowych na „**dostawę narzędzi chirurgicznych i innych**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zadanie 3, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów o poniższych parametrach, które w pełni są kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami firmy Stryker?

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ostrza do shavera | Jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylnie. Ostrza do tkanki miękkiej typu Aggressive Plus dostępne w średnicach : 3,5; 4,0; 5,0; 5,5 mm. Ostrza rozpoznawane przez konsolę shavera. |
| 2 | Ostrza do shavera | Jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylnie. Ostrza do tkanki miękkiej typu Tomcat dostępne w średnicach : 3,5; 4,0; 5,0; 5,5 mm. Ostrza rozpoznawane przez konsolę shavera. |
| 3 | Ostrza do shavera | Jednorazowego użycia ostrza typu Round Burs do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylnie. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 4,0; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza, rozpoznawane przez konsolę shavera. |
| 4 | Ostrza do shavera | Jednorazowego użycia ostrza typu Barrel Burs do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylnie. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 4,0; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma i dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. rozpoznawane przez konsolę shavera |
| 5 | Ostrza do shavera | Jednorazowego użycia zagięte ostrza do shavera do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego. Ostrza pakowane sterylnie. W rozmiarach: 4,0mm; 4.5mm; 5.0mm., rozpoznawane przez konsolę shavera. |

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem