

Poznań 20 października 2022

Wyjaśnienia zamawiającego:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę wyrobów medycznych dla laboratorium”. Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 43/22.

Informujemy, że pobraliśmy SWZ do w/w postępowania i zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Pakiet nr 4- Dostawa odczynników do koagulometru:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chlorku wapnia 0,025 M, wielkość opakowania jednostkowego 6ml, ilość zaproponowanych opakowań 8?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kuwet reakcyjnych wielkość opakowania 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym i formularzu cenowym wycenę tych pakietów, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający zezwoli na rozszerzenie formularza cenowego o jedną kolumnę aby można było wycenić opakowanie jednostkowe?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

dot.: Dostawa produktów jednorazowego użytku, wyrobów medycznych dla laboratorium, Znak sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 17/21

Zgodnie z prawem przysługującym nam z art. 284.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Dotyczy pakietu nr 3, Załącznik nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego o rezygnację z wymogu dostarczenia próbek.

Uzasadnienie: Zamawiający zna i stosuje asortyment wymieniony w Załączniku nr 2 na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 17/21.

Odp.

Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia próbek z ofertą. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę z asortymentem, który nie jest znany, Zamawiający wezwie do dostawy próbek.

2. Dotyczy projektu umowy §4 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego, nr sprawy WSPL Zam. Publ. Nr 43/22 (dalej „Przedmiotowe postępowanie”)

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 5 poz. 3 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 poz. 3 testu do wykrywania takich samych narkotyków jak wymienione w SIWZ, o parametrach przewyższających w stosunku do parametrów wymienionych w SIWZ (tj. o niższych progach odcięcia, czyli większej czułości dla poszczególnych narkotyków), tj:

Oferowany test posiadają czułości: amfetamina - 300ng/ml, THC – 25ng/ml, benzodiazepiny - 200 ng/ml, kokaina – 100ng/ml, metamfetamina 300ng/ml, morfina/opiaty -100ng/ml, ecstazy -300 ng/ml

Uzasadnienie: Prosimy o uwzględnienie faktu, że próg wykrywanego stężenia amfetamin w moczu na poziomie 1000 ng/ml może być niewystarczający do wykrycia substancji z tej grupy (zwłaszcza: po wielu godzinach od ostatniego użycia), gdyż już każde stężenie wyższe niż 300ng/ml jest uznawane za oznakę nadużywania tej substancji (prosimy o zapoznanie się z odpowiednim piśmiennictwem, np. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9788523>). Mając na uwadze powyższe, wnosimy o dopuszczenie jak na wstępie. Wyższa czułość testów zwiększy prawdopodobieństwo wykrycia narkotyków u osób przyjmujących je sporadycznie lub jednorazowo.

**Odp.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.**

2. Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 5 poz. 3 testów konfekcjonowanych w opakowaniach x 25 szt. – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań. Oferowane testy są indywidualnie zapakowane w opisanych, hermetycznie zamkniętych saszetkach, a następnie dopiero w opakowaniach zbiorczych liczących po 25 szt. testów. Każdy test może być wykorzystany do końca daty ważności niezależnie od tempa zużycia pozostałych testów z opakowania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
61-736 POZNAŃ, SOLNA 21

Dotyczy: postępowania przetargowego o numerze **WSPL Zam. Publ. Nr 43/22** (dalej: „przedmiotowe postępowanie”)

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w pakiecie 6, poz. 2:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu wykrywającego przeciwciała IgG i IgM?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.