



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

DZP ^{3po}/11/2020

Chrzanów, dnia 13.11.2020

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do sprawy „Dostawa USG dla oddziału Covid Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 103/2020.


1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zakres częstotliwości pracy 1,5-16 MHz?
Odp.: Zgodnie z AIT Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 6 197 obrazów pamięci dynamicznej pozwalającej na przegląd 60 sekund wstecz badania?
Odp.: Zgodnie z AIT.
2. Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający zakres pracy Dopplera Kolorowego 2,62 m/s?
Odp.: Zgodnie z AIT
3. Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający regulację bramki dopplerowskiej 0,5 mm – 20 mm?
Odp.: Zgodnie z AIT.
4. Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość odchylenia bramki dopplerowskiej +/- 20 stopni co 10 stopni?
Odp.: Zgodnie z AIT
5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażony w możliwość uzyskania spectrum przepływu z jednej bramki dopplerowskiej?
Odp.: Zgodnie z AIT.
6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego czas uruchomienia to 38 sekund?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ciężarem jednostki głównej 8,2 kg?
Odp.: Zgodnie z AIT.
8. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowicę convex 1,7 – 6 MHz?
Odp.: Tak.
9. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowicę sektorową 1,5 – 5 MHz?
Odp.: Tak.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski

Sporządził:

Krzysztof Uliński
Zamówień Publicznych i Zaopiecznia
mgr inż. Krzysztof Czumak



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892