

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie p/t „Wózki i stojaki”

Zamawiający, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu j.w. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.  
Poniżej zamieszczamy pytania Wykonawców w formie niezmienionej i odpowiedzi Zamawiającego.

### **Pytanie 1**

Pakiet nr 1 - Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary 720 x 610 x 1080 mm?

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 2**

Pakiet nr 1 - Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego 4 szuflady: 3 szt. o głębokości 150 mm oraz 1 szt. o głębokości 225 mm (z możliwością umieszczenia w niej aparatówambu dla dorosłych i dzieci)?

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 3**

Pakiet nr 1 - Czy (pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w zamykany pojemnik na odpady z możliwością umieszczenia w nim worka (jak na zdjęciu poniżej)?



#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 4**

Pakiet nr 1 - Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego z boku w trzy uchylne, uniwersalne, tworzywowe kuwety (jak na zdjęciu poniżej)?



#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 5**

Pakiet nr 1 - Czy (pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z możliwością wyboru kolorów uchwytów szuflad z palety 6 kolorów producenta

#### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 6**

Pakiet nr 1 - Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego 4 koła jezdne o średnicy 150 mm, w tym 2 koła z blokadą?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 7**

Pakiet nr 1 - Czy z uwagi na aspekt higieniczny Zamawiający oczekuje wózka polakierowanego farbami o właściwościach antybakteryjnych?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie stawia takich wymagań, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 8**


Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych 820x660x990mm, z blatem z tworzywa ABS?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Błat winien spełniać wymagania wskazane w SWZ.

**Pytanie 9**

Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści stelaż z pokrywą na odpady poj. 10l, do zawieszenia na szynie sprzętowej jak na zdjęciu poniżej?



**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 10**

Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o śr. 125mm, w tym 2 z blokadą?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 11**

Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający oczekuje aby producent wózka posiadał wprowadzony i utrzymany system jakości zgodnie z EN ISO 13485:2016?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie ma takich wymagań.

**Pytanie 12**

Pakiet nr 1 - Czy z uwagi na przeznaczenie wózka, Zamawiający oczekuje wózka zgłoszonego jako wyrób medyczny, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź**

Zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie 13**

Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu dwóch pojemników z tworzywa z pokrywą na zamek patentowy, układ jezdny 4 koła  $\varnothing$  125 mm, 2 z blokadą, wózek wyposażony w półkę stałą? Wózek o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1250x650x850 mm.

**Odpowiedź**

Zgodnie z zapisami SWZ i wyjaśnieniami udzielonymi w niniejszym piśmie.

**Pytanie 14**

Pakiet nr 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, wyposażony w koła jezdne o średnicy 125mm, z blokadami indywidualnymi?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 15**

Pakiet 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, wyposażony w koła jezdne o średnicy 125mm, z funkcją blokady centralnej?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 16**

Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający zamiast wysokości 900 mm (+/-50mm) dopuści wózek o wysokości 1000 mm? Zaproponowany wymiar jest równie funkcjonalny, ergonomiczny i tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego. Prosimy o dopuszczanie ww. wysokości.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 17**

Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający zamiast zamykanego uchwytu na worek na odpady dopuści równie funkcjonalny tworzywowy kosz na odpady z pokrywą uchyloną ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 18**

Pakiet nr 1 - Czy Zamawiający zamiast kół jezdnych o śr. 100 mm dopuści większe koła o średnicy 125 mm? Takie rozwiązanie zapewni większą swobodę podczas manewrowania wózkiem. Prosimy o rozważenie ww. rozwiązania.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 19**

Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści tylko jeden uchwyt umożliwiający prowadzenie wózka?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 20**

Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści szerokość wózka 1000 mm zamiast 910 mm (+/-50mm) ? Taka wielkość tylko nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego, a jest równie funkcjonalna. Prosimy o dopuszczenie wskazanej długości.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 21**

Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający zamiast kół jezdnych o śr. 50 mm dopuści większe koła o średnicy 75 mm? Takie rozwiązanie zapewni większą swobodę podczas manewrowania wózkiem. Prosimy o rozważenie ww. rozwiązania.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 22**

Pakiet nr 2 - Prosimy o odstąpienie od zapisu dotyczącego odporności wózka na uszkodzenia mechaniczne. Dbalność o sprzęt leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca nie ma wpływu na to jak personel medyczny obchodzi się z dostarczonym sprzętem. Wykonawca nie może odpowiadać za np. obicia wózka i odpryski farb powstałe w wyniku ewidentnych uszkodzeń mechanicznych. Prosimy o wykreślenie tej frazy z parametrów.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zapis ten nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku celowego działania, niewłaściwego lub niedbałego użytkownika. Należy go rozumieć jak analogiczne zapisy kc dotyczące gwarancji i rękojmi.

**Pytanie 23**

Pakiet nr 1 - Czy zamawiający dopuści wózki reanimacyjne, w których wszystkie szuflady są w kolorze czerwonym?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 24**

Pakiet nr 1 - Czy zamawiający dopuści wózki reanimacyjne, których wysokość bez wyposażenia wynosi 1006mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 25**

Pakiet nr 1 - Czy zamawiający dopuści wózki reanimacyjne, wyposażone w 5 szuflad?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 26**

Pakiet nr 1 - Czy zamawiający dopuści wózki reanimacyjne, wyposażone w 4 koła jezdne o średnicy 125mm w tym co najmniej 2 koła z blokadą?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 27**

*Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 8 ust. 1 pkt. a), b), c):*

*Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:*

*a) Za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia w wysokości **0,5%** wartości **brutto opóźnionej w dostawie części zamówienia** za każdy dzień zwłoki ponad umowny termin zakończenia, **jednak nie więcej niż 10%** wartości **brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy**;*

*b) zwłokę w usunięciu usterki lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub wymiany na nowe w wysokości **0,5%** wartości **brutto nieusuniętej usterki/wadliwej części zamówienia** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad umowny termin wskazany w § 6 ust. 11 **jednak nie więcej niż 10%** wartości **brutto nieusuniętej usterki/wadliwej części zamówienia**;*

*c) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawcę z własnej woli, w wysokości **10 %** wynagrodzenia brutto **Niezrealizowanej części umowy**;*

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Pytanie 30**

Pakiet nr 1 - czy zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach :

*Korpus wózka i fronty szuflad wykonane ze stali malowanej farbą proszkową*

*Wózek wyposażony w:*

*- 4 szuflady w tym jedna głęboka zamykane*

*- zamek centralny szuflad*

*- szuflady skrzynkowe wykonane ze stali malowanej farbą wyposażone podziałki umożliwiającą segregację leków.*

*Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia końcowego domknięcia, prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady)*

*Fronty szuflad malowane farbą proszkową, wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową.*

*- Blat roboczy z w tworzywa ABS o wymiarze 630 x 570 mm z burtami stron o wysokości 60 mm*

*- Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych.*

*- uchwyt do przetaczania po prawej stronie wózka*

*Wózek wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygluszącymi; wewnątrz wózka szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu;*

*Fronty szuflad wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową*

*wysokość wózka 900 mm*

*Wózek wyposażony dodatkowo w:*

2 x szyna sprzętowa do zawieszenia wyposażenia medycznego

- uniwersalny uchwyt wykonany ze stali kwasoodpornej wraz z pojemnikiem do zużyte igły – szt. 1

- stelaż do worka 10 litrowego z pokrywą na odpady medyczne

- Kosz uniwersalny wykonany z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej o wymiarach 300x150 x150 mm zawieszony na szynie sprzętowej

- uchwyt na rękawiczki wykonany ze stali kwasoodpornej zawieszony na szynie sprzętowej

**Odpowiedź**

Zamawiający nie ocenia oferowanego przedmiotu zamówienia pod względem spełnienia wymagań **przed złożeniem oferty**. Taką ocenę zobowiązany jest przeprowadzić wykonawca na etapie przygotowywania oferty.

**Pytanie 31**

Pakiet 1 - Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 3 dopuści wymiary wózka reanimacyjnego: 830 x 650 x 1000 mm ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 32**

Pakiet 1 - Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 6 dopuści pełny wysów szuflad bez samoczynnego zamykania ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 33**

Pakiet 1 - Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 8 dopuści plastikowy otwierany kosz 20 lub 8 litrowy ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 34**

Pakiet 1 - Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 13 dopuści 4 koła jezdne o średnicy 125 mm, przy zachowaniu pozostałego wymogu tj. iż 2 koła są z blokadą ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 35**

Pakiet 3 - Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 5 dopuści obciążenie wózka do przewożenia pacjenta do 170 kg ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 36**

Pakiet 3 - Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 6 dopuści regulację wysokości za pomocą korbki ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 37**

Pakiet 3 - Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 7 dopuści brak funkcji CPR( przycisku przywracającego ułożenie do pozycji umożliwiającej reanimację) ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 38**

Pakiet 3 - Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 11 dopuści brak wieszaka na rolkę z podkładem jednorazowym ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 39**

Pakiet 3 - Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 12 dopuści 4 koła jezdne, cichobieżne o średnicy 150 mm przy zachowaniu pozostałych wymagań tj. blokowane centralnie za pomocą dźwigni ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 40**

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 90 dni od daty zawarcia umowy ? Jeśli nie, to o ile Zamawiający może wydłużyć termin realizacji zamówienia?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

**Pytanie 41**

Czy Zamawiający obniży wysokość kar umownych za przekroczenie terminu dostawy o której mowa w projekcie umowy do 0,2% wartości brutto za każdy dzień opóźnienia ponad termin ustalony w umowie?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

---

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowywaniu oferty.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji SWZ w rozumieniu Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

KIEROWNIK  
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I UMÓW  
Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

*Ewa KANIGOWSKA*