

Wrocław, dnia 24.07.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania nr PN 50/2023 - zakup i dostawa łóżka regulowanego o zwiększonym udźwigu wraz z materacem przeciwodleżynowym - 14 szt. w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 2

Czy zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 2180 mm z możliwością przedłużania leża do długości 2330mm dla pacjentów wysokiego wzrostu? Proponowany parametr nieznacznie różni się wymaganego.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka o długości innej niż zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta z blokadami za pomocą dźwigni bez konieczności użycia narzędzi?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z blokadami, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 3:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści leże przezierne dla promieni RTG na całej długości umożliwiające wykonanie zdjęcia w dowolnym miejscu ale bez uchwytu na kasetę?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza leża bez uchwytu na kasetę, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą panelu sterowniczego głównego montowanego na szczycie nóg oraz paneli wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej i zewnętrznej bez pilota przewodowego? W łóżkach z centralnym panelem sterowania oraz panelami wbudowanymi w barierki boczne nie ma potrzeby stosowania dodatkowego pilota, który powieli funkcje dostępne w barierkach/panelu centralnym.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka bez pilota przewodowego, zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segmentu pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 395 mm do 760 mm, gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka o innym zakresie regulacji wysokości leża, niż ta podana w SWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną części plecowej w zakresie 0-70° ?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza regulację elektryczną części plecowej w zakresie 0-70°. Mieści się ona w minimalnym zakresie podanym w zapisach SWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną części nożnej w zakresie 0-35° ?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza regulację elektryczną części nożnej w zakresie 0-35°. Mieści się ona w minimalnym zakresie podanym w zapisach SWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 12

Czy Zamawiający wymagając systemu podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców i nóg - min. 4 cm oczekuje aby oba segmenty tj. segment pleców i segment uda posiadały tę funkcję o wartości min 4 cm ?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający oczekuje aby oba segmenty czyli ud i pleców posiadały funkcję autoregresji o wartości min. 4 cm

Pytanie nr 9:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 13

Czy zamawiający dopuści łóżko w którym regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosi 15° – funkcja ze względu na bezpieczeństwo pacjenta sterowana tylko z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie dopuszcza łóżka, w którym funkcjami Trendelenburga i anty-Trendelenburga można sterować jedynie poprzez panel sterowniczy montowany na szczycie łóżka od strony nóg. Zamawiający wymaga również sterowników wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej.

Pytanie nr 10:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną pozycją wspomagającą pacjenta przy siadaniu i wstawaniu z łóżka, która dobiera parametry wysokości leża oraz nachylenia oparcia pleców dogodne dla pacjenta- realizowana przy pomocy dwóch przycisków?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie dopuszcza realizacji pozycji wspomagania pacjenta za pomocą dwóch przycisków, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 11:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 70° oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15° ?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie dopuszcza wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 70°, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 12:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wizualnych wskaźników kąta?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie dopuszcza łożka bez wizualnych wskaźników kąta nachylenia, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 13:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik naładowania baterii oraz wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania jej wymiany widoczny tylko na panelu sterowniczym?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie dopuszcza łożka w którym wskaźnik naładowania baterii oraz wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania jej wymiany jest widoczny tylko na panelu sterowniczym, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 14:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści pojedyncze koła z centralnym systemem hamulcowym oraz centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie dopuszcza łożka z pojedynczymi kołami, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 15:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści dźwignie hamulców i jazdy umieszczone w widocznym miejscu z dwóch stron bezpośrednio przy kołach od strony nóg?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie dopuszcza łożka w którym dźwignie hamulców i jazdy umieszczone są jedynie z dwóch stron bezpośrednio przy kołach od strony nóg, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 16:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy 5 koło jest parametrem punktowanym zgodnie z pkt. 24 załącznik 1A do SWZ- specyfikacja techniczna zamówienia?

Odpowiedź nr 16:

Tak, piąte koło jest parametrem punktowanym dla Zamawiającego.

Pytanie nr 17:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści pojedyncze koła zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem o średnicy min. 150 mm?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie dopuszcza pojedynczych kół, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 18:

Dotyczy załącznik nr 1 do swz opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści zasilanie elektryczne 230 V; 60 – 50Hz?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający dopuszcza zasilanie elektryczne 230 V; 60 – 50Hz.

Pytanie nr 19:

Załącznik nr 1A do SWZ- specyfikacja techniczna zamówienia

Dotyczy pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści pozycje egzaminacyjną uzyskiwana za pomocą 1 przycisku poziomującego segmenty leża, a następnie jednego przycisku ustawiającego maksymalną wysokość ?

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający nie dopuszcza uzyskiwania pozycji egzaminacyjnej za pomocą jednego przycisku poziomującego segmenty leża, a następnie jednego przycisku ustawiającego maksymalną wysokość. Zamawiający oczekuje uzyskiwania tej pozycji za pomocą jednego przycisku, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tyg?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu i nie wyraża zgody na wykonanie zamówienia w terminie do 6 tygodni od momentu podpisania umowy. Termin nie może zostać wydłużony ze względu na krótki czas realizacji projektu.

Pytanie nr 21:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z 15 komór zmiennociśnieniowych, 3 komory sekcji głowy wypełnionych powietrzem na stałe, bez specjalnej sekcji pięt, komory odpinane pojedynczo-wymienne komory rurowe porzeczne?

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający nie dopuszcza materaca zbudowanego z 15 komór zmiennociśnieniowych, 3 komory sekcji głowy bez sekcji pięt, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 22:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści materac zawierający metkę produktu z opisem warunków mycia i dezynfekcji, bez opisu zastosowanych materiałów?

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający nie dopuszcza materaca bez informacji na metce o materiałach z jakich został wykonany.

Pytanie nr 23:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści materac z trybem pracy naprzemiennym 1:3, czas cyklu stały 11 minut?

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający dopuszcza materac z trybem pracy naprzemiennym, z 11 minutowym stałym cyklem.

Pytanie nr 24:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści wysokość komór materaca 12,5cm ?

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający nie dopuszcza materaca w którym wysokość komór materaca to 12,5 cm., tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 25:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści materac zapewniający nacisk na ciało leżącego w zakresie w 14-62 mmHg (w zależności od wagi pacjenta)?

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający nie dopuszcza materaca zapewniającego nacisk na ciało leżącego w zakresie 14-62 mmHg. Zamawiający oczekuje nacisku min. ≤ 32 mmHG przez cały czas pracy materaca.

Pytanie nr 26:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200x86x18,5cm ?

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający nie dopuszcza materaca o wymiarach 200x86x18,5cm, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 27:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści system wymiany komór oparty na wypinaniu pojedynczych komór (zatrzaski), bez dodatkowych zatyczek i szybkozłączek?

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający nie dopuszcza materaca z systemem bez szybkozłączek, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 28:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 11

Czy zamawiający dopuści materac bez uchwytów do mocowania prześcieradła?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający nie dopuszcza materaca bez uchwytów do mocowania prześcieradła, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 29:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w zawór CPR w postaci dwóch zrywek na przewodach powietrznych? Zrywki oznaczone w charakterystyczny sposób napisem CPR.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający dopuści materac wyposażony w zawór CPR w postaci dwóch zrywek na przewodach powietrznych, oznaczone w charakterystyczny sposób napisem CPR

Pytanie nr 30:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści wąż powietrza zakończony 1 zaślepką?

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający nie dopuszcza węża powietrza zakończonego 1 zaślepką, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 31:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści materace posiadające pokrowce z łączeniami zszywanymi?

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający nie dopuszcza materaca posiadającego pokrowiec z łączeniami zszywanymi, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 32:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści materac z pompą z regulacją ciśnienia w zakresie 14-62 mmHg?

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający nie dopuszcza materaca z pompą z regulacją ciśnienia w zakresie 14-62 mmHg, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 33:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści materac w którym powrót do trybu wcześniej ustawionego lub trybu statycznego jest ustawiany ręcznie przez personel?

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający nie dopuszcza materaca, w którym powrót do trybu wcześniej ustawionego lub trybu statycznego jest ustawiany ręcznie przez personel, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 34:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w dźwiękowy alarm informujący o awarii zasilania?

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający nie dopuszcza pompy, wyposażonej jedynie w dźwiękowy alarm informujący o awarii zasilania. Zamawiający oczekuje również alarmu świetlnego, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 35:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści pompę bez wyłącznika alarmu dźwiękowego?

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający nie dopuszcza pompy bez wyłącznika alarmu dźwiękowego, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 36:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 18

Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie pompy o wydajności niższej niż 8l/min.? Pompa o niższej wydajności emituje mniej wibracji oraz hałasu co przy długotrwałej pracy z pacjentem ma negatywny wpływ na stan zdrowia pacjenta

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający nie dopuszcza pompy o wydajności niższej niż 8l/min., tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 37:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści materac przeznaczony dla pacjentów o wadze minimalnej 30kg?

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający nie dopuszcza materaca dla pacjentów o wadze minimalnej 30kg, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 38:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści klasę I typ BF?

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający nie dopuszcza pompy klasy I typ BF, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 39:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowce trudnopalnym a tym samym zrezygnuje z zapisów w pkt. 33 które ograniczają konkurencję?

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający, kierując się dobrem pacjentów, nie dopuszcza materaca, który nie spełnia norm niepalności, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Pytanie nr 40:

Dotyczy WYPOSAŻENIE DODATKOWE- materac przeciwodleżynowy

Dotyczy pkt. 25

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia materaca w środek do dezynfekcji powierzchni?

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający nie rezygnuje z wymogu wyposażenia materaca w środek do dezynfekcji powierzchni, tym samym podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.