

Znak: ZOZ.V.010/DZP/31/22

Sucha Beskidzka dnia 11.04.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:
ZOZ.V.010/DZP/31/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet nr 2 poz.1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.1 z pakietu 2 i utworzenie nowego, odrębnego pakietu 2a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


2. Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz.1?

Connectors available



Odp. Rysunek nr 2.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 zestawów do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Szpitali Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Bączewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek