

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Numer i nazwa projektu: RPWP.01.01.00-30-0002/17 „Budowa i Wyposażenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

L. dz. DZP-73/22

Poznań, dnia 31.01.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
- platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-151/21** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę z transportem mikrobiologicznego próbnika powietrza dla Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Korzystając z możliwości, jakie daje Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dokonanie korekty we wzorze umowy. W związku z faktem, że: - z uwagi na małe rozmiary urzędnika wszelkie naprawy wykonywane są w siedzibie Wykonawcy, po przesłaniu urzędnika przesyłką kurierską (naprawa w siedzibie Użytkownika jest dodatkowo płatna tj. koszty naprawy, części + dojazd) - gwarancja obejmuje wyłącznie naprawy uszkodzeń wynikających z ujawnienia się wad materiałowych i/lub wykonawczych - próbnik nie wymaga wykonywania przeglądów serwisowych - pakiet serwisowy i recalibracja są dodatkowo płatne prosimy o zmiany treści w poniższych zapisach na następującą:

**Pytanie 1**

§2, pkt 1.2

Gwarancja obejmuje: pracę serwisu, oględziny i diagnostykę przedmiotu zamówienia, naprawę, wymianę części zamiennych. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w stanie pełnej gotowości do funkcjonowania.

**Odpowiedź :**

Zamawiający zmienia ww. zapisy w §2, pkt 1.2 zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 2:**

§2, pkt. 1.5

Naprawa przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją będzie odbywała się w siedzibie Wykonawcy. Urządzenie, ze względu na rozmiary i stopień skomplikowania, wysyłane jest przez firmę kurierską, nie wymaga też instalacji przez serwis dostawcy. Obsługa jest możliwa po zapoznaniu się z instrukcją (j. polski). Każde dodatkowe szkolenie jest płatne (1.000,00 zł netto) - dzień pracy serwisanta + dojazd.

**Odpowiedź :**

Zamawiający zmienia ww. zapisy w §2, pkt. 1.5 zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 3:**

§2, pkt 1.7

Prosimy o zmiany treści w poniższych zapisach na następującą:

Termin podjęcia naprawy przedmiotu umowy wyznacza się na maksymalnie 2 dni od daty otrzymania urzędnika”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Określony w tym przepisie termin 2 dniowy oznacza czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenia Zamawiającego o awarii bądź wadzie.

**Pytanie 4:**

§2, pkt 1.8

Prosimy o zmiany treści w poniższych zapisach na następującą:

Naprawa gwarancyjna musi być wykonana w ciągu 5 dni od otrzymania urządzenia, a nie od chwili powzięcia wiadomości o awarii lub usterce.

**Odpowiedź :**

Zamawiający zmienia ww. zapisy w §2, pkt 1.8 zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 5:**

§2, pkt 1.9

prosimy o zmiany treści w poniższych zapisach na następującą:

Maksymalny czas usunięcia awarii poprzedzony sprowadzeniem części z zagranicy prosimy wydłużyć do 28 dni (towar pochodzi z Wlk. Brytanii - wymaga odprawy celnej). W jaki sposób należy udokumentować konieczność sprowadzenia części z zagranicy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy §2, pkt 1.9 na :

Maksymalny czas usunięcia awarii lub usterki u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 28 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce, to jest od otrzymania na piśmie bądź mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie przedmiotu umowy. Okoliczność w postaci ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować. Zmieniony wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 6:**

§2, pkt. 3 Prosimy o usunięcie zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający usuwa ww. zapis z projektu umowy, w związku z tym zapisy zawarte w pkt 4 pierwotnego wzoru umowy znajdują się w pkt 3 zmienionego projektu umowy. Zmieniony wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 7:**

§2, pkt. 4 prosimy o zmiany treści w poniższych zapisach na następującą:

Zlecenie naprawy serwisowi bez autoryzacji producenta skutkuje utratą gwarancji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający może zlecić naprawę urządzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (także bezpośrednio producentowi), wyłącznie w przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie obowiązków gwarancyjnych (w sytuacji, gdy Wykonawca nie będzie chciał się podjąć naprawy gwarancyjnej).

**Pytanie 8:**

§1, pkt. 2

Brak załącznika nr 1 do umowy

**Odpowiedź:**

Załącznik nr 1 do umowy to opis przedmiotu zamówienia stanowiący wypełniony i zaakceptowany załącznik nr 3 do SWZ

**Pytanie 9:**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia zawarto następujący wymóg: „Zasilanie z 230V, gniazda samochodowego 12V lub akumulatorów NiMH bądź baterii AA. W zestawie znajduje się komplet akumulatorów, 2 ładowarki do ładowania, 2 torby do przenoszenia urządzeń.” Chcielibyśmy zaoferować Państwu urządzenia zgodne z pozostałymi wymaganiami opisu ale zasilane tylko za pomocą akumulatorów bądź baterii AA bez możliwości bezpośredniego zasilania z gniazda 230V lub z gniazda samochodowego. Urządzenia, które możemy i chcielibyśmy Państwu zaoferować są wyposażone w zewnętrzną ładowarkę (1 szt. / jeden próbnik) oraz zestaw akumulatorów. Akumulatory te można ładować w w/w ładowarce z gniazda 230V lub z gniazda zapalniczki. Próbniki bywają obecnie pakowane przez producenta w walizeczki, które zastępują torby. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację zapisu punktu 3: "Zasilanie próbnika za pomocą akumulatorów NiMH bądź baterii AA. Wraz z każdym próbnikiem należy dostarczyć też ładowarkę do akumulatorów umożliwiającą ładowanie ich z gniazda 230V lub z gniazda samochodowej zapalniczki 12V. Każdy z próbników powinien być dostarczony z torbą lub walizeczką do przenoszenia urządzenia."

**Odpowiedź:**

Odpowiedzi udzielono w piśmie DZP-62/22 z dnia 28.01.2022 r., gdzie Zamawiający dopuścił ww. rozwiązanie.

**Zamawiający dołącza do niniejszego pisma wzór umowy (załącznik nr 1) uwzględniający ww. zmiany.**

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.**