



**WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BYDGOSZCZY**

Znak sprawy: EZP.2600.29.2023

Bydgoszcz, 16.10.2023 r.

Egz. Nr 1

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, informuje, że w zapytaniu ofertowym pt.: „**Sprawdzenie komór laminarnych wraz z wymianą części eksploatacyjnych**” wpłynęły pytania Wykonawcy do treści opisu przedmiotu zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania dot. pkt 2. Prosimy o przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej, oraz zdjęcia całej komory od frontu, oraz sprecyzowanie dot. uszkodzenia podnośników szyby- czy chodzi o silnik elektryczny podnoszący szybę, czy w tym konkretnym urządzeniu są np. siłowniki? dot pkt. 9. Prosimy o zdjęcie tabliczki znamionowej lub sprecyzowanie o jakie dokładnie urządzenie chodzi Producent/Model”

Odpowiedź:

Dotyczy pkt 2 Komora w chwili obecnej jest podnoszona ręcznie. Nie ma możliwości podnoszenia szyby elektrycznie. Podczas poprzedniego przeglądu serwisant zalecił naprawę elektrycznego podnoszenia szyby.

Dotyczy pkt 9: Zdjęcie tabliczki znamionowej Zamawiający przekazuje w załączniku. Komora firmy Techne Ltd. z siedzibą w Duxford – Cambridge, Wielka Brytania. Model BIOTECHNE HEPA, nr 120 2001.

Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Bydgoszczy  
(*podpis nieczytelny*)  
Wojciech KOPER

Załączniki: zdjęcie 3x

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>,
2. a/a.