



Dyrektor  
Centrala  
Fax  
e-mail:

(067) 210 62 00  
(067) 210 66 66  
(067) 212 40 85  
wszpila@pi.onet.pl  
www.szpitalpila.p

# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 27001:2013

www.tuv.com  
ID 9108628147

Piła dnia 07.07.2021 roku

FZP.II-241/66/21/ZO

## *Uczestnicy postępowania*

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r pn. „**dostawa dwóch komór laminarnych wraz z wyposażeniem – 2 szt. II**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną spełniającą normę PN- EN 12469:2000?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach części roboczej: szerokość 1190 mm, głębokość 548 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z automatyczną regulacją przepływu powietrza?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z dwoma wentylatorami?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną posiadającą 2 filtry HEPA: główny i wylotowy? Dwa filtry HEPA 14: filtr główny i filtr wylotowy, zgodne z EN 1822: sprawność 99,995% MPPS i 99,999% DOP, zapewniające czystość powietrza: ISO 4 wg ISO 14644-1: 353 cząst. > lub = 0,5µm/m<sup>3</sup>; 10000 cząst. > lub = 0,1 µm/m<sup>3</sup>. Pre-filtr G3 zgodny z EN 779, zainstalowany pod powierzchnią roboczą, zapobiegający przedostawaniu się kurzu, brudu i cząstek do filtra HEPA, ogromnie zwiększając żywotność filtra HEPA (do 7 lat) i zapobiega możliwemu uszkodzeniu wentylatorów z powodu przedostania się zanieczyszczeń do obszaru technicznego (końcówki pipet, folia aluminiowa, itp.)

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z zarządzaniem uprawnieniami dostępu do funkcji komory dla użytkownika i serwisu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z panelem frontowym otwieranym całkowicie, umożliwiającym pełny dostęp do wnętrza komory?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z systemem sterowania poprzez wyświetlacz LCD z przyciskami membranowymi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z oknem frontowym pochylonym pod kątem 7°?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z lampą bakteriobójczą UV umieszczoną w w górnej przedniej części komory?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z oświetleniem LED o intensywności 1000 lux (światło dzienne ma 700-800 luksów wyższa intensywność meczy wzrok)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną bez informacji o czasie pracy poszczególnych użytkowników?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej z 5 do 10 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy?

**Odpowiedź: Tak.**