

Dotyczy postępowania: Zakup aparatury i sprzętu medycznego II

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z wpływem do Zamawiającego wniosków Wykonawców dotyczących treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego II”, nr postępowania ZP/15/2024, zgodnie z treścią art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie 1

Zadanie 2 – łóżka specjalistyczne – 3 kpl.

Punkt 2 tabeli: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o następujących parametrach technicznych: Długość łóżka 218 cm. Konstrukcja stalowa wypełniona płytami HPL, przeziernymi dla RTG. Tworzywowe odbojniki w narożnikach łóżka. Wezgielowie zdejmowane za pomocą narzędzi. Reszta wymogów jest zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżka o parametrach technicznych: długość łóżka 218 cm; konstrukcja stalowa wypełniona płytami HPL, przeziernymi dla RTG; tworzywowe odbojniki w narożnikach łóżka. Wezgielowie oraz pozostałe parametry zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 2

Zadanie 2 – łóżka specjalistyczne – 3 kpl.

Punkt 5 tabeli: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki o następujących parametrach technicznych: blaty szafki wykonane są z tworzywa ABS. Szafki z możliwością wyboru kolorystyki czoła drzwiczek i szuflad. Błat główny i boczny są natomiast dostępne tylko w kolorze białym, tj. RAL9002. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflady wykonane z aluminium anodowego zaokrąglone. - Szerokość x głębokość blatu bocznego: 580x 340mm. Regulacja wysokości blatu bocznego: 745-990mm. - Regulacja wysokości blatu bocznego: 745-990mm. Obciążenie blatu stałego: 5kg. Obciążenie blatu bocznego: 3 kg. Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 217,5 cm, szerokości 100cm, maksymalne obciążenie robocze 250 kg (waga pacjenta 185kg)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 2

Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione odejmowanymi panelami z polipropylenu oraz płytą stalową w segmencie miednicy zamocowana na stałe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 2

Czy Zamawiający dopuści 2 tuleje do mocowania wieszaka kroplówki i wysięgnika ręki znajdujące się w adapterze akcesoriów mocowanym do podstawy łóżka?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 6

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 2

Czy Zamawiający dopuści tworzywowe krążki odbojowe w narożnikach łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 4

Czy Zamawiający dopuści materac wyposażony w zawór CPR w postaci dwóch zrywki na przewodach powietrznych? Zrywki oznaczone w charakterystyczny sposób napisem CPR.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 4

Czy Zamawiający dopuści trzy tryby pracy: statyczny (dobór ciśnienia do wagi pacjenta) , zmiennociśnieniowy, pielęgnacyjny(maksymalne napełnienie)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 4

Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie robocze materaca 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 5

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję szafki i ramki szuflad wykonane ze stali lakierowanej proszkowo odpornej na dezynfekcję oraz uszkodzenia mechaniczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w dwie szuflady (szuflady z mechanizmem blokującym całkowite wysunięcie) wysuwane obustronnie co umożliwi postawienie szafki z prawej lub lewej strony ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością wyboru kolorystyki tylko białego i bocznej spośród 2 dostępnych kolorów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 5

Czy zamawiający dopuści czoła szuflad wykonane z formowanego materiału ABS, uchwyty szuflad aluminiowe zaokrąglone?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 5

Czy Zamawiający dopuści szerokość 566mm, głębokość 466mm, regulacja wysokości blatu bocznego 775-1056mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Zadanie 2 łóżka specjalistyczne 3kpl. Dot. pkt 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenia fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane wyprodukowane w min. 2022 roku?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy: zapisu SWZ rozdz. VI Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych pkt. 1 1)

Czy z uwagi na fakt, że katalogi producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego w zał. nr 2b do SWZ - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora/ dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w zakresie przedmiotowych środków dowodowych wymaganych zgodnie z treścią SWZ Rozdz. VI ust. 1 pkt 1 uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora/ dystrybutora.

Pytanie 17

Dot. zadania 1, załącznik nr 2a do SWZ lp. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie czasu reakcji serwisu w dni robocze?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 18

Dot. zadania 1, załącznik nr 2a do SWZ lp. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 24h w dni robocze?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 19

Dot. zadania 1, załącznik nr 2a do SWZ lp. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie:

Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu powodująca wymianę podzespołu na nowy

Odpowiedź: Nie, zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 20

Dot. zadania 1, załącznik nr 2a do SWZ lp. 9, projekt umowy par. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie okresu dostępności części zamiennych od daty zakupu sprzętu i skrócenie tego okresu do 8 lat:

„Okres dostępności części zamiennych liczony od daty zakupu – min. 8 lat (proszę podać)”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 21

Dot. zadania 1, załącznik nr 2a do SWZ lp. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji nie starszym niż 2023?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 22

Dot. projektu umowy par. 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych (zamiast wymaganych 48 godzin w dni robocze)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 23

Dot. projektu umowy par. 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby że łączna maksymalna wysokość kar umownych wynikających z umowy, której może dochodzić każda ze stron wynosiła 20% wartości przedmiotu zamówienia, określonej w § 1 ust. 2 lit. b)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 24

Dot. zadania 1, załącznik nr 2a do lp. 1

Czy Zamawiający dopuści Kolonoskop bez korków zapobiegających zalaniu endoskopu podczas mycia i dezynfekcji w przypadku, gdy opisane elementy nie są potrzebne podczas procesu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Ponadto Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania i należy je uwzględnić przy składaniu oferty.